

.....
(pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 5

Parametry wymagane jakościowo-techniczne odczynników, aparatury do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej – dot. pakietu nr 27

PARAMETRY WYMAGANE JAKOŚCIOWO-TECHNICZNE		
	Odczynniki	Odpowiedź TAK lub NIE
1.	Badanie (anty-A, anty-B, anty- D VI- , badanie izoaglutynin grupowych na krwinkach 0, A1, B) mikrometodą kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami.	Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników.
2.	Potwierdzenie grupy krwi AB0 RHD (anty-A, anty-B, anty-D VI-, mikrometodą kolumnową. Odczynniki (anty-A, anty-B, anty-DVI-) z innych klonów niż wymienione w pkt.1. Mikrokarty wypełnione odczynnikami.	Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników.
3.	Badanie noworodka anty-A, anty-B, anty-D, kontrola, BTA. Odczynniki monoklonalne. Kolumny wypełnione odczynnikami. Odczynnik anty-D wykrywający odmianę DVI	Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników
4.	Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.	
5.	Badanie przeglądowe przeciwciał testem enzymatycznym.	
6.	Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test antyglobulinowy	
7.	Krwinki firmowe do badania przeglądowego przeciwciał gotowe do użycia zawieszona w roztworze o niskiej sile jonowej oraz papainowane	
8.	Odczynniki – gotowe do użycia z terminem ważności minimum 9 miesięcy od daty dostawy oraz 5 tygodni dla krwinek firmowych	
9.	Międzynarodowa zewnętrznlaboratoryjna kontrola jakości dla metod mikrokolumnowych i probówkowych potwierdzona certyfikatem (minimum 1 raz w ciągu roku)	
10.	Dostawa produktów transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st.C potwierdzona wydrukiem. Wydruk jako załącznik do oferty.	
11.	Wszystkie produkty od jednego producenta pozwalające na pełną walidację metody	

	Aparatura	
12.	Pipeta automatyczna nieelektroniczne dedykowana do systemu: 2 szt. - z powtarzalnym dozowaniem, - z wyrzutnikiem.	
13.	Wirówka do mikrokart: 1 szt. - pojemność min. 24 mikrokarty,	
14.	Wirówka stanowiąca backup do wirówki głównej – 1 szt.	
15.	Dozownik do diluentu w zakresie 0,5 – 1,0 ml – 1 szt.	
16.	Gwarancja bezpłatna - na okres trwania umowy	

Uwaga:

Warunki opisane w kolumnie „Parametry wymagane” stanowią minimum, które APARAT I ODCZYNNIKI oferowane przez Wykonawcę muszą spełnić.

Oferty, które nie spełnią ww. wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

.....

miejsowość, data

.....

pieczęć i podpisy osób
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy