



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl>

**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

**WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szafek przyłóżkowych dla SPZOZ w Krotoszynie  
Nr sprawy RZP-V/1/22/09**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

**1.Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę ma przedłużenie terminu realizacji zamówienia z 14 dni na 50 dni od momentu złożenia zamówienia? Jeżeli nie to na jaki możliwie długi okres realizacji zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia **do 30 dni** od momentu złożenia zamówienia.

**2.Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, których głębokość wynosi 39 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej o głębokości 39 cm.

**3.Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, w których blat górny i boczny wykonane są z tworzywa ABS.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania szafek przyłóżkowych, w których blat górny i boczny wykonane są z tworzywa ABS.

**4.Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, w których podnoszenie blatu bocznego wspomagane jest mechanizmem sprężynowym z blokadą? (dotyczy punktu 4 i 13 tabeli technicznej).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania szafek przyłóżkowych, w których podnoszenie blatu bocznego wspomagane jest mechanizmem sprężynowym z blokadą.

**5.Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, niewyposażone w mechanizm samo domykający? Wyposażone natomiast w magnes ułatwiający zamykanie drzwiczek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania szafek przyłóżkowych, niewyposażonych w mechanizm samo domykający.

**6.Pytanie: Szafka przyłóżkowa – 45 szt. – poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 50 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiające nie dopuszcza zaoferowania szafki o głębokości 50 cm.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl>

**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

**7.Pytanie: Szafka przyłóżkowa – 45 szt. – poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem górnym i bocznym wykonanym z tworzywa typu ABS, odpornego na wilgoć i temperaturę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki z blatem górnym i bocznym wykonanym z tworzywa typu ABS, odpornego na wilgoć i temperaturę.

**8.Pytanie: Szafka przyłóżkowa – 45 szt. – poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 48,5 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki o głębokości 48,5 cm.

**9.Pytanie: Szafka przyłóżkowa – 45 szt. – poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szafkę bez drzwi i bez mechanizmu samodomykającego, ale wyposażoną w 1 górną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem, drugą szufladę kontener, jedną półkę między szufladami oraz drugą półkę np. na basen – znajdującą się pod korpusem szafki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki o powyższych parametrach.

**10.Pytanie: Szafka przyłóżkowa – 45 szt. – poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego przy pomocy sprężyny spiralnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki o powyższych parametrach.

**11.Pytanie: Szafka przyłóżkowa – 45 szt. – poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z centralną blokadą kół dokonywaną za pomocą pokrętła na wyciągnięcie ręki pacjenta, tak aby mógł ją sobie przestawić, dostawić lub odstawić w dowolnej chwili, bez potrzeby wychodzenia lub wychylania się z łóżka oraz potrzeby wzywania personelu medycznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki o powyższych parametrach.

**12.Pytanie: Szafka przyłóżkowa – 10 szt. – poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 50 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki o głębokości 50 cm.

**13.Pytanie: Szafka przyłóżkowa – 10 szt. – poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem górnym i bocznym wykonanym z tworzywa typu ABS, odpornego na wilgoć i temperaturę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki z blatem górnym i bocznym wykonanym z tworzywa typu ABS, odpornego na wilgoć i temperaturę.

**14.Pytanie:**

Czy Zamawiający oczekuje, aby szafka przyłóżkowa była bezpieczna dla pacjenta, tzn. posiadała system bezpiecznego blokowania i odblokowywania kół na wysokości ręki leżącego pacjenta – na wysokości blatu górnego co umożliwia przesuwanie i dostęp do szafki bez konieczności opuszczania łóżka? Szafki, które chcemy



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**


*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

zaoferować w odróżnieniu od standardowych szafek szpitalnych z indywidualnymi blokadami kół nie stwarzają ryzyka wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania kół lub wychylania się w celu wyjęcia jakiegoś przedmiotu z szafki . Dodatkowo szafka ta znacznie odciąża personel medyczny , ponieważ mnóstwo czynności pacjent może wykonywać bez konieczności wzywania personelu do pomocy . Pacjent leżąc w łóżku może samodzielnie odblokować szafkę , przesunąć ją w dowolne miejsce , w celu lepszego dostępu do zawartości szafki lub skorzystania z blatu bocznego do czytania , pisania , jedzenia lub innej czynności . Pacjent nawet nie w pełni mobilny może samodzielnie wyjąć , pochylić i schować blat boczny szafki za pomocą jednej ręki ; może samodzielnie wyjąć rzeczy z dowolnego miejsca szafki , samodzielnie skorzystać z basenu w wybranym dla siebie intymnym momencie oraz samodzielnie skorzystać z zawieszzonego na wyciągnięcie ręki ręcznika .

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki o powyższych parametrach.

Z poważaniem

  
Z-ca Dyrektora SPZOZ w Krotoszynie  
d/s świadczeń zdrowotnych  
i programów strategicznych  
mgr Urszula Delikat

Krotoszyn, dnia 09.09.2009 r.