



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę błon do tomografu komputerowego, błon i odczynników RTG oraz błon i odczynników mammograficznych dla SPZOZ Krotoszyn

Nr sprawy RZP-V/1/06/10

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Pakiet Nr 1 (poz. 1-6)

Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki i błony były tej samej marki i tego samego producenta?

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie wymaga, aby odczynniki i błony były tej samej marki i tego samego producenta.

Pakiet Nr 3

1. Czy Zamawiający wymaga (celem optymalizacji jakości obrazowania) aby błony mammograficzne były tego samego producenta co kasety będące na wyposażeniu Państwa jednostki ?

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający wymaga, aby błony mammograficzne, odczynniki i kasety były tego samego producenta. Zamawiający obecnie posiada kasety firmy KODAK. W przypadku zaoferowania błon i odczynników innego producenta niż firma KODAK, Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie jest zobowiązany do dostarczenia na swój koszt odpowiedniej ilości kaset na czas trwania umowy.

2. Czy Zamawiający wymaga aby błony mammograficzne kryte były jednostronnie jedną warstwą emulsji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby błony mammograficzne kryte były conajmniej jednostronnie jedną warstwą emulsji.

Pakiet Nr 1 (poz. 8 i 9)

Pakiet Nr 3 (poz. 3 i 4)

Czy w związku z ustawą o odpadach medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki chemiczne były w opakowaniach niekaucjonowanych?

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki chemiczne były w opakowaniach niekaucjonowanych.

1. Dot. Pakiet nr 1 – Błony i odczynniki RTG, poz. 1-7.

Czy Zamawiający wymaga, aby każda pojedyncza błona ogólnodiagnostyczna rtg posiadała nazwę producenta, typ błony, numer seryjny emulsji oraz datę ważności widoczną na błonie po obróbce chemicznej?

Parametry te gwarantują pełną kontrolę jakości przez Zamawiającego oraz są przydatne ze względu na archiwizację.

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający wymaga, aby każda pojedyncza błona ogólnodiagnostyczna rtg posiadała nazwę producenta, typ błony, numer seryjny emulsji oraz datę ważności widoczną na błonie po obróbce chemicznej.

2. Dot. Pakiet nr 1 – Błony i odczynniki RTG.

Czy Zamawiający wymaga, aby błony i odczynniki pochodziły od jednego producenta oraz były jednej marki, co gwarantuje pełną kompatybilność zaoferowanych błon i odczynników oraz odpowiedzialność producenta za jakość wykonanych badań?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie wymaga, aby odczynniki i błony były tej samej marki i tego samego producenta.

3. Dot. Pakiet nr 1 – Błony i odczynniki RTG, poz. 8-9.

Czy Zamawiający wymaga, aby opakowania po wywoływaczu i utrwalaczu nie wymagały kaucji zwrotnej, co wynika z Ustawy o Ochronie Środowiska?

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający wymaga, aby opakowania po wywoływaczu i utrwalaczu nie wymagały kaucji zwrotnej.


4. Dot. Pakiet nr 3 – Błony i odczynniki mammograficzne, poz. 3-4.

Czy Zamawiający wymaga, aby opakowania po wywoływaczu i utrwalaczu nie wymagały kaucji zwrotnej, co wynika z Ustawy o Ochronie Środowiska?

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający wymaga, aby opakowania po wywoływaczu i utrwalaczu nie wymagały kaucji zwrotnej.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

Krotoszyn, dnia 19.03.2010 r.