

Krotoszyn, dnia 25.11.2010 r.

## WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na „Dostawę kardiomonitorów dla SPZOZ w Krotoszynie”. **Nr sprawy:** RZP-VI/1/09/10

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

### Pytanie 1

– **pkt. 2** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o wadze 5,5 kg? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie będzie miała wpływu na użytkowanie monitora. **Odpowiedź : TAK, dopuści.**

### Pytanie 2

– **pkt. 4** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z funkcją trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich mierzonych parametrów do 96 godzin? Parametr ten jest wystarczający do poprawnego zobrazowania retrospektywnej oceny stanu pacjenta. **Odpowiedź : TAK, dopuści**

### Pytanie 3

– **pkt. 6** – Czy Zamawiający zgodzi się aby monitor w trybie samych wartości cyfrowych wyświetlał także przebieg EKG? Rozwiązanie takie jest bardziej praktyczne od wymaganego przez Zamawiającego i nie ma wpływu na czytelność ekranu. **Odpowiedź : TAK, zgodzi się.**

### Pytanie 4

– **pkt. 13** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, który rozpoznaje do 13 rodzajów arytmii? Ilość taka jest w zupełności wystarczająca do poprawnego monitorowania stanu pacjenta. **Odpowiedź : TAK, dopuści**

### Pytanie 5

– **pkt. 25** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o zakresie pulsu w pomiarze SPO2 30 – 240 bpm? Proponowany zakres w zupełności wystarcza do poprawnego monitorowania stanu pacjenta. **Odpowiedź : TAK, dopuści**

### Pytanie 6

– **pkt. 30** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z jednym rodzajem czujnika temperatury głębokiej ciała – czujnik rektalny? Z tego co nam wiadomo wymagane rodzaje czujników temperatury głębokiej ciała posiada tylko jedna firma, co ogranicza uczciwą konkurencję do zera. **Odpowiedź : TAK, dopuści**

### Pytanie 7

– **pkt. 17** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości ręcznego ustawienia pomiaru wartości ciśnienia dla pacjentów z nadciśnieniem? W oferowanym monitorze moduł sam dobiera wysokość pompowanego ciśnienia dla poszczególnych pacjentów. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy pacjentem dorosłym, dzieckiem i noworodkiem.

**Odpowiedź : TAK, w przypadku** możliwości wyboru pomiędzy pacjentem dorosłym, dzieckiem i noworodkiem oraz możliwością definiowania górnej granicy ciśnienia przez serwis na podstawie , którego aparat będzie automatycznie dokonywał pomiaru do wartości zaprogramowanej. Wartość zaprogramowana musi umożliwiać pomiar ciśnienia pacjentom z nadciśnieniem.

### Pytanie 8


Czy zamawiający oczekuje, aby moduł do pomiaru saturacji umożliwiał dokładny pomiar przy niskiej perfuzji ( 100-80% +/- 2 cyfry oraz 80-60% +/- 3 cyfry) za pomocą czujników wielorazowych jak i jednopacjentowych OxiMax, dostosowanych do wagi pacjenta, w tym czujników nadczołowych (umożliwiających wcześniejszą detekcję desaturacji u Pacjentów w stanie ciężkim)?

Możliwość stosowania czujników jednopacjentowych zapobiega zakażeniom krzyżowym i stanowi alternatywę dla trudnych do skutecznego zdezynfekowania czujników wielorazowych.

Doprecyzowanie technologii pomiaru saturacji (Nellcor OxiMax), znaczącej z punktu widzenia czasu użytkowania zakupionych monitorów (około 10 lat) – zapewni monitorowanie w trudnych warunkach i umożliwi wybór czujnika dostosowanego do stanu pacjenta. Dodatkowo w procesie eksploatacji urządzeń umożliwi Zamawiającemu utrzymanie konkurencyjności cen akcesoriów pochodzących co najmniej od dwóch dostawców.

**Odpowiedź : Zamawiający oczekuje spełnienia warunków specyfikacji.**

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie  
ds. ekonomiczno-administracyjnych  
  
mgr inż. Grzegorz Ratajczyk