



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

Krotoszyn, 29 listopada 2010r.

**WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu i szła laboratoryjnego dla SP ZOZ Krotoszyn  
Nr sprawy RZP-V/1/32/10**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

**1. Pakiet nr 2, pozycja 11.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla probówek i osobno dla korków?

**Odpowiedź:**

**TAK** – Zamawiający dopuszcza wycenienie i podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla probówek i osobno dla korków

**2. Pakiet nr 5, pozycja 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytek Petriego o śr. 8,0 cm?

**Odpowiedź:**

**TAK** – Zamawiający wyrażą zgodę na zaoferowanie płytek Petriego o średnicy 8,0cm.

**3. Pakiet 5 pozycja 8.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o śr 16mm i wys. 150mm?

**Odpowiedź:**

**NIE** – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie probówek o śr.16mm i wys. 150mm.

**4. Pakiet 5 pozycja 13 i 14.**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zlewki wysokich odpowiednio dla pozycji 120/80 mm czy zlewki niskich 90/70 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w w/wym. pozycjach **zlewki niskie**.

**5. Pakiet 7 pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytek Petriego o śr. 90mm?

**Odpowiedź:**

**TAK** – Zamawiający wyrażą zgodę na zaoferowanie płytek Petriego o średnicy 90mm.

**6. Pakiet 7 pozycja 1 i 2**

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania płytek Petriego z wentylacją czy bez wentylacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje zaoferowania płytek Petriego bez wentylacji.

**PYTANIA DO PROJEKTU UMOWY:**

**Dotyczy § 8 ust. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowie: „wolny od wad” sformułowania: „w terminie 7 dni roboczych od uznania reklamacji Zamawiającego”.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>


**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru jest trudne do wykonania i wymaga co najmniej 7 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający postanawia zmodyfikować § 8 ust. 2 projektu umowy w następujący sposób: po słowach „wolny od wad” dodaje się sformułowanie: „w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego”.

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie  
ds. ekonomiczno-administracyjnych  
  
mgr inż. Grzegorz Rańajczyk