



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów

Krotoszyn, 16.06.2010 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku: anestezjologia

Nr sprawy RZP-V/1/13/10

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

• **Pakiet nr 1, poz. 1-3**

Prośba o odstąpienie od oznaczenia rozmiaru rurki na łączniku 15 mm i dopuszczenie oznaczenia rozmiaru rurki na baloniku oraz na rurce koło łącznika 15 mm.

Odpowiedź:

TAK - Zamawiający dopuszcza oznaczenie rurki na baloniku oraz na rurce koło łącznika 15 mm.

• **Pakiet Nr 1, poz. 9**

Czy zamawiający dopuści przedłużacz do tlenu o przekroju standardowym?

Odpowiedź:

TAK - Zamawiający dopuszcza przedłużacz do tlenu o przekroju standardowym.

• **Pakiet nr 1, poz. 12**

Czy zamawiający dopuści CH 5 zamiast CH 4? Długość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

NIE - Zamawiający nie dopuszcza CH 5 zamiast CH 4.

• **Pakiet nr 1 poz. 11**

Biorąc pod uwagę, że dla cewników tlenowych jako produktów nieinwazyjnych nie istnieją wytyczne ani standardy wskazujące na wymóg sterylności oraz iż dodatkowo wymóg sterylności znacząco podnosi koszty prosimy o dopuszczenie cewników mikrobiologicznie czystych ?

Odpowiedź:

NIE - zamawiający nie dopuszcza cewnika do tlenu mikrobiologicznie czystego, Zamawiający wymaga cewnika sterylnego.

• **Pakiet nr 2, poz. 5**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie systemu do autotransfuzji f-my UNOMEDICAL/CONVATEC składającego się z 2-ch drenów z trokarami stalowymi, mieszka generującego podciśnienie, worka na krew z filtrem i zastawką antyzwrotną, zapasowego worka na krew, worka na drenaż przedłużony, aparatu do przetoczeń z filtrem do szybkich przetoczeń 40 mikronów. Oferowany zestaw umożliwi przetoczenie maksymalnie 1400 ml krwi. Nadmieniamy, że zestawy do autotransfuzji pooperacyjne są stosowane w kilkudziesięciu oddziałach w Polsce, które jednoznacznie potwierdzają bezpieczeństwo zestawu i jego wysokie walory użytkowe.

Odpowiedź:

NIE – zamawiający nie dopuszcza systemu do autotransfuzji f-my UNOMEDICAL/CONVATEC składającego się z 2-ch drenów z trokarami stalowymi, mieszka generującego podciśnienie, worka na krew z filtrem i zastawką antyzwrotną, zapasowego worka na krew, worka na drenaż przedłużony, aparatu do przetoczeń z filtrem do szybkich przetoczeń 40 mikronów.

- **Pakiet nr 2, poz. 5**

Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty. Pierwotna forma pakietu ogranicza możliwość wystartowania wielu uznanym producentom zestawów ATS i zaoferowania najkorzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

NIE – zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 2 poz. 5.

Pytania do umowy

1. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 2 ust. 2 na zapis: „Dostawy będą realizowane w ciągu 7 dni, a dostawy interwencyjne w ciągu 3 dni roboczych, po uprzednim pisemnym (faks lub poczta elektroniczna) zgłoszeniu przez Zamawiającego żądanej ilości, uzależnionej od bieżącego zapotrzebowania.

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 2 ust. 2 na zapis: „Dostawy będą realizowane w ciągu 7 dni, a dostawy interwencyjne w ciągu 3 dni roboczych, po uprzednim pisemnym (faks lub poczta elektroniczna) zgłoszeniu przez Zamawiającego żądanej ilości, uzależnionej od bieżącego zapotrzebowania.

2. Prosimy o zmianę treści § 12 ust. 2 na zapis: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wartości umownej niezrealizowanej części przedmiotu umowy”.

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 12 ust. 2 Projektu umowy. Zapisy Projektu umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.

3. Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach którego konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Projektu umowy w powyższy sposób. Zapisy Projektu umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych


mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

Krotoszyn, dnia 16.06.2010 r.