

**Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet nr 3 - jednorazowy sprzęt ginekologiczny**

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa, producent, kraj	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
					A	B	C	D	E	F
1.	Wziernik ginekologiczny - mały sterylny jednorazowy typ CUSCO roz. S			szt.	4 500		0,00		0,00	0,00
2.	Wziernik ginekologiczny - średni sterylny jednorazowy typ CUSCO roz. M			szt.	6 000		0,00		0,00	0,00
3.	Wziernik ginekologiczny - duży sterylny jednorazowy typ CUSCO roz. L				500		0,00		0,00	0,00
4.	Wziernik ginekologiczny - duży sterylny jednorazowy typ CUSCO roz. L , śrubowa regulacja rozwarcia			szt.	500		0,00		0,00	0,00
5.	Wziernik ginekologiczny - mały sterylny jednorazowy typ CUSCO roz. S <b>dł. łyżki 8,5 cm szerokość łyżki 2 cm</b>			szt.	2 000		0,00		0,00	0,00
6.	Pinceta 1x plastikowa dł. 20 - 25 cm pakowana pojedynczo, sterylna.			szt.	500		0,00		0,00	0,00
7.	Utrwalacz cytologiczny 150 ml			szt.	20		0,00		0,00	0,00
8.	Szczoteczka do wymazów cytologicznych typu CERVEX BRUSH COMBI, pakowana pojedynczo, sterylna do wymazów cytologicznych.			szt.	800		0,00		0,00	0,00
9.	Szczoteczka do wymazów cytologicznych typu CERVEX BRUSH, pakowana pojedynczo, sterylna do wymazów cytologicznych.			szt.	2 500		0,00		0,00	0,00
<b>RAZEM</b>							<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

-verte-

Zamawiający wymaga aby wzierniki były pakowane pojedynczo , oraz dostarczenie po 2 szt. asortymentu z poz. 5 i 8.

Zamawiający dopuszcza aby wzierniki ginekologiczne były w opakowaniu typu: folia-papier.

Zamawiający wymaga aby wzierniki ginekologiczne posiadały oświadczenie producenta o braku ftalanów w swoim składzie chemicznym. Wymagane oświadczenie należy dołączyć do oferty.

Zamawiający w poz. 9 „Szczoteczka do wymazów (...)” ma na myśli szczoteczki umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, które to szczoteczki według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia zalecane są w programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Zamawiający w poz. 9 „Szczoteczka do wymazów (...)” wymaga oryginalnych szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych zgodnie z zaleceniami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Zamawiający w poz. 8 i 9 „Szczoteczka do wymazów (...)” nie wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych, co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy zgodnie z oficjalnym stanowiskiem jego Organizatorów (Ministerstwo Zdrowia / Centralny Ośrodek Koordynujący) zaprezentowanym m.in. w opisie tego programu złożonym do Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy i zastosować się do Dyrektywy Europejskiej, wymaga szczoteczek cytologicznych wymienionych w tej Dyrektywie.