



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę papierów rejestracyjnych do EKG, USG, KTG, materiałów do sterylizacji, opakowań do sterylizacji dla SPZOZ Krotoszyn

Nr sprawy RZP-V/1/08/10

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

1. Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja nr 5: Czy ze względu na bardzo małą wartość ceny jednostkowej netto [niepełne grosze] Zamawiający wyrazi zgodę na podanie jej za opakowanie handlowe np. 500 sztuk?

Odpowiedź:

TAK - Zamawiający dopuszcza w ww. pozycjach wycenę opakowania handlowego z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i podaniem wielkości opakowania.

2. Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 10: Asortyment wyszczególniony w pozycji 10 tj. papier krepowany do sterylizacji zielony/biały naprzemiennie składany/mix 100 cm x 100 cm oferuje tylko jeden producent. Czy ze względu na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie go do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 3 pozycji 10.

Pakiet nr 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli w ww. pozycji oryginalny papier?

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 1 papieru oryginalnego.

Pakiet nr 2 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy test wieloparametrowy w ww. pozycji ma być na parę wodną czy tlenek etylenu?

Odpowiedź:

Test wieloparametrowy w ww. pozycji ma być na parę wodną.

Pakiet nr 2 poz. 3, 4, 5, pakiet nr 3 poz. 8, 9, 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach wyceny opakowania handlowego z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź:

TAK - Zamawiający dopuszcza w ww. pozycjach wycenę opakowania handlowego z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i podaniem wielkości opakowania.

Pakiet nr 3 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji osobno pakowanego papieru zielonego i białego, ewentualne dopisanie wymaganych ilości ww. papieru krepowanego do poz. 8 i 9 lub prosimy o wydzielenie ww. pozycji z pakietu nr 3 i utworzenie z niej odrębnego pakietu, ze względu na to, że papier pakowany naprzemiennie zielony/ biały posiada w swojej ofercie handlowej jedna firma – jego producent, i pozostawienie poz. nr 10 w pakiecie nr 3 uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom, stanowiąc tym samym ograniczenie uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 3 pozycji 10, postanawia pozostawić poz. nr 10 bez zmian.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pakiet nr 2

Pakiet nr 2 Pozycja 3 – czy Zamawiający wymaga, aby 100 % odczyt testu biologicznego następował po 24 h inkubacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby 100 % odczyt testu biologicznego następował po 24 h inkubacji. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w poz. 3.


Projekt umowy - § 12 ust. 2 i 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy na 10% wartości części umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy w § 12 ust. 2 i 3 bez zmian.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

Krotoszyn, dnia 16.03.2010 r.