

Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1 - Bielizana jednorazowego użytku

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa, producent, kraj	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
					A	B	C	D	E	F
1	Uniwersalny lekki czepek w formie beretu na gumce zielony			szk.	10 000		#ARG!		#ARG!	#ARG!
2	Czepek posiadający zwiększoną część tylną z elastycznym brzegiem i środkowym szwem.			szk.	800		#ARG!		#ARG!	#ARG!
3	Czepek tył zbierany gumką, brak gumki w części przedniej, zapewniający komfort noszenia			szk.	1 200		#ARG!		#ARG!	#ARG!
4	Czepek w kształcie furażerki wiązany z tyłu na troki			szk.	3 000		#ARG!		#ARG!	#ARG!
5	Czepek w kształcie hełmu zapewniający pełną ochronę (osłonięta głowa i szyja) wiązany na troki wokół szyi.			szk.	500		#ARG!		#ARG!	#ARG!
6	Fartuch chirurgiczny niesterylny/pielęgniarski			szk.	1 800		#ARG!		#ARG!	#ARG!
7	Fartuch chirurgiczny sterylny -nieprzemakalne wstawki w przedniej części fartucha i w rękawach z mankietami bawełnianymi lub z dzianiny, przednie troki łączone kartonikiem - z włókniny bawełnopodobnej			szk.	2 800		#ARG!		#ARG!	#ARG!
8	Folia chirurgiczna 29 x 25 cm +/- 2 cm				70		#ARG!		#ARG!	#ARG!
9	Folia chirurgiczna 45 x 55 +/- 2 cm			szk.	150		#ARG!		#ARG!	#ARG!
10	Folia chirurgiczna 56 x 82 cm +/- 2 cm			szk.	200		#ARG!		#ARG!	#ARG!
11	Majtki kolonoskopowe			szk.	50		#ARG!		#ARG!	#ARG!
12	Maski chirurgiczne			szk.	15 000		#ARG!		#ARG!	#ARG!
13	Podkład jednorazowego użytku do porodu z fartuchem z zamykanym workiem i odpływem, sterylny			kpl.	500		#ARG!		#ARG!	#ARG!

14	Podkład na fotel ginekologiczny - szerokość 33 cm, z perforacją min. co 50 cm (w rolce ok.25 mb)			szt.	450		#ARG!	#ARG!	#ARG!	
15	Podkład na kozetkę szerokość od 50 - 51 cm, z perforacją min. co 36 cm, (w rolce 40 mb +/-1 m)			szt.	1 200		#ARG!	#ARG!	#ARG!	
16	Podkład roz. 210 x 140 lub 200 x 150, 210 x 130, 210 x 160			szt.	2 600		#ARG!	#ARG!	#ARG!	
17	Pokrowiec sterylny foliowy na przewody do laparoskopu - teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach			szt.	900		#ARG!	#ARG!	#ARG!	
18	Serweta operacyjna sterylna 75 x 75-90 cm z włókniny celulozowej laminowanej PE			szt.	4 200		#ARG!	#ARG!	#ARG!	
19	Serweta operacyjna sterylna 75 x 75-90 cm z włókniny celulozowej laminowanej PE z otworem			szt.	1 500		#ARG!	#ARG!	#ARG!	
20	Sterylny pokrowiec na aparaturę RTG, o średnicy 50 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o gramaturze min. 40 g/m2 oraz grubości min. 0,05 mm, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd			szt.	120		#ARG!	#ARG!	#ARG!	
21	Sterylny pokrowiec na aparaturę RTG, o średnicy 80 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o gramaturze min. 40 g/m2 oraz grubości min. 0,05 mm, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd			szt.	300		#ARG!	#ARG!	#ARG!	
22	Sterylny zestaw serwet do operacji stawu biodrowego			kpl.	170		#ARG!	#ARG!	#ARG!	
23	Sterylny zestaw serwet do operacji stawu kolanowego			kpl.	100		#ARG!	#ARG!	#ARG!	
24	Sterylny zestaw serwet uniwersalny			kpl.	650		#ARG!	#ARG!	#ARG!	
25	Ubranie operacyjne - niejałowe			kpl.	350		#ARG!	#ARG!	#ARG!	
26	Zestaw pościelowy jednorazowy dwuczęściowy			kpl.	750		#ARG!	#ARG!	#ARG!	
RAZEM								#ARG!		#ARG!

Uwaga:

poz. 15 dopuszcza się zaoferowanie podkładu na kozetkę od długości 40 - 80 mb z jednoczesnym odpowiednim **przeliczeniem ceny i ilości do 40 mb i z zaznaczeniem w kolumnie nazwa artykułu oferowanej długości rolki**

poz. 17 dopuszcza się zaoferowanie pokrowca zwiniętego w pierścień papierowy

poz.18 i 19 dopuszcza się zaoferowanie serwet wykonanych z włókniny polipropylenowej o bardzo wysokiej jakości

Wymagania stawiane asortymentom z :

Poz.13 Jednorazowy podkład porodowy o rozmiarze 102 x 112 cm, składa się z dwóch elementów:

- fartuch zabezpieczający łóżko przed zanieczyszczeniami

- stożkowaty worek z separatorem części płynnych od stałych wraz z zaworem z tworzywa sztucznego umożliwiającym odpływ płynów z worka do ich pomiaru, górna krawędź wyposażona we wzmocnienie pozwalające na wyprofilowanie otworu wlotowego w celu uniknięcia wydostawania się nieczystości poza worek. Podkład: sterylny wykonany z wytrzymałego materiału odpornego na rozdarcie, wolnego od lateksu, antyalergicznego, niepalnego, odpornego na promieniowanie UV, w części siedziska, który pozostaje w bezpośrednim kontakcie z ciałem pacjentki, wykonany z miękkiej wzmocnionej włókniny zabezpieczającej pacjentkę przed odparzeniami. Opakowanie podkładu wyraźnie oznaczone znakiem CE oraz zaopatrzone w min. 3 nalepki z kodem kreskowym, z oznaczeniem numeru serii oraz datą przydatności do użycia

poz.22 Sterylny zestaw serwet do operacji stawu biodrowego - serweta o wymiarach 200 x 290 cm z wycięciem w kształcie litery U (9 x 100 cm), otoczony taśmą samoprzylepną , ekran anestezjologiczny 150 x 240, pokrowiec na kończynę, trzy tasmy samoprzylepne ,pokrowiec na stolik MAYO 80 x 140 cm, dwa ręczniki wysokochłonne o wym. 30 x 40 cm.

poz. 23 Obłożenie chirurgiczne przeznaczone do operacji stawu kolanowego - wykonane z chłonnego, wytrzymałego i nieprzemakalnego laminatu.

Skład obłożenia: **a)** serweta podstawowa wym. 220 x 320 cm wyposażona w warstwę chłonną oraz samouszczelniający się płat z neoprenu z otworami **b)** osłona na kończynę o wymiarach 37 x 75 cm ,**c)** dwie taśmy lepne 10 x 50 cm do mocowania osłony kończyny, **d)** dwa ręczniki chłonne o wym 30 x 40 cm, **e)** serweta o wym. 150 x 180 cm (owinięcie obłożenia), która może służyć jako przykrycie stolika. Pakowane po 4 szt

poz.24 Sterylny zestaw serwet uniwersalny w składzie: **a)** serweta - ekran anestezjologiczny min. 150 x 200 cm, wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety 1 szt. **b)** serwety boczne min 75 x 100 cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt **c)** serweta dolna min. 180 x 175 cm wykończona taśmą - 1szt. **d)**

pokrowiec na stolik Mayo min. 80 x 140 cm - 1 szt **e)** ściereczki chłonne - 2 szt **f)** taśmy włókninowe min. 10 x 50 cm - 1 szt

g) dwukomorowa kieszeń przylepna (taśma lepna o szerokości min. 5,5 cm) 2 x 15 x 40 cm na ssak i koagulację - 1 szt

h) serweta owinięcie min 150 x 200 cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.

Asortyment w poz. 22 - 24 zgodny z wymogami:

Obłożenia(zestawy obłożeń) operacyjne sterylne wykonane z włókien barierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych 1.Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => 1000 mm słupa wody od strony włókniny, oraz => 2000 mm słupa wody od strony folii PE. 2. wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 100 kPa 3.Gramatura: min 60 g/m2 (+-5%) 4.Dodatkowe warstwy chłonne (jeśli występują) wokół stref krytycznych obłożeń – włóknina laminowana min dwuwarstwowa - Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => 800 mm słupa wody od strony włókniny, od strony folii PE: => 1500 mm słupa wody . Przy gramaturze => 87g/m2 wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 80 kPa. Osłona na stolik Mayo - Folia PE o grubości min. 0,05mm warstwa chłonna laminat dwuwarstwowy na całej długości osłony o gramaturze nie mniejszej niż 60g/m2. Min. wytrzymałość na rozerwanie/ rozdarcie min. - 100 kPa Nieprzemakalność całej powierzchni serwety min 1000mm H2O. Ściereczki chłonne będące na wyposażeniu obłożeń oraz fartuchów – gramatura – min 52 g/m2 rozmiar min 30cm x 40cm

Wyroby zgodne z normami PN-EN 13795, 1-3

W przypadku wyrobów sterylnych powinny być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 18 miesięcy .

Na opakowaniach zewnętrznych wyrobów sterylnych powinny znajdować się 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu.

Uwaga: w przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje".

Brak wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa, producent, kraj" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.