



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Krotoszyn, 22.08.2011 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych dla SPZOZ Krotoszyn
Nr sprawy RZP-V/1/11/11**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Pytanie:

Pakiet 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści:

- poz.1 – długość igły 19mm?

Odpowiedź:

NIE - Zamawiający nie dopuszcza szwu o ww. parametrach.

- poz.2,4,5,9 – długość igły 20mm?

Odpowiedź:

TAK - Zamawiający w poz. 2, 4, 5, 9 dopuszcza szew o ww. parametrach .

- poz.11,12 – grubość nici odpowiednio „0” i „1”, igła tnąca?

Odpowiedź:

NIE - Zamawiający nie dopuszcza szwu o ww. parametrach.

Pytanie:

Pakiet 1

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę 19 mm?

Odpowiedź:

NIE - Zamawiający nie dopuszcza igły o ww. parametrach.

Pytanie:

Pakiet 1

Pakiet 1 poz. 5,7,8,10

Czy Zamawiający dopuści nitkę 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nitkę o ww. parametrach w poz. 5, 7, 10, natomiast nie dopuszcza w poz. 8.

Pytanie:

Pakiet 1

Pakiet 1 poz. 11,12

Czy Zamawiający dopuści igłę 77 mm oraz nici 75 cm?

Odpowiedź:

NIE - Zamawiający nie dopuszcza igły i nici o ww. parametrach ani w poz. 11 ani w poz. 12.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pytanie:

Pakiet 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści:

- poz.1 – długość igły 17mm? - **TAK**
- poz.9 – grubość nici „1”? - **NIE**
- poz.12 – długość igły 48mm? - **TAK**
- poz.13 – długość igły 27mm? - **NIE**

Pytanie:

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 zgodzi się na szew syntetyczny, monofilament, posiadający podtrzymanie tkankowe około 55% po jednym tygodniu i około 25% po dwóch tygodniach, wchłaniający się 90-120 dni?

Odpowiedź:

NIE - Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy szew.

Pytanie:

Pakiet nr 3

Czy zamawiający w pakiecie 3 zgodzi się na szwy o długości 70 cm?

Odpowiedź:

TAK- Zamawiający w pakiecie 3 zgadza się na szwy o długości 70 cm.

Pytanie:

Pakiet 3

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3** dopuści szew, którego utrata skutecznej wytrzymałości na zrywanie wynosi około 60% po 1 tygodniu od zastosowania? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

NIE - Zamawiający nie dopuszcza szwu o ww. parametrach.

Pytanie:

Pakiet 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści:

- poz.3 – długość igły 27mm? - **NIE**
- poz.4 – długość nici 60cm? - **TAK**
- poz.6 – długość igły 2x17mm, długość nici 90cm? - **NIE**
- poz.7 – długość nici 75cm? - **TAK**

Pytanie:

Pakiet nr 5 poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

TAK - Zamawiający dopuszcza szew z igłą okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie:

Pakiet 6

Dotyczy pakietu nr 6:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 6:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

- Poz. 14,19,27 igły o długości 50mm zamiast 48mm
- Poz. 18 oraz 28 igły o długości 38mm zamiast 37mm

Wnioskowane igły różnią się od wymaganych o zaledwie 1-2mm. Taka różnica jest praktycznie niezauważalna i w żaden sposób nie zmienia przeznaczenia szwu.

Dodatkowo należy zauważyć, iż we wnioskowanych pozycjach Zamawiający pierwotnie nie dopuścił żadnej tolerancji odnośnie długości igieł.

Odpowiedź:

- TAK- Zamawiający w pakiecie 6 Poz. 14,19,27 dopuszcza igły o długości 50mm zamiast 48mm.
- TAK- Zamawiający w pakiecie 6 Poz. 18 oraz 28 dopuszcza igły o długości 38mm zamiast 37mm.

Pytanie:

Pakiet 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 20 dopuści nić o długości 90cm zamiast 75cm?

Odpowiedź:

NIE - Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy szew.

Pytanie:

Pakiet 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 26 dopuści nić 3x45cm zamiast 6x45cm z odpowiednim zwiększeniem ilości szaszetek, tzn. zamiast 120 szaszetek wykonawca zaoferuje 240 szaszetek?

Odpowiedź:

TAK - Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 26 dopuszcza nić 3x45cm zamiast 6x45cm z odpowiednim zwiększeniem ilości szaszetek, tzn. zamiast 120 szaszetek wykonawca powinien zaoferować 240 szaszetek.

Pytanie:

Pakiet 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 21 oraz 24 dopuści igłę o długości 40mm lub 50mm?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 21 oraz 24 dopuszcza igłę o długości 50mm, natomiast nie dopuszcza igły o długości 40 mm.

Pytanie:

Pakiet 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści:

- szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający się 60-90 dni, 80% siły podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach? - **TAK**
- poz.1 – długość igły 13mm? - **NIE**
- poz.8 – długość igły 26mm? - **TAK**
- poz.11 – długość igły 30mm? - **NIE**
- poz.13 – długość igły 48mm, długość nici 90cm? - **NIE**
- poz.14 – długość nici 90cm? - **NIE**
- poz.19 – długość nici 90cm? - **NIE**
- poz.20 – długość igły 48mm, długość nici 90cm? - **NIE**
- poz.21 – długość igły 48mm? - **TAK**
- poz.24 – długość igły 48mm? - **TAK**
- poz.26 – długość nici 6x75cm? - **NIE**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

- poz.27 – długość nici 90cm? - **NIE**

- długość nici min.70cm w pozycjach gdzie Zamawiający wymaga 75cm? - **TAK**

Pytanie:

Pakiet nr 6 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający dopuszcza szew z igłą 26 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie:

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści szwy o podtrzymywaniu ok. 70% po 2 tygodniach, wchłaniające się w 60-90 dni, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź:

TAK - Zamawiający dopuszcza szew o ww. parametrach.

Pytanie:

Pakiet 6

Pakiet 6 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę 26 mm?

Odpowiedź:

TAK - Zamawiający dopuszcza igłę o ww. parametrach.

Pytanie:

Pakiet 6

Pakiet 6 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści igłę 24 mm?

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie dopuszcza igły o ww. parametrach.

Pytanie:

Pakiet 6

Pakiet 6 poz. 13,20,21,24

Czy Zamawiający dopuści igłę 40 mm lub 48 mm?

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie dopuszcza igły o ww. parametrach w poz. 13, 20, 21, 24.

Pytanie:

Pakiet 6

Pakiet 6 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści igłę 40 mm?

Odpowiedź:

TAK - Zamawiający dopuszcza igłę o ww. parametrach.

Pytanie:

Pakiet 6

Pakiet 6 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła?

Odpowiedź:

NIE - Zamawiający nie dopuszcza igły o ww. parametrach.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pytanie:

Pakiet 7

Czy Zamawiający wymaga w **Pakiecie nr 7** wosk kostny **3 składnikowy** : wosk pszczeli, parafina, palmitynian izopropylu?

Uzasadnienie do pytania 1: na rynku można spotkać wosk dwuskładnikowy bez palmitynianu izopropylu, który jest twardy i kruszy się co może skutkować koniecznością dłuższego rozgrzewania w dłoniach aby stał się plastyczny i gotowy do użycia.

Odpowiedź:

TAK - Zamawiający wymaga w **Pakiecie nr 7** wosk kostny **3 składnikowy** : wosk pszczeli, parafina, palmitynian izopropylu.

Pytania do Projektu umowy:

1. Prosimy o zmianę zapisu umowy § 2 ust. 2


Dostawy będą realizowane w **ciągu 72 godzin**, a dostawy interwencyjne w **ciągu 48 godzin** po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego żądanej ilości, uzależnionej od bieżącego zapotrzebowania

2. Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 7 ust. 7

Odpowiedź:

Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w razie zaoferowania produktów o parametrach, które zamawiający dopuścił w ww. wyjaśnieniu, należy w Formularzu cenowym złożonej oferty dokonać odpowiednich poprawek.


Z-ca Dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
d/s świadczeń zdrowotnych
i programów strategicznych
mgr Urszula Delikat