



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

## WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów i opakowań do sterylizacji dla SPZOZ Krotoszyn**

Nr sprawy: RZP-V/1/07/11

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

- **Pakiet nr 1**

1. Dotyczy Pakietu nr 1: Uprzejmie prosimy o informację dotyczącą zaokrąglenia wielkości niepełnych opakowań. Czy Zamawiający wymaga, aby pozostawić niepełne opakowania w celu porównania ofert, czy też zaokrąglać je do pełnych jednostek w górę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga podania wielkości opakowań zgodnie z SIWZ, jednocześnie Zamawiający wymaga aby pozostawić niepełne opakowania w celu porównania ofert.

2. Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne o czasie inkubacji 48h z możliwością odczytu po 24h?

**Odpowiedź:**

**NIE** – Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania testów biologicznych o czasie inkubacji 48h z możliwością odczytu po 24h. Zamawiający wymaga testów biologicznych o czasie inkubacji 24h z możliwością odczytu po 24h.

- **Pakiet nr 2**

**Pakiet nr 2**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w poz. 1 – 7 wymaga, aby rękawy papierowo – foliowe oznaczone były znakiem CE wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa a nie bezpośrednio na rękawie? Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji użytkowania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE oraz co do oznaczania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo – foliowe oznaczone były znakiem CE zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.

**Pakiet 2, poz. 8-9:**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie miękkiego krepowanego papieru do sterylizacji zgodnego z normą ISO 11607 oraz PN EN 868 cz. 1,2 w wymaganych kolorach o gramaturze 60gr/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

**TAK** – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie miękkiego krepowanego papieru do sterylizacji zgodnego z normą ISO 11607 oraz PN EN 868 cz. 1,2 w wymaganych kolorach o gramaturze 60gr/m<sup>2</sup>.

**Pakiet 2, poz. 10:**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego do sterylizacji zgodnego z normą ISO 11607 oraz PN EN 868 cz. 1,2, naprzemiennie pakowanego (biały/zielony - składany mix) o gramaturze 60gr/m<sup>2</sup>?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

**Odpowiedź:**

**TAK** – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego do sterylizacji zgodnego z normą ISO 11607 oraz PN EN 868 cz. 1,2, naprzemiennie pakowanego (biały/zielony - składany mix) o gramaturze 60gr/m<sup>2</sup>.

**Pakiet 2, poz. 1-7:**

**4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji zgodnych normą ISO 11607 oraz PN EN 868, na których:

- jest nadrukowany znak CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych;
- jest podana informacja o kierunku otwierania na linii zgrzewu od strony papieru oraz na linii zgrzewu od strony folii;

**Odpowiedź:**

**TAK** – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji zgodnych normą ISO 11607 oraz PN EN 868, na których:

- jest nadrukowany znak CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych;
- jest podana informacja o kierunku otwierania na linii zgrzewu od strony papieru oraz na linii zgrzewu od strony folii;

**Dotyczy pakietu nr 2**

**5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1-7) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnie z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź:**

**NIE** – Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1-7) oraz utworzenie odrębnego pakietu.


**6.** Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, które posiadają informację o kierunku otwierania na papierze, pod folią w obrębie zgrzewu?

**Odpowiedź:**

**TAK** – Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawów papierowo-foliowych, które posiadają informację o kierunku otwierania na papierze, pod folią w obrębie zgrzewu.

**Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie  
ds. ekonomiczno-administracyjnych  
  
mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

Krotoszyn, dnia 12.04.2011 r.