



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę papierów rejestrujących
i elektrod EKG dla SPZOZ Krotoszyn**

Nr sprawy: RZP-V/1/08 /11

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

• **Pakiet nr 1**

Pakiet nr 1 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oryginalnego papieru Mitsubishi K 65 w rozmiarze 110X20. Prośbę naszą argumentujemy tym, iż od końca 2009 roku firma Mitsubishi wprowadziła do obrotu na polskim rynku wyłącznie papier Mitsubishi K 65 w rozmiarze 110X20.

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru Mitsubishi K 65 w rozmiarze 110X20.

• **Pakiet nr 2**

Pytanie 1:

Dotyczy Pakietu nr 2

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody na piance z żelazem stałym w rozmiarze 32x40 mm lub 37x41 mm lub 35x50 mm lub o Ø 50 mm.

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie dopuszcza elektrody w rozmiarze 32x40 mm lub 37x41 mm lub 35x50 mm lub o Ø 50 mm.

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę do EKG jednorazowego użytku ze specjalnym hydrożelem o wymiarach 48x34 mm?

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie dopuszcza elektrody w rozmiarze 48x34 mm.

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnej elektrody okrągłej z wypustką ułatwiającą odklejenie. Elektroda o średnicy 43 mm i w miejscu gdzie znajduje się wypustka 46 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający dopuszcza elektrodę o ww. parametrach.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pytania dotyczące projektu umowy:

Paragraf 7 ustęp 7

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego punktu z umowy.

Paragraf 8 ustęp 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 48 godzin
- wad jakościowych w ciągu 14 dni

Po uwzględnieniu reklamacji przez Wykonawcę wymiana towaru nastąpi w ciągu 3 dni”

Paragraf 10 ustęp 1 lit. d


Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego punktu z umowy.

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę powyższych zapisów projektu umowy.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

Krotoszyn, dnia 12.04.2011 r.