



Krotoszyn, dnia 28.10.2011 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie - dostawa sprzętu medycznego**”. Nr sprawy RZP-VI/1/09/11

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

I. Dotyczy pakietu nr 9.

1. Czy Zamawiający dopuści aparat z generatorem o częstotliwości 20 kHz?
Odpowiedź: Nie dopuści.
2. Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem prądu od 30 do 300 mA?
Odpowiedź: Tak, dopuści.
3. Czy Zamawiający dopuści aparat gdzie zakres czasu ekspozycji wynosi 1,5 ms – 3,2 s?
Odpowiedź: Nie dopuści.
4. Czy Zamawiający dopuści aparat o wielkości małego ogniska lampy 0,8 mm ?
Odpowiedź: Nie dopuści.
5. Czy Zamawiający dopuści aparat z pochYLENIEM lampy wokół anoda – katoda $\geq 90^0$?
Odpowiedź: Nie dopuści.
6. Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 500 kg ?
Odpowiedź: Nie dopuści.
7. Czy Zamawiający dopuści aparat o minimalnej odległości ognisko – podłoga wynoszącej 80 cm?
Odpowiedź: Nie dopuści.

II. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1 respirator transportowy

1. **ad pkt. 7.** Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający zgodnie z zapisem pkt 1 wymaga zasilania zgodnego ze standardem w tego typu urządzeniach i wymaga zasilania na poziomach 12,24,28 V?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
2. **ad pkt. 8.** Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator transportowy o wadze 5,4 kg wraz z baterią wewnętrzną?
Odpowiedź: Tak, dopuści.

3. **ad pkt. 18.** Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator transportowy z zastawką nadciśnienia regulowaną w zakresie szerszym i zmieni wymóg na : Zastawka nadciśnienia regulowana w zakresie od 20 do 60 mbar?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zakresu regulacji .
4. **ad pkt. 20.** Czy zamawiający wymaga obrazowania na czytelnym wyświetlaczu elektroluminescencyjnym o wymiarach min. 105 X55 mm.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
5. **ad pkt. 39.** Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający w tym punkcie wymaga wyposażenia w metalowy stelaż transportowy, z uchwytem na butlę, reduktor do podłączenia butli i sieci centralnej oszczędzający zużycie tlenu z butli oraz uchwyt ścienny gwarantujący automatyczne ładowanie akumulatora.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

III. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 2 respirator stacjonarny

1. **ad pkt. I.2.** Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator o minimalnej objętości oddechu wymuszonego przy VCV 50 ml?
Odpowiedź: Tak, dopuści.
2. **ad pkt. I.4** Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości zasilania respiratora również z niskiego ciśnieniowego źródła tlenu (np. koncentratora tlenu)?
Odpowiedź: Nie wymaga.
3. **Tryby wentylacji.** Czy Zamawiający będzie wymagał wyposażenia respiratora w funkcję westchnień, niezwykle przydatną do rekrutacji pęcherzyków płuc?
Odpowiedź: Nie wymaga
4. **ad pkt. III.16.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie najwyższej klasy respiratora zmieniając wymóg zakresu częstości oddechowej od 2 do 80 1/min?
Odpowiedź: Tak, dopuści, lecz nie zmieni zakresu częstości oddechowej.
5. **ad pkt. III.18.** Czy Zamawiający dopuści respirator z automatycznym nastawianiem przepływu wdechowego, zależnie od pozostałych parametrów ciśnienia, objętości i czasu, z pomiarem podawanego pacjentowi przepływu oraz z możliwością nastawiania poziomu przyspieszenia przepływu?
Odpowiedź: Tak, dopuści.
6. **ad pkt. III.19.** Czy Zamawiający dopuści aparat umożliwiający kształtowanie fali oddechowej za pomocą parametru kształtu fali przyspieszenia przepływu Flow Acc dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych, natomiast dla oddechów objętościowo kontrolowanych stosujący optymalny opadający kształt fali przepływu?
Odpowiedź: Tak, dopuści.
7. **ad pkt. IV.25.** Czy Zamawiający będzie wymagał wyposażenia respiratora w kolorowy minimum 12 calowy ekran z prezentacją krzywych oddechowych i danych cyfrowych?
Odpowiedź: Nie wymaga.
8. **ad pkt. IV.29.** Czy Zamawiający będzie wymagał pomiaru Spontanicznej objętości minutowej?
Odpowiedź: Nie wymaga.

IV. Dotyczy pakietu nr 4, pozycja 1.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz.1) o szerokości 99 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź: Tak, dopuści.
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz.1) z leżem o szerokości 88 cm, co różni się od parametru oczekiwanego o 2 cm?
Odpowiedź: Tak, dopuści.
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz.1) z regulacją oparcia pleców, bez wyodrębnionego żaglówka?
Odpowiedź: Tak, dopuści.
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz.1) z przechyłami Trendelenburga i anty-Trendelenburga 18°, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?
Odpowiedź: Tak, dopuści.
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz.1) z regulacją oparcia uda w zakresie 0-45°?
Odpowiedź: Tak, dopuści.
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz.1) z wszystkimi segmentami leża wypełnionymi panelami ABS?
Odpowiedź: Tak, dopuści.
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz.1) bez uchylnych szczytów wezglowia?
Odpowiedź: Tak, dopuści.

V. Dotyczy pakietu nr 4, pozycja 3.

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową wykonaną z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej?
Odpowiedź: Tak, dopuści.
2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z szufladą wysuwaną jednostronnie?
Odpowiedź: Nie dopuści.
3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z drzwiczkami otwieranymi jednostronnie?
Odpowiedź: Nie dopuści.
4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z regulacją blatu bocznego w zakresie 810-1005 mm?
Odpowiedź: Tak, dopuści.
5. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z regulacją pochylenia blatu bocznego 30°?
Odpowiedź: Tak, dopuści.
6. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o wysokości 810 mm?
Odpowiedź: Tak, dopuści.

7. Czy Zamawiający dopuści 7 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź: Nie dopuści.

VI. Dotyczy pakietu nr 11

1. Czy Zamawiający dopuści aparat USG wysokiej klasy o podanych poniżej parametrach
- Uśrednienie obrazu (frame correlation) min 7 poziomów, - Odpowiedź: Tak, dopuści.
 - Przekątna monitora min 7 cali, - Odpowiedź: Tak, dopuści..
 - Wbudowana pamięć min 800 obrazów, - Odpowiedź: Tak, dopuści..
 - Brak automatycznej zmiany częstotliwości pracy w zależności od głębokości - zmiana częstotliwości pracy każdorazowo powinna być dokonywana na podstawie subiektywnej oceny lekarza wykonującego badania, Odpowiedź: Nie dopuści.
 - Głowica Convex: zakres częstotliwości 3,5 MHz, promień max 20 mm, kąt obrazowania min 110°. Odpowiedź: Tak, dopuści.

VII. Dotyczy: Pakiet nr 2: Lampa operacyjna jednokopułowa – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną jednokopułową, w której regulacja pola oświetlenia czaszy pozostaje w szerszym zakresie, tj. 17 – 28 cm? Jest to parametr lepszy niż wymagany.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

VIII. Dotyczy pakietu nr 9

1. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat o częstotliwości równej 40KHz?
Odpowiedź: Nie dopuści.
2. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat o zakresie prądu równym 25-200mA?
Odpowiedź: Tak, dopuści
3. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat o zakresie mAs równym 0.5 do 250?
Odpowiedź: Tak, dopuści.
4. Czy zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o czasie ekspozycji równym 0,003s do 6,3s?
Odpowiedź: Tak, dopuści.
5. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z możliwością pochylenie monobloku względem anody o 360 a względem katody o 180?
Odpowiedź: Tak, dopuści
6. Czy zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o masie całkowitej nie przekraczającej 150kg?
Odpowiedź: Nie dopuści.
7. Czy zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o szerokości 71cm?
Odpowiedź: Tak, dopuści
8. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat o minimalnej odległości ogniska od podłogi równej 46.5cm?
Odpowiedź: Tak, dopuści

IX. Dotyczy pakietu nr 10.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenie o wadze 6,8 kg?
Urządzenie posiada wygodny uchwyt oraz koła pomagające przy przenoszeniu ogrzewacza.
Odpowiedź: Tak, dopuści

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenie o prądzie 6 A zamiast 7A? Nie wywiera to wpływu na pracę urządzenia.
Odpowiedź: Tak, dopuści

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z licznikiem przepracowanych godzin umieszczonym w widocznym miejscu urządzenia bez opcji automatycznego informowania o konieczności dokonania przeglądu?
Odpowiedź: Tak, dopuści

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kontrolą przegrzania urządzenia powyżej zaprogramowanej wartości temperatury – alarm optyczny + automatyczne wyłączenie grzałki?
Odpowiedź: Tak, dopuści

Z poważaniem


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krótoszynie
lek. Paweł Jakubek