

**Opis przedmiotu zamówienia**  
**„ Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – II etap modernizacji**  
**Szpitala Powiatowego w Krotoszynie - dostawa sprzętu medycznego”**

**Pakiet nr 2**

**Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych**

**Należy opisać każde bez wyjątku z podanych wymagań Zamawiającego.**

**Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)**  
**Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.**

**Pozycja 1**

**Lampa operacyjna jednokopułowa**

<b>L.p.</b>	<b>Funkcja / Parametr</b>	<b>ważność</b>	<b>oferowane parametry</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Konstrukcja lampy jednokopułowa	TAK	
2.	Mocowanie lampy naścienne.	TAK	
3.	Natężenie oświetlenia (lux) $\geq 120\ 000$	TAK	
4.	Regulacja średnicy pola oświetlenia (cm) min 16÷22	TAK	
5.	Temperatura barwowa	TAK	
6.	Wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 94$	TAK	
7.	Całkowite natężenie napromienienia dla 100 000 lx - $\geq 390$ W/m <sup>2</sup>	TAK	
8.	Wgłębność (cm) - 70	TAK	
9.	Zakres roboczy (cm) $\geq 70-140$	TAK	
10.	Napięcie zasilania lampy 230 V, 50/60 Hz	TAK	
11.	Rodzaj pracy ciągła.	TAK	
12.	Pozycjonowanie lampy wraz z regulacją wielkości plamy świetlnej za pomocą zdejmowalnego uchwyty sterylnej,	TAK	
13.	Możliwość kontynuacji zabiegu w przypadku przepalenia jednej z żarówek.	TAK	
14.	Odległość ogniskowej od ściany min 240 cm. (dopuszczalne zastosowanie przedłużki).	TAK	
15.	Instrukcja obsługi w j.polskim (z dostawą)	TAK	
16.	Serwis na terenie Polski	TAK	

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)