

Opis przedmiotu zamówienia
„Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – II etap modernizacji
Szpitala Powiatowego w Krotoszynie - dostawa sprzętu medycznego”

Pakiet nr 6

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Należy opisać każde bez wyjątku z podanych wymagań Zamawiającego.

Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.

Pozycja 1

Myjka do kaczek i basenów.

L.p.	Funkcja / Parametr	ważność	oferowane parametry
1	2	3	4
1.	Urządzenie ma umożliwiać mycie i dezynfekcję kaczek , basenów i słoje od ssaków .	TAK	
2.	Obudowa wykonana z blachy kwasoodpornej.	TAK	
3.	Zasilanie 230 V 50 Hz	TAK	
4.	Autotest podczas uruchamiania urządzenia.	TAK	
5.	W przypadku zaniku prądu automatyczny powrót do początku procesu dezynfekcji.	TAK	
6.	Sygnalizowanie wszystkich stanów awaryjnych podczas procesu mycia i dezynfekcji.	TAK	
7.	Dezynfekcja parą oraz detergentami.	TAK	
8.	Program ekonomiczny	TAK	
9.	Program podstawowy	TAK	
10.	Program intensywny dla mocno zabrudzonych pojemników.	TAK	
11.	Automatyczna blokada myjki w przypadku niedrożności rury spustowej.	TAK	
12.	Automatyczna blokada drzwi po rozpoczęciu procesu mycia i odblokowanie po zakończeniu.	TAK	
13.	Elektroniczne nadzorowanie całego cyklu pracy.	TAK	
14.	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny.	TAK	
15.	Stałe wyświetlania wszystkich parametrów procesu mycia i dezynfekcji.	TAK	
16.	Wyświetlenie komunikatu o pomyślnym zakończeniu procesu mycia.	TAK	
17.	Serwis na terenie Polski	TAK	
18.	Instrukcja obsługi w j.polskim (z dostawą)	TAK	

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)