

Opis przedmiotu zamówienia
„ Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – II etap modernizacji
Szpitala Powiatowego w Krotoszynie - dostawa sprzętu medycznego”

Pakiet nr 9

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Należy opisać każde bez wyjątku z podanych wymagań Zamawiającego.

Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.

Pozycja 1

Przyłóżkowy aparat RTG.

L.p.	Funkcja / Parametr	ważność	oferowane parametry
1	2	3	4
I	Generator Rtg	TAK	
1.	Moc generatora ≥ 4 kW	TAK	
2.	Częstotliwość generatora > 150 kHz	TAK	
3.	Zakres napięć od 40 kV do 115 kV	TAK	
4.	Regulacja napięcia co 1 kV	TAK	
5.	Zakres prądu od 5 mA do 100 mA	TAK	
6.	Zakres mAs od 0,1 mAs do 200 mAs	TAK	
7.	Zakres czasu ekspozycji od 1 ms do 6300 ms	TAK	
8.	Dwupunktowa technika ekspozycji	TAK	
9.	Napięcie 230 V/50 Hz	TAK	
II	Lampa Rtg		
1.	Dwa ogniska lampy	TAK	
2.	Wielkość małego ogniska lampy: $\leq 0,6$ mm	TAK	
3.	Wymiary dużego ogniska lampy: $\leq 1,5$ mm	TAK	
4.	Kolimator sterowany ręcznie ze świetlną symulacją pola promieniowania	TAK	
5.	Kolimator obrotowy	TAK	
6.	Pojemność cieplna anody ≥ 40 kHU	TAK	
7.	Kąt obrotu kolimatora $\geq \pm 90^\circ$	TAK	
III	Podstawa jezdna z ramieniem ruchomym.		
1.	Możliwość obrotu lampy wokół osi wysięgnika w zakresie $\geq 360^\circ$	TAK	
2.	Możliwość pochylania monobloku/lampy wokół anoda-katoda w zakresie $\geq 250^\circ$.	TAK	
3.	Pojemnik na kasety o pojemności ≥ 4 kasety 35x43 cm	TAK	
4.	Możliwość blokady ruchu kół	TAK	
5.	Waga aparatu ≤ 70 kg	TAK	
6.	Szerokość aparatu ≤ 65 cm	TAK	
7.	Minimalna odległość ognisko-podłoga ≤ 40 cm	TAK	

8.	Maksymalna odległość ognisko-podłoga ≥ 200 cm	TAK	
9	Instrukcja obsługi w j.polskim (z dostawą)	TAK	
10	Serwis na terenie Polski	TAK	

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....
(miejsowość i data)

.....
(pieczętka i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)