

Opis przedmiotu zamówienia
„ Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – II etap modernizacji
Szpitala Powiatowego w Krotoszynie - dostawa sprzętu medycznego”

Pakiet nr 10

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Należy opisać każde bez wyjątku z podanych wymagań Zamawiającego.

Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.

Pozycja 1

Aparat do ogrzewania pacjenta

L.p.	Funkcja / Parametr	ważność	oferowane parametry
1	2	3	4
1.	Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem	TAK	
2.	Min. 4 zakresy temperatur: - powietrze w temperaturze pokojowej - 32°C - 38 °C - 43°C	TAK	
3.	Dokładność ogrzewania: min. 2 °C	TAK	
4.	Podstawa jezdna do aparatu (wózek: 2 koła z blokadą + koszyk na kołdry)	TAK	
5.	Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek oraz łóżku pacjenta	TAK	
6.	Urządzenie łatwe do przenoszenia: uchwyt, ciężar max 6 kg	TAK	
7.	Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem	TAK	
8.	Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem	TAK	
9.	Długość przewodu grzewczego min 1,8 m	TAK	
10.	Przepływ powietrza: min. 1200 l/min	TAK	
11.	Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA – min. 0,3µm	TAK	
12.	Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym	TAK	
13.	Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący (wizualnie lub dźwiękowo) o konieczności dokonania przeglądu urządzenia	TAK	
14.	Zasilanie 230 V, 50/60 Hz, 7A	TAK	
15.	Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych Rtg. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza.	TAK	

16.	Dostępne koce ogrzewające pacjenta w kilku rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koc na dolną część ciała; koc na górną część ciała; koc na całe ciało; koc pediatryczne) Dołączyć po 50 sztuk z każdego rodzaju.	TAK	
17.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
18.	Serwis na terenie Polski	TAK	

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....
(miejsce i data)

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)