

Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

Składając ofertę w przetargu na „**Dostawę stymulatorów pracy serca oraz kardiowerterów – defibrylatorów pracy serca wraz z użyczeniem programatora i analizatora do śródoperacyjnego wszczepiania stymulatorów**” oświadczam, że oferuję następujące warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ(art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej. Nie wypełnienie rubryki 4 „Wartość oferowana” jest traktowane jako brak tych warunków w oferowanym zestawie.

Lp	Warunki gwarancji i serwisu	Warunek graniczny	Wartość oferowana
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Gwarancja obejmuje stymulatory, kardiowertery- defibrylatory i elektrody.	≥ 36 miesięcy	
2.	Proszę sprecyzować ewentualne ograniczenia gwarancyjne oraz ewentualne przyczyny utraty lub cofnięcia gwarancji.	Podać	
3.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia .	Min 9 lat od daty dostawy	
4.	Terminy przeglądów gwarancyjnych.	podać	
5.	Serwis na terenie Polski	TAK	

.....

(miejsowość i data)

.....

(pieczęć i podpis osoby upoważ.
do reprezentowania Wykonawcy)