



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarcie na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Krotoszyn 26.01.2012 r.

**OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
„Dostawa drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego
dla SPZOZ Krotoszyn ”
Nr sprawy RZP-V/1/35/11**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu została wybrana oferta firmy:

Pakiet nr 1, 6, 7:

**Centrum Zaopatrzenia Medycznego
i Weterynaryjnego
CENTROWET CEZAL Sp. z o.o.
Ul. Dąbrowskiego 133/135
60 - 543 Poznań**

Pakiet nr 1 - w cenie – 10.929,60 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najniższą cenę.

Pakiet nr 6 - w cenie – 1.944,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najniższą cenę.

Pakiet nr 7 - w cenie – 155,52 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najniższą cenę.

Pakiet nr 2, 3, 5:

**MEDLAB PRODUCTS SP. Z O.O.
UL. GACZYŃSKIEGO 8
05-090 RASZYN**

Pakiet nr 2 - w cenie – 21.685,32 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najniższą cenę.

Pakiet nr 3 - w cenie – 777,60 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najniższą cenę.

Pakiet nr 5 - w cenie – 9.585,65 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najniższą cenę.

Pakiet nr 4:

**PZ CORMAY S.A.
ul. Wiosenna 22
05-092 Łomianki**

Pakiet nr 4 - w cenie – 1.209,60 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w ww. pakiecie.

Pakiet nr 8, 9:

**ALPOZ Sp. z o.o.
Diagnostyka
Ul. Fabryczna 16**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

62-010 Pobiedziska

Pakiet nr 8 - w cenie – 72.073,91 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w ww. pakiecie.

Pakiet nr 9 - w cenie – 2.797,02 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najniższą cenę.

Zamawiający odrzucił następujące oferty:

Oferta firmy Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „ZARYS” Sp. z o.o., UL. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze została odrzucona w pakiecie nr 1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w SIWZ żądał w poz. 2 zaoferowania - Nakłuwacza automatycznego w kształcie litery T - głębokość nakłucia 2,4 mm, w poz. 3 zaoferowania - Nakłuwacza automatycznego w kształcie litery T - głębokość nakłucia 1,8 mm Zamawiający zwrócił się do ww. firmy z prośbą o dostarczenie próbek zaoferowanych nakłuwaczy. Zaoferowane próbki nie są nakłuwaczami w kształcie litery T, w związku z tym nie odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia, czyli są niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Ponadto oferta firmy ALCHEM GRUPA Sp. z o.o., Ul. Polna 21, 87-100 Toruń, Oddział Wielkopolska, Ul. Długa 19, 63-400 Ostrów Wlkp. została odrzucona w pakiecie nr 9 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaoferowana przez ww. firmę Wirówka SPROUT – MPW, nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia podanemu przez Zamawiającego, gdyż jak wynika z przedstawionych przez ww. firmę danych technicznych Wirówka SPROUT – MPW wirówka posiada adaptery na mikropróbki o poj. 0,5 / 0,4 ml, natomiast Zamawiający wymagał adapterów na mikropróbki o poj. 0,5 / 0,6 ml; wirówka posiada rozmiary 153x 153x 102 mm, natomiast Zamawiający wymagał wirówki o wymiarach 153 x 153 x 110 mm. W związku z powyższym wirówka nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert – zp 21 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krotoszynie
lek. Paweł Jakubek