



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Krotoszyn, 09.01.2012 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu i szła laboratoryjnego dla SP ZOZ Krotoszyn
Nr sprawy RZP-V/1/35/11**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

1. Pakiet nr 2, pozycja 8.

Czy Zamawiający w Pakiecie 2, poz. 8 dopuści zaoferowanie probówek z korkiem nieprzebijalnym, standardowym ?

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający nie dopuszcza probówek z korkiem nieprzebijalnym, standardowym.

2. Pakiet nr 2, pozycja 10 i 11.

Czy Zamawiający w Pakiecie 2, poz. 10 i 11 podtrzymuje wymóg probówek z korkiem w poz. 10 jeżeli w poz. 11 wymaga oddzielnie korków do probówek z poz. 10 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w poz. 10 probówki bez korka, a w poz. 11 wymaga zaoferowania korka kompatybilnego z probówką z poz. 10.

3. Pakiet nr 2, pozycja 14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o poj. do 120 µl?

Odpowiedź:

NIE - Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie probówek o poj. do 120 µl.

4. Pakiet 5 pozycja 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o śr 16mm i wys. 150mm?

Odpowiedź:

TAK – Zamawiający wyraża zgody na zaoferowanie probówek o śr.16mm i wys. 150mm.

5. Pakiet 8.

W uwagach pod tabelą formularza cenowego Zamawiający napisał: „Zamawiający wymaga aby asortyment w pozycjach od 1 do 11 pochodził od jednego producenta, a także aby asortyment z poz. od 12 do 15 był również jednego producenta.” Jednocześnie w pozycji nr 12 znajduje się statyw do OB., który ma być kompatybilny z probówką z poz. 7. Wynika z tego, że pozycja nr 12 powinna pochodzić od tego samego producenta co pozycje od 1 do 11.

Czy zatem nastąpiła tutaj pomyłka i powinno być zapisane, że asortyment w pozycjach od 1 do 12 ma pochodzić od jednego producenta i asortyment od 13 do 15 ma być również jednego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby asortyment w pozycjach od 1 do 12 pochodził od jednego producenta i asortyment od 13 do 15 pochodził od jednego producenta.

6. Pakiet 8 pozycja 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie probówki o pojemności 10 ml?

NIE- Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie probówki o pojemności 10 ml.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

7. Pakiet 8 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści próbkę z EDTA o pojemności 1 – 2 ml?

NIE- Zamawiający nie dopuszcza próbki z EDTA o pojemności 1 – 2 ml

8. Pakiet 8 Pozycja 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie próbki do koagulologii o pojemności 1,8 ml, kompatybilnej z aparatem Sysmex CS-2100I?

NIE- Zamawiający nie dopuszcza zaferowanie próbki do koagulologii o pojemności 1,8 ml, kompatybilnej z aparatem Sysmex CS-2100I?

9. Pakiet 8 pozycja 6:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie próbki do koagulologii o pojemności 2,7 ml, kompatybilnej z aparatem Sysmex CS-2100I?

NIE- Zamawiający nie dopuszcza zaferowanie próbki do koagulologii o pojemności 2,7 ml, kompatybilnej z aparatem Sysmex CS-2100I?

10. Pakiet 8 pozycja 7:

Czy Zamawiający dopuści próbkę do oznaczania OB. w zakresie pojemności pobieranej próbki krwi 4-4,5 ml?

NIE- Zamawiający nie dopuszcza zaferowanie próbki do oznaczania OB. w zakresie pojemności pobieranej próbki krwi 4-4,5 ml

11. Pakiet 8 pozycja 13:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie próbki do separacji surowicy o pojemności 500 µl?

NIE- Zamawiający nie dopuszcza zaferowanie próbki do separacji surowicy o pojemności 500 µl.

12. Pakiet 8 pozycja 4:

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści próbki heparyna litową?

NIE- Zamawiający nie dopuszcza próbki heparyna litową, wymaga próbki z heparyną sodową.

13. Pakiet 8 pozycja 11:

Czy Zamawiający w pozycji nr 11 oczekuje uchwytu z zamontowanym na stałe adapterem typu Luer, umieszczonym decentrycznie w celu umożliwienia płaskiego wkłucia?

TAK - Zamawiający wymaga uchwytu z zamontowanym na stałe adapterem typu Luer, umieszczonym decentrycznie w celu umożliwienia płaskiego wkłucia.

14. Pakiet 8 pozycja 11:

Czy Zamawiający w pozycji nr 11 oczekuje aby uchwyt z Luerem był gotowy do użycia, sterylnie pakowany?

TAK - Zamawiający wymaga uchwytu z Luerem który będzie gotowy do użycia, sterylnie pakowany.

15. Pakiet 8 pozycja 13-15:

Czy Zamawiający w pozycjach 13-15 dopuści próbki i lejki lub kapilary (ułatwiający pobranie krwi włośniczkowej) pakowane oddzielnie a co się z tym wiąże wyceniane oddzielnie?

NIE- Zamawiający nie dopuszcza próbek i lejków lub kapilar (ułatwiający pobranie krwi włośniczkowej) pakowanych oddzielnie a co się z tym wiąże wycenianych oddzielnie.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

15. Pakiet 8 pozycja 13-15:

Czy Zamawiający w pozycjach 13-15 dopuści pojemności o objętości pobrania 500-600ul?

NIE- Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak w SIWZ.

PYTANIA DO PROJEKTU UMOWY:

1. Czy Zamawiający dopuści zmianę w §12 punkt 2 z „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: - za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości umownej przedmiotu umowy...” na „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: - za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości umownej niezrealizowanego przedmiotu umowy...”

Odpowiedź:

Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.


2. Załącznik nr 4 Umowa – projekt, § 6 pkt 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu umożliwiającego zmiany cen podczas okresu trwania umowy w przypadku zmiany kursu euro przynajmniej o 10 % w odniesieniu do średniego kursu ogłoszonego w dniu otwarcia ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk