



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego medycznego - akcesoria anestetyczne dla SPZOZ Krotoszyn

Nr sprawy: RZP-V/1/14 /12

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zapytania do Formularza cenowego:

1. Pakiet 1, poz. 1

Czy oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym powinny posiadać odłączany, mleczny łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1 ?

Odpowiedź - Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, które mogą posiadać odłączany, mleczny łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1.

2. Pakiet 1, poz. 2

Czy oferowane rurki bez mankieta powinny ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania posiadać skalowane na całej swej długości co min. 0,5cm od min. 3cm oraz czy powinny posiadać kontrastującą w RTG, wyraźnie (na całym obwodzie) oznaczoną końcówkę dystalną, co umożliwia bardzo dokładną identyfikację położenia rurki przez cały okres zainstalowania - tak jak np. w rurkach światowego lidera w ich produkcji firmy Vygon /Francja/ ?

Odpowiedź - Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza rurki bez mankieta, które mogą ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania posiadać skalowane na całej swej długości co min. 0,5cm od min. 3cm oraz mogą posiadać kontrastującą w RTG, wyraźnie (na całym obwodzie) oznaczoną końcówkę dystalną, co umożliwia bardzo dokładną identyfikację położenia rurki przez cały okres zainstalowania

3. Pakiet 1, poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki dotchawiczej, zbrojonej gdzie rozmiar rurki i średnica mankieta umiejscowione są na ramce

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiarów 7.0; 8.0; 9.0;

Odpowiedź - NIE - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

4. Pakiet 1, poz. 4-5

Czy oferowane rurki Guedela powinny posiadać kolorystyczny kod rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki, co zapewnia ich identyfikowalność w trakcie całego okresu użytkowania, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych ?

Odpowiedź - Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza rurki Guedela, które mogą posiadać kolorystyczny kod rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki, co zapewnia ich identyfikowalność w trakcie całego okresu użytkowania, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych.

5. Pakiet 1, poz. 4-5

Czy oferowane rurki Guedela powinny posiadać zintegrowany bloker zgryzu, gwarantujący podwyższony stopień bezpieczeństwa użytkowania w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych?

Odpowiedź - Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza rurki Guedela, które mogą posiadać zintegrowany bloker zgryzu, gwarantujący podwyższony stopień bezpieczeństwa użytkowania w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych

6. Pakiet 1, poz. 4-5

Czy oferowane rurki Guedela powinny być wykonane z materiałów pozbawionych szkodliwych dla zdrowia ftalanów, pcv i lateksu, co zapewnia bezpieczeństwo anafilaktyczne użytkowania, a jednocześnie powoduje iż produkt jest przyjazny środowisku ?

Odpowiedź - Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza rurki Guedela, które mogą być wykonane z materiałów



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarcia na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

pozbawionych szkodliwych dla zdrowia ftalanów, pcv i lateksu, co zapewnia bezpieczeństwo anafilaktyczne użytkowania, a jednocześnie powoduje iż produkt jest przyjazny środowisku.

7. Pakiet 1, poz. 9, 10

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje by nebulizator w zestawie posiadał antyprzelewową konstrukcję pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, średnią średnicą nebulizowanych cząstek MMAD 2,7 µm?

Odpowiedź - Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza nebulizator, który może w zestawie posiadać Antyprzelewową konstrukcję pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, średnią średnicą nebulizowanych cząstek MMAD 2,7 µm

8. Pakiet 1, Poz. 15-16

Czy oferowane cewniki do odsysania powinny posiadać numeryczne i kolorystyczne oznaczenie rozmiaru, zgodne z międzynarodową skalą i obowiązującymi normami, zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, co umożliwi szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru, w każdym momencie wykonywania procedury?

Odpowiedź - Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza cewniki do odsysania, które mogą posiadać numeryczne i kolorystyczne oznaczenie rozmiaru, zgodne z międzynarodową skalą i obowiązującymi normami, zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, co umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru, w każdym momencie wykonywania procedury.

9. Pakiet 1, Poz. 15-16

Czy oferowane cewniki do odsysania powinny posiadać uniwersalne zakończenia typu lejek z wewnętrznym karbowaniem, zapewniającym w pełni szczelne połączenie z drenami łączącymi, a tym samym zapewniającym skuteczne i bezpieczne wykonanie procedury?

Odpowiedź - Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza cewniki do odsysania, które mogą posiadać uniwersalne zakończenia typu lejek z wewnętrznym karbowaniem, zapewniającym w pełni szczelne połączenie z drenami łączącymi, a tym samym zapewniającym skuteczne i bezpieczne wykonanie procedury.

10. Pakiet 1, Poz. 15-16

Czy oferowane cewniki do odsysania powinny być pakowane w opakowanie typu folia-papier z dodatkowym otworem, umożliwiającym ich zawieszenie na uniwersalnych wieszakach przy łóżkach (stanowiskach) pacjenta?

Odpowiedź - Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza cewniki do odsysania, które mogą być pakowane w opakowanie typu folia-papier z dodatkowym otworem, umożliwiającym ich zawieszenie na uniwersalnych wieszakach przy łóżkach (stanowiskach) pacjenta.

11. Pakiet 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr.2 poz.1 zestawu do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, przewodnik, 1-światłowy cewnik 14 Ga/20cm lub 16 Ga/20cm (do wyboru przez Zamawiającego), strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące.

Odpowiedź – NIE - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

12. Pakiet 2, poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr.2 poz.2 zestawu do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, przewodnik, 2-światłowy cewnik 7Fr/20cm (do wyboru przez Zamawiającego), strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące.

Odpowiedź – NIE - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

13. Pakiet 2, poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr.2 poz.3 zestawu do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, przewodnik, 3-światłowy cewnik 7Fr/20cm (do wyboru przez Zamawiającego), strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące.

Odpowiedź – NIE - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

14. Pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 w pozycji 2 **Zestaw do wkluc centralnych dużych naczyń dwukanałowy 7,5 Fr /20 cm** - posiada możliwość wprowadzenia przewodnicy bez rozłączania strzykawki



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarcie na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

oraz kanały zakończone zastawkami uniemożliwiającymi wyciek płynu, krwi i wnikanie powietrza do zestawu. **Zestaw zawiera:** cewnik wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” z aplikatorem, igłę wprowadzającą – prostą, bez dodatkowego bocznego łącznika, skalpel, ruchome skrzydełko mocujące, strzykawkę 5 - 10ml **niskooporawa**, koreczki do każdego przedłużenia w zestawie ?

Odpowiedź – NIE - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

15. Pakiet 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 w pozycji 3 **2 Zestaw do wkluc centralnych dużych naczyń trzykanałowy 7,5 Fr /20 cm** - posiada możliwość wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki oraz kanały zakończone zastawkami uniemożliwiającymi wyciek płynu, krwi i wnikanie powietrza do zestawu. **Zestaw zawiera:** cewnik wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” z aplikatorem, igłę wprowadzającą – prostą, bez dodatkowego bocznego łącznika, skalpel, ruchome skrzydełko mocujące, strzykawkę 5 - 10ml **niskooporawa**, koreczki do każdego przedłużenia w zestawie ?

Odpowiedź – NIE - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

16. Pakiet 3, poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje by filtr posiadał nadrukowane na obwodzie filtra wartości minimalną i maksymalną objętości oddechowej VT?

Odpowiedź - Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza by filtr posiadał nadrukowane na obwodzie filtra wartości minimalną i maksymalną objętości oddechowej VT.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr ma być kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim?

Odpowiedź - Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza filtr , który może być kodowany kolorystycznie kolorem Niebieskim.

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje by filtr posiadał klasę HEPA 13 o skuteczności filtracji w teście cząsteczkowym nie większej niż 99, 97% i penetracji nie większej niż 0,03%?

Odpowiedź – NIE - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

17. Pakiet 3, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje by przestrzeń wynosiła 10ml.

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje przestrzeni martwej w przedziale od 10 – 20 ml.

18. Pakiet 3, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje w układzie oddechowym by rura wdechowa do podłączenia do respiratora była rozciągliwa do 50cm.

Odpowiedź – NIE - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

19. Pakiet 3, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy układ oddechowy ma być pozbawiony DEHP.

Odpowiedź – Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza by układ oddechowy mógł być pozbawiony DEHP.

20. Pakiet 3, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje układu oddechowego z niebieskimi, elastycznymi złączami.

Odpowiedź – Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza układu oddechowego z niebieskimi, elastycznymi złączami.

21. Pakiet 3, poz. 6 - 7

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożonej ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź – NIE - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

22. Pakiet 4, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożonej ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź – NIE - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

23. Pakiet 4, poz. 4

Czy zamawiający dopuści zestaw do autotransfuzji pooperacyjnej składający się 2-ch drenów spiralnych z trokami, łącznika Y, mieszka z uchwytem na kciuk o poj. 125ml, worka na krew z zastawką antyzwrotną i filtrem krwi 200u, worek na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną, specjalny aparat do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym min. 40u, worek zapasowy na krew.

Odpowiedź – NIE - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

24. Pakiet 5, Poz. 1-2

Czy oferowane igły do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych powinny posiadać wygodny w użyciu, w pełni przezroczysty uchwyt, ułatwiający wizualizację pobieranego płynu, posiadający wskaźnik położenia szlif igły zarówno w uchwycie igły jak i uchwycie kolorystycznie oznaczonego mandrynu, co umożliwi wygodną lokalizację położenia szlif w trakcie całego okresu trwania wykonywania procedury?

Odpowiedź - Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza igły do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń Podpajęczynówkowych, które mogą posiadać wygodny w użyciu, w pełni przezroczysty uchwyt, ułatwiający wizualizację pobieranego płynu, posiadający wskaźnik położenia szlif igły zarówno w uchwycie igły jak i uchwycie kolorystycznie oznaczonego mandrynu, co umożliwia wygodną lokalizację położenia szlif w trakcie całego okresu trwania wykonywania procedury.

25. Pakiet 5, poz. 1-2

Czy oferowane igły do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych powinny posiadać wygodny w użyciu uchwyt z wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony przyzmatem, zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, co znacznie ułatwia prawidłowe i szybkie pozycjonowanie igły oraz wykonanie procedury?

Odpowiedź - Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza igły do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń Podpajęczynówkowych, które mogą posiadać wygodny w użyciu uchwyt z wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony przyzmatem, zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, co znacznie ułatwia prawidłowe i szybkie pozycjonowanie igły oraz wykonanie procedury.

26. Pakiet 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na igły do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 18G (1.3x88-90mm), spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun /Niemcy/ ?

Wskazana w pytaniu różnica w średnicy igły wyrażonej w milimetrach wynika z obowiązującej przy przeliczeniach (międzynarodowej jednostki Gauge na milimetry) konwersji rozmiarów, dopuszczającej wskazaną tolerancję, ustanawiając tym samym rozmiary równoważne np. 18G (1.2-1.3mm) - nie stanowiąc jednocześnie praktycznej różnicy w warunkach klinicznych przy przeprowadzanej procedurze.

Odpowiedź - NIE – Zamawiający nie dopuszcza igły do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 18G (1.3x88-90mm).

27. Pakiet 5, poz. 1, 3

Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na igły do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem typu Quincke (Yale) Standard (analogicznie do igieł z pozycji 2), spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun /Niemcy/ ?

Odpowiedź - NIE – Zamawiający nie dopuszcza igły do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem typu Quincke (Yale) Standard.

28. Pakiet 5, poz. 4

Czy należy zaoferować igły do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych o dwóch długościach t.j. 103 i 120mm, do wyboru przez Zamawiającego w zależności od bieżących potrzeb klinicznych?

Odpowiedź – Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarcie na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

30. Pakiet 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na igły do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych o długości 120mm, z prowadnicą w rozmiarze G22 o długości 1 3/8”, pakowaną osobno, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz – światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun /Niemcy/ ?

Odpowiedź – Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

30. Pakiet 5, poz. 4

Czy oferowane igły typu Pencil Point do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych powinny posiadać wygodny w użyciu, w pełni przezroczysty uchwyt, ułatwiający wizualizację pobieranego płynu, posiadający wskaźnik położenia szlif igły zarówno w uchwycie igły jak i uchwycie kolorystycznie oznaczonego mandrynu, co umożliwia wygodną lokalizację położenia szlif w trakcie całego okresu trwania nakłucia ?

Odpowiedź – Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza igły typu Pencil Point do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych, które mogą posiadać wygodny w użyciu, w pełni przezroczysty uchwyt, ułatwiający wizualizację pobieranego płynu, posiadający wskaźnik położenia szlif igły zarówno w uchwycie igły jak i uchwycie kolorystycznie oznaczonego mandrynu, co umożliwia wygodną lokalizację położenia szlif w trakcie całego okresu trwania nakłucia.

31. Pakiet 5, poz. 4

Czy oferowane igły typu Pencil Point do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych powinny posiadać wygodny w użyciu uchwyt z wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony przyzmatem, zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, co znacznie ułatwia prawidłowe i szybkie pozycjonowanie igły oraz wykonanie procedury ?

Odpowiedź – Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza igły typu Pencil Point do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych, które mogą posiadać wygodny w użyciu uchwyt z wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony przyzmatem, zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, co znacznie ułatwia prawidłowe i szybkie pozycjonowanie igły oraz wykonanie procedury.

32. Pakiet 5, poz. 4

Czy oferowane igły typu Pencil Point do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych oraz kompatybilne z nimi prowadnice powinny posiadać taką konstrukcję uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnicę skracają długość roboczą igły podpajęcznej o mniej niż 12mm, co umożliwia ich wygodne użycie m.in. u pacjentów otyłych ?

Odpowiedź - Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza igły typu Pencil Point do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych oraz kompatybilne z nimi prowadnice, które mogą posiadać taką konstrukcję uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnicę skracają długość roboczą igły podpajęcznej o mniej niż 12mm, co umożliwia ich wygodne użycie m.in. u pacjentów otyłych.

33. Pakiet 5, poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na igły do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 24-25G z 103mm z prowadnicą 20G x 1 1/4”, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ?

Proponowana tolerancja rozmiaru nie ma istotnego wpływu na prawidłowość wykonania procedur z klinicznego punktu widzenia a jednocześnie poszerza grono potencjalnych Wykonawców, co z pewnością leży w interesie Zamawiającego.

Odpowiedź - **NIE** – Zamawiający nie dopuszcza igły do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 24-25G z 103mm z prowadnicą 20G x 1 1/4”.

34. Pakiet 5, poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na igły do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 24-25G z 145-150mm z prowadnicą 20G, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ?

Proponowana tolerancja rozmiaru nie ma istotnego wpływu na prawidłowość wykonania procedur z klinicznego punktu widzenia a jednocześnie poszerza grono potencjalnych Wykonawców, co z pewnością leży w interesie Zamawiającego.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarcie na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Odpowiedź - NIE – Zamawiający nie dopuszcza igły do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 24-25G z 145-150mm z prowadnicą 20G.

35. Pakiet 5, poz. 7

Czy oferowane igły typu Pencil Point do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych powinny posiadać wygodny w użyciu, w pełni przezroczysty uchwyt, ułatwiający wizualizację pobieranego płynu, posiadający wskaźnik położenia szlif igły zarówno w uchwycie igły jak i uchwycie kolorystycznie oznaczonego mandrynu, co umożliwia wygodną lokalizację położenia szlif w trakcie całego okresu trwania nakłucia ?

Odpowiedź - Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza igły typu Pencil Point do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych, które mogą posiadać wygodny w użyciu, w pełni przezroczysty uchwyt, ułatwiający wizualizację pobieranego płynu, posiadający wskaźnik położenia szlif igły zarówno w uchwycie igły jak i uchwycie kolorystycznie oznaczonego mandrynu, co umożliwia wygodną lokalizację położenia szlif w trakcie całego okresu trwania nakłucia.

36. Pakiet 5, poz. 7

Czy oferowane igły typu Pencil Point do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych powinny posiadać wygodny w użyciu uchwyt z wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony przyzmatem, zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, co znacznie ułatwia prawidłowe i szybkie pozycjonowanie igły oraz wykonanie procedury?

Odpowiedź - Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza igły typu Pencil Point do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych, które mogą posiadać wygodny w użyciu uchwyt z wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony przyzmatem, zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, co znacznie ułatwia prawidłowe i szybkie pozycjonowanie igły oraz wykonanie procedury.

37. Pakiet 5, poz. 7

Czy oferowane igły typu Pencil Point do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych oraz kompatybilne z nimi prowadnice powinny posiadać taką konstrukcję uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnicę skracają długość roboczą igły podpajęcznej o mniej niż 12mm, co umożliwia ich wygodne użycie m.in. u pacjentów otyłych ?

Odpowiedź - Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza igły typu Pencil Point do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych oraz kompatybilne z nimi prowadnice, które mogą posiadać taką konstrukcję uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnicę skracają długość roboczą igły podpajęcznej o mniej niż 12mm, co umożliwia ich wygodne użycie m.in. u pacjentów otyłych.

38. Pakiet 5, poz. 7

Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na igły do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą w rozmiarze G20 o długości 1 3/8", spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun /Niemcy?

Odpowiedź - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

39. Pakiet 5, poz. 8

Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na igły do wykonywania punkcji lędźwiowych i znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 22G x 103-120mm, z prowadnicą osobno pakowaną, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ?

Proponowane rozwiązanie nie ma istotnego wpływu na prawidłowość wykonania procedur z klinicznego punktu widzenia, poszerzając możliwości ich wykorzystania także u pacjentów bardziej otyłych, a jednocześnie poszerza grono potencjalnych Wykonawców, co z pewnością leży w interesie Zamawiającego.

Odpowiedź – NIE – Zamawiający nie dopuszcza i postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

Pytania do wzoru umowy i SIWZ.

40. Dot. wzoru umowy, par. 1 ust. 3:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Zamawiający zastrzega sobie prawo Zamówienia mniejszej ilości towaru w granicach do 20% w stosunku do wartości określonej w umowie. Obniżenie wartości Zamówienia powyżej 20% może nastąpić tylko z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Odpowiedź - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

41. Dot. wzoru umowy par. 2 ust. 3:

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Dostawy będą realizowane w ciągu 7 dni roboczych, a dostawy interwencyjne w ciągu 3 dni roboczych po uprzednim zgłoszeniu żądanej ilości.

Odpowiedź - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

42. Dot. wzoru umowy, par. 6 ust. 2:

Prosimy o dodanie następującego zapisu:

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, cena netto nie zmienia się. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę podatku VAT i nie wymaga aneksu.

Odpowiedź - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

43. Dotyczy wzoru umowy, par. 7 ust. 4:

Prosimy o modyfikację zapisu na następujący: „W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienia w zapłacie faktury przez Zamawiającego skutkują wstrzymaniem realizacji kolejnych zamówień. Opóźnienie w zapłacie faktury powyżej 45 dni ponad ustalony w par. 7 ust. 3 termin będzie podstawą do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

Odpowiedź - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

44. Dot. wzoru umowy, par. 11 :

Prosimy o zmianę zapisu na następujący:

„Dostawca zobowiązuje się do nie odsprzedawania (zbywania, cesji, itp.) bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

45. Dotyczy wzoru umowy par. 12 ust. 2:

- Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych do 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

Odpowiedź - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

46. **Paragraf 1 ust. 3**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości towaru w granicach do 20% w stosunku do wartości określonej w umowie. Obniżenie wartości zamówienia powyżej 20% może nastąpić tylko z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, przez które rozumie się zmianę rodzaju i zakresu zakontraktowanych przez NFZ świadczeń zdrowotnych, obniżenie popytu na świadczenia zdrowotne, zmianę metodologii diagnostyki leczenia lub reorganizację zakładu.”

Odpowiedź - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

47. **Paragraf 5 ustęp 3**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego punktu z umowy.

Odpowiedź - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

48. **Paragraf 7 ustęp 7**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Wykonawca jest zobowiązany podawać każdorazowo na wystawionej fakturze numer zamówienia lub symbol dokumentu nadany przez Zamawiającego.

Odpowiedź - Projekt umowy zawiera już taki zapis.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

49. Paragraf 8 ustęp 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:


- braków ilościowych w ciągu 48 godzin
- wad jakościowych w ciągu 14 dni

Po uwzględnieniu reklamacji przez Wykonawcę wymiana towaru nastąpi w ciągu 3 dni”

Odpowiedź - Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak SIWZ.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

Krotoszyn, dnia 01.06.2012 r.