

Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY

Odzież jednorazowego użytku

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa, producent, kraj	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
					A	B	C	D	E	F
1	Uniwersalny lekki czepek w formie beretu na gumce zielony.			szt.	8 000		0,00		0,00	0,00
2	Czepek posiadający zwiększoną część tylną z elastycznym brzegiem i środkowym szwem.			szt.	1 500		0,00		0,00	0,00
3	Czepek tył zbierany gumką, brak gumki w części przedniej, zapewniający komfort noszenia.			szt.	3 000		0,00		0,00	0,00
4	Czepek w kształcie furażerki wiązany z tyłu na troki			szt.	3 000		0,00		0,00	0,00
5	Czepek w kształcie hełmu zapewniający pełną ochronę (osłonięta głowa i szyja) wiązany na troki wokół szyi.			szt.	100		0,00		0,00	0,00
6	Fartuch chirurgiczny niesterylny/pielęgniarski.			szt.	1 800		0,00		0,00	0,00
7	Fartuch chirurgiczny sterylny -nieprzemakalne wstawki w przedniej części fartucha i w rękawach z mankietami bawełnianymi lub z dzianiny, przednie troki łączone kartonikiem - z włókniny bawełnopodobnej.			szt.	2 600		0,00		0,00	0,00
8	Folia chirurgiczna 29 x 25 cm +/- 2 cm.			szt.	10		0,00		0,00	0,00
9	Folia chirurgiczna 45 x 55 +/- 2 cm.			szt.	150		0,00		0,00	0,00
10	Folia chirurgiczna 56 x 82 cm +/- 2 cm.			szt.	200		0,00		0,00	0,00
11	Majtki kolonoskopowe.			szt.	50		0,00		0,00	0,00
12	Maski chirurgiczne.			szt.	15 000		0,00		0,00	0,00
13	Podkład jednorazowego użytku do porodu z fartuchem z zamykanym workiem i odpływem, sterylny.			kpl.	500		0,00		0,00	0,00

14	Podkład na fotel ginekologiczny - szerokość 33 cm, z perforacją min. co 50 cm (w rolce ok.25 mb).			szt.	450		0,00		0,00	0,00
15	Podkład na kozetkę szerokość od 50 - 51 cm, z perforacją min. co 36 cm, (w rolce 40 mb +/-1 m).			szt.	1 200		0,00		0,00	0,00
16	Podkład roz. 210 x 140 lub 200 x 150, 210 x 130, 210 x 160.			szt.	2 500		0,00		0,00	0,00
17	Pokrowiec sterylny foliowy na przewody do laparoskopu - teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach.			szt.	900		0,00		0,00	0,00
18	Serweta operacyjna sterylna 75 x 75-90 cm z włókniny celulozowej laminowanej PE bez otworu.			szt.	4 300		0,00		0,00	0,00
19	Serweta operacyjna sterylna 75 x 75-90 cm z włókniny celulozowej laminowanej PE z otworem.			szt.	1 800		0,00		0,00	0,00
20	Sterylny pokrowiec na aparaturę RTG, o średnicy 50 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o gramaturze min. 40 g/m2 oraz grubości min. 0,05 mm, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd.			szt.	120		0,00		0,00	0,00
21	Sterylny pokrowiec na aparaturę RTG, o średnicy 80 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o gramaturze min. 40 g/m2 oraz grubości min. 0,05 mm, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd.			szt.	250		0,00		0,00	0,00
22	Sterylny zestaw serwet do operacji stawu biodrowego.			kpl.	170		0,00		0,00	0,00
23	Sterylny zestaw serwet do operacji stawu kolanowego.			kpl.	50		0,00		0,00	0,00
24	Sterylny zestaw serwet uniwersalny.			kpl.	650		0,00		0,00	0,00
25	Ubranie operacyjne - niejałowe.			kpl.	300		0,00		0,00	0,00
26	Zestaw pościelowy jednorazowy dwuczęściowy (poszewka na poduszkę + poszewka na koldrę).			kpl.	750		0,00		0,00	0,00
RAZEM								0,00		0,00

Uwaga:

poz. 15 dopuszcza się zaoferowanie podkładu na kozetkę od długości 40 - 80 mb z jednoczesnym odpowiednim **przeliczeniem ceny i ilości do 40 mb i z zaznaczeniem w kolumnie nazwa artykułu oferowanej długości rolki**

poz. 17 dopuszcza się zaoferowanie pokrowca zwiniętego w pierścień papierowy

poz.18 i 19 dopuszcza się zaoferowanie serwet wykonanych z włókniny polipropylenowej o bardzo wysokiej jakości

Wymagania stawiane asortymentom z pozycji:

Poz.13 Jednorazowy podkład porodowy o rozmiarze 102 x 112 cm, składa się z dwóch elementów:

- fartuch zabezpieczający łóżko przed zanieczyszczeniami

- stożkowaty worek z separatorem części płynnych od stałych wraz z zaworem z tworzywa sztucznego umożliwiającym odpływ płynów z worka do ich pomiaru, górna krawędź wyposażona we wzmocnienie pozwalające na wyprofilowanie otworu wlotowego w celu uniknięcia wydostawania się nieczystości poza worek. Podkład: sterylny wykonany z wytrzymałego materiału odpornego na rozdarcie, wolnego od lateksu, antyalergicznego, niepalnego, odpornego na promieniowanie UV, w części siedziska, który pozostaje w bezpośrednim kontakcie z ciałem pacjentki, wykonany z miękkiej wzmocnionej włókniny zabezpieczającej pacjentkę przed odparzeniami. Opakowanie podkładu wyraźnie oznaczone znakiem CE oraz zaopatrzone w min. 3 nalepki z kodem kreskowym, z oznaczeniem numeru serii oraz datą przydatności do użycia

poz.22 Sterylny zestaw serwet do operacji stawu biodrowego - serweta o wymiarach 200 x 290 cm z wycięciem w kształcie litery U (9 x 100 cm), otoczony taśmą samoprzylepną , ekran anestezjologiczny 150 x 240, pokrowiec na kończynę, trzy taśmy samoprzylepne ,pokrowiec na stół MAYO 80 x 140 cm, dwa ręczniki wysokochłonne o wym. 30 x 40 cm.

poz. 23 Obłożenie chirurgiczne przeznaczone do operacji stawu kolanowego - wykonane z chłonnego, wytrzymałego i nieprzemakalnego laminatu.

Skład obłożenia: **a)** serweta podstawowa wym. 220 x 320 cm wyposażona w warstwę chłonną oraz samouszczelniający się płat z neoprenu z otworami **b)** osłona na kończynę o wymiarach 37 x 75 cm ,**c)** dwie taśmy lepne 10 x 50 cm do mocowania osłony kończyny, **d)** dwa ręczniki chłonne o wym 30 x 40 cm, **e)** serweta o wym. 150 x 180 cm (owinięcie obłożenia), która może służyć jako przykrycie stołka. Pakowane po 4 szt

poz.24 Sterylny zestaw serwet uniwersalny w składzie: **a)** serweta - ekran anestezjologiczny min. 150 x 200 cm, wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety 1 szt. **b)** serwety boczne min 75 x 100 cm wykończone taśmą lepna na całej długości dłuższego boku - 2 szt **c)** serweta dolna min. 180 x 175 cm wykończona taśmą - 1szt. **d)** pokrowiec na stół Mayo min. 80 x 140 cm - 1 szt **e)** ściereczki chłonne - 2 szt **f)** taśmy włókninowe min. 10 x 50 cm - 1 szt **g)** dwukomorowa kieszeń przylepna (taśma lepna o szerokości min. 5,5 cm) 2 x 15 x 40 cm na ssak i koagulacje - 1 szt **h)** serweta owinięcie min 150 x 200 cm - przykrycie na stół instrumentalny - 1 szt.

Asortyment w poz. 22 - 24 zgodny z wymogami:

Obłożenia(zestawy obłożeń) operacyjne sterylne wykonane z włókien barierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych 1.Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => 1000 mm słupa wody od strony włókniny, oraz => 2000 mm słupa wody od strony folii PE. 2. wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 100 kPa 3.Gramatura: min 60 g/m2 (+-5%) 4.Dodatkowe warstwy chłonne (jeśli występują³²) wokół stref krytycznych obłożeń – włóknina laminowana min dwuwarstwowa - Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => 800 mm słupa wody od strony włókniny, od strony folii PE: => 1500 mm słupa wody . Przy gramaturze => 87g/m2 wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 80 kPa. Osłona na stolik Mayo - Folia PE o grubości min. 0,05mm warstwa chłonna laminat dwuwarstwowy na całej długości osłony o gramaturze nie mniejszej niż 60g/m2. Min. wytrzymałość na rozerwanie/ rozdarcie min. - 100 kPa Nieprzemakalność całej powierzchni serwety min 1000mm H2O. Ściereczki chłonne będące na wyposażeniu obłożeń oraz fartuchów – gramatura – min 52 g/m2 rozmiar min 30cm x 40cm

Wyroby zgodne z normami PN-EN 13795, 1-3

W przypadku wyrobów sterylnych powinny być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 18 miesięcy .

Na opakowaniach zewnętrznych wyrobów sterylnych powinny znajdować się 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu.

UWAGA !

1. Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "Nazwa handlowa i producent, kraj" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje". W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.