



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę błon i odczynników rtg dla SPZOZ Krotoszyn

Nr sprawy: RZP-V/1/17 /12

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zapytania do Formularza cenowego:

Pytanie: Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści błony z nazwą producenta na pojedynczej błonie oraz typem filmu, numeru emulsji, datą ważności na opakowaniu?

Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie dopuszcza błon z typem filmu, numeru emulsji, datą ważności na opakowaniu i utrzymuje zapis jak w Zał. Nr 2 SIWZ.

Pytanie: Pakiet nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby na każdej pojedynczej błonie znajdowało się tylko oznaczenie: nazwa producenta, a pozostałe dane tzn. data ważności, typ błony oraz nr emulsji (serii) na opakowaniu?

Nie ogranicza to możliwości zaciemnienia obrazu, zdjęcia są bardziej czytelne.

Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie dopuszcza błon z typem filmu, numeru emulsji, datą ważności na opakowaniu i utrzymuje zapis jak w Zał. Nr 2 SIWZ.


Pytanie: Pakiet nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania błon bez konieczności, aby na każdej błonie była nazwa producenta, typ błony, numer seryjny emulsji oraz datę ważności widoczną po obróbce chemicznej. Opis ten wskazuje na jednego producenta. Takie ułożenie pakietu ogranicza uczciwą konkurencję, a co za tym idzie możliwość zakupu materiałów rtg po konkurencyjnych cenach. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania błon z oznaczeniem na błonie nazwy producenta oraz typu filmu, a na opakowaniu data ważności oraz numer seryjny.

Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie dopuszcza błon z typem filmu, numeru emulsji, datą ważności na opakowaniu i utrzymuje zapis jak w Zał. Nr 2 SIWZ.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

Krotoszyn, dnia 03.07.2012 r.