



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych

dla SPZOZ Krotoszyn

Nr sprawy: RZP-V/1/27/12

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zapytania do Formularza cenowego:

PAKIET NR 1

Pytanie:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści:

- **poz.2,4, 9** – długość igły 20mm?

Odpowiedź: - TAK –Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w **pozycji 2,4,9** igłę o długości **20 mm**.

Pytanie :

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści:- wyłączenie poz.11, 12 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: - NIE –Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 11, 12 do osobnego pakietu.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 1 pozycji 1** igłę o długości **19 mm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odpowiedź: - NIE –Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji 1** igły o długości **19 mm** .

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 1 pozycji 5** nici o długości **75 cm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odpowiedź: - NIE –Zamawiający nie wyraża zgodę na zaoferowanie w **pozycji 5** nici o długości **75 cm** .

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 1 pozycji 7** igłę o długości **26 mm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.?

Odpowiedź: - TAK –Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w **pozycji 7** igłę o długości **26 mm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 1 pozycji 7** nici o długości **75 cm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.?

Odpowiedź: - NIE –Zamawiający nie wyraża zgodę na zaoferowanie w **pozycji 7** nici o długości **75 cm** .

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 1 pozycji 9** nici o długości **75 cm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.?

Odpowiedź: - NIE –Zamawiający nie wyraża zgodę na zaoferowanie w **pozycji 9** nici o długości **75 cm** .



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 1 pozycji 10** nici o długości **75 cm** i igły o długości **40 mm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.?

Odpowiedź: - NIE –Zamawiający nie wyraża zgodę na zaoferowanie w **pozycji 10** nici o długości **75 cm** i igły o długości **40 mm**.

Pytanie: Czy w Pakiecie nr 1 poz.1 również na grubość nici „4-0”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: - NIE –Zamawiający nie wyraża zgody w poz. 1 na grubość nici „4-0”

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.1 również na długość igły 19mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: - NIE –Zamawiający nie wyraża zgody w poz. 1 na długość igły 19mm.

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.5 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: - NIE –Zamawiający nie wyraża zgody w poz. 5 na długość nici 75cm.

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.5 również na długość igły 24mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: - NIE –Zamawiający nie wyraża zgody w poz. 5 na długość igły 24mm.

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.7 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: - NIE –Zamawiający nie wyraża zgody w poz. 7 na długość nici 75cm.

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.8 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: - TAK - Zamawiający wyraża zgodę poz.8 na długość nici 75cm.

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.10 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: - NIE –Zamawiający nie wyraża zgody w poz. 10 na długość nici 75cm.

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz.11 również na grubość nici „2”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: - NIE –Zamawiający nie wyraża zgody w poz. 11 na grubość nici „2”.

Pytanie: Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 1 pozycje 11 i 12?

Odpowiedź: - NIE –Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 11 i 22 do odrębnego pakietu.

Pytanie:

Poz. 5: Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?

Odpowiedź: - NIE –Zamawiający nie dopuszcza długość nici 75 cm.

Pytanie:

Poz. 7: Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?

Odpowiedź: - NIE –Zamawiający nie dopuszcza długość nici 75 cm.

Pytanie:

Poz. 10: Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?

Odpowiedź: - NIE –Zamawiający nie dopuszcza długość nici 75 cm.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pytanie:

Poz. 5: Czy Zamawiający dopuści długość igły 20 mm?

Odpowiedź: - TAK – Zamawiający dopuszcza długość igły 20 mm.

Pytanie:

Poz.5: Czy Zamawiający dopuści długość igły 18 mm?

Odpowiedź: - TAK – Zamawiający dopuszcza długość igły 18 mm.

Pytanie:

Poz.7: Czy Zamawiający dopuści długość igły 25 mm?

Odpowiedź: - TAK – Zamawiający dopuszcza długość igły 25 mm.

Pytanie:

Poz.10: Czy Zamawiający dopuści długość igły 35 mm?

Odpowiedź: - NIE – Zamawiający nie dopuszcza długości igły 35 mm.

Pytanie:

Poz.10: Czy Zamawiający dopuści długość igły 45 mm?

Odpowiedź: - NIE – Zamawiający nie dopuszcza długości igły 45 mm.

PAKIET NR 2

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów, o podtrzymywaniu tkankowym ok. 50% po 6 tygodniach, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: - NIE – zamawiający utrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie:

Poz. 1 - 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odpowiedź: - TAK – poz. 1 – zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie nici o długości 70cm.

Odpowiedź: - NIE – poz. 2-5 – zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nici o długości 70cm.

Pytanie:

Poz. 9, 13, 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odpowiedź: - NIE – zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nici o długości 70cm.

Pytanie:

Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 17mm z nitką 70cm?

Odpowiedź: - TAK – zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igły o długości 17mm z nitką 70cm.

Pytanie:

Poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odpowiedź: - NIE – zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o długości 26mm .



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pytanie:

Poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły „mocnej”?

Odpowiedź: - NIE – zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie igły „mocnej”.

Pytanie:

Poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o grubości „1”?

Odpowiedź: - NIE – zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nici o grubości „1”.

Pytanie:

Poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 90cm z igłą 48mm?

Odpowiedź: - NIE – zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nici o długości 90cm z igłą 48mm.

Pytanie:

Poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 48mm?

Odpowiedź: - TAK – zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igły o długości 48mm.

Pytanie:

Poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o grubości „0” z nitką 70cm?

Odpowiedź: - NIE – zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o grubości „0” z nitką 70cm.

Pytanie:

Poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 90cm?

Odpowiedź: - TAK – zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie nici o długości 90cm.

Pytanie:

Poz. 1-6, 9, 13, 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły „mocnej”?

Odpowiedź: - NIE – zamawiający utrzymuje zapis zgodny jak w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści:

Poz.1 – długość igły 17mm?

Odpowiedź: - TAK – zamawiający dopuszcza długość igły 17mm.

Pytanie:

Poz.4 – długość igły 26mm?

Odpowiedź: - NIE – Zamawiający nie dopuszcza długość igły 26mm.

Pytanie:

Poz.9 – grubość nici „1”?

Odpowiedź: - NIE – Zamawiający nie dopuszcza grubość nici „1”

Pytanie:

Poz.12 – długość igły 48mm?

Odpowiedź: - TAK – Zamawiający dopuszcza długość igły 48mm.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pytanie:

Poz.13 – długość igły 27mm?

Odpowiedź: - **NIE** – Zamawiający nie dopuszcza długość igły 27 mm.

Pytanie: Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z poli-p-dioksanonu, wchłaniający się w terminie 180-210 dni, zachowujący ok. 70% siły podtrzymywania tkankowego po 28 dniach.

Odpowiedź: - **TAK** – Zamawiający dopuszcza szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z poli-p-dioksanonu, wchłaniający się w terminie 180-210 dni, zachowujący ok. 70% siły podtrzymywania tkankowego po 28 dniach.

Pytanie: **Poz. nr 1-5,13:** tolerancja dł. nici 70- 75 cm

Odpowiedź: - **TAK** – **poz. 1** zamawiający dopuszcza długość nitki 70 cm oraz długość igły 17 mm.

Odpowiedź: - **NIE** – **poz. 2-5, 13** Zamawiający nie dopuszcza długość nitki 70 cm oraz długość igły 17 mm.

Pytanie: **Poz. nr 1-3, 12:** tolerancja wielkości igły +/- 2 mm?

Odpowiedź: - **TAK** – **poz. 1** zamawiający dopuszcza długość igły 17 mm.

Odpowiedź: - **NIE** – **poz. 2-3** Zamawiający nie dopuszcza tolerancji wielkości igły +/- 2 mm.

Odpowiedź: - **TAK** – **poz. 12** zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości igły +/- 2 mm.

Pytanie: **Poz. nr 9, 14:** tolerancja dł. nici 75- 90 cm

Odpowiedź: - **NIE** - Zamawiający nie dopuszcza tolerancji dł. nici 75- 90 cm.

PAKIET NR 3

2. Pytanie: Szew syntetyczny, monofilament, posiadający podtrzymanie tkankowe około 50% po 14 dniach, wchłaniający się w terminie 60- 90 dni.

Odpowiedź: - **NIE** - Zamawiający nie dopuszcza szwa syntetycznego, monofilamentowego, posiadającego podtrzymanie tkankowe około 50% po 14 dniach, wchłaniający się w terminie 60- 90 dni.

Pytanie: **Poz. nr 1-4:** tolerancja dł. nici 70- 75 cm

Odpowiedź: - **NIE** - Zamawiający nie dopuszcza w poz. 1 – 4 tolerancji dł. nici 70- 75 cm

PAKIET NR 4

Pytanie:

Poz. nr 4,6: tolerancja dł. nici 75- 90 cm

Odpowiedź: - **NIE** – **poz. 4** - Zamawiający nie dopuszcza w poz. nr 4 tolerancji dł. nici 75- 90 cm.

Odpowiedź: - **TAK** – **poz. 6** - Zamawiający dopuszcza w poz. nr 6 dł. nici 75 - 90 cm.

Pytanie:

Poz. nr 6,7: tolerancja wielkości igły +/- 2 mm

Odpowiedź: - **NIE** - Zamawiający nie dopuszcza w poz. nr 6,7 tolerancji wielkości igły +/- 2 mm.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pytanie:

Poz. nr 11: tolerancja dł. nici 45- 60 cm, wielkość igły +/- 1 mm

Odpowiedź: - Zamawiający dopuszcza długość nici 45 - 60 cm, lecz nie dopuszcza wielkość igły +/- 1 mm.

Pytanie:

Poz. nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły podwójnej o długości 25mm?

Odpowiedź: - **TAK** - Zamawiający dopuszcza zaferowanie igły podwójnej o długości 25mm.

Pytanie:

Poz. nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły o grubości „5/0”?

Odpowiedź: **NIE** - Zamawiający nie dopuszcza na zaferowanie igły o grubości „5/0”

Pytanie:

Poz. nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły podwójnej o długości 16mm?

Odpowiedź: **NIE** - Zamawiający nie dopuszcza na zaferowanie igły podwójnej o długości 16mm

Pytanie:

Poz. nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie nici o długości 90cm?

Odpowiedź: - **TAK** - Zamawiający dopuszcza zaferowanie nici o długości 90cm.

Pytanie:

poz. 7 -8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły podwójnej o długości 16mm?

Odpowiedź: - **NIE** - Zamawiający nie dopuszcza zaferowanie igły podwójnej o długości 16mm.

Pytanie:

poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły podwójnej o długości 16mm z nitką o grubości „5/0”?

Odpowiedź: **NIE** - Zamawiający nie dopuszcza zaferowanie igły podwójnej o długości 16mm z nitką o grubości „5/0”.

Pytanie:

poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły o krzywiznie 3/8 koła?

Odpowiedź: **NIE** - Zamawiający nie dopuszcza zaferowanie igły o krzywiznie 3/8 koła.

Pytanie:

poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie nici o długości 60cm?

Odpowiedź: - **TAK** - Zamawiający dopuszcza zaferowanie nici o długości 60cm.

Pytanie:

poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie nici o długości 60cm, grubości „6/0”, z igłą o krzywiznie 3/8 koła?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie nici o długości 60cm, grubości „6/0”, z igłą o krzywiznie 3/8 koła.

PAKIET NR 5

Pytanie: Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, o podtrzymaniu tkankowym około 50% po 5-8 dniach, o okresie wchłaniania ok. 42 dni.

Odpowiedź: - NIE – Zamawiający nie dopuszcza szwa syntetycznego, plecionego, powlekanego, o podtrzymaniu tkankowym około 50% po 5-8 dniach, o okresie wchłaniania ok. 42 dni.

Pytanie:

Poz. nr 1: tolerancja wielkości igły +/- 2 mm, tolerancja dł. nici 70- 75 cm

Odpowiedź: - TAK – Zamawiający dopuszcza wielkości igły +/- 2 mm z tolerancją dł. nici 70- 75 cm

Pytanie:

Poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: - TAK – Zamawiający dopuszcza szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną).

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów, o podtrzymywaniu tkankowym ok. 50% pierwotnej zdolności po 7 dniach, wchłanianie do 42 dni?

Odpowiedź: - NIE – Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie szwów, o podtrzymywaniu tkankowym ok. 50% pierwotnej zdolności po 7 dniach, wchłanianie do 42 dni.

Pytanie:

poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 24mm?

Odpowiedź: - TAK – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły o długości 24mm.

Pytanie:

poz. 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej?

Odpowiedź: – Zamawiający zaoferowania igły zgodnie z SIWZ.

Pytanie:

poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 36mm?

Odpowiedź: - NIE – Zamawiający nie dopuszcza igły o długości 36mm.

Pytanie:

poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 40mm?

Odpowiedź: - NIE – Zamawiający nie dopuszcza igły o długości 40mm.

Pytanie:

poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o krzywiznie 1/2 koła odwrotnie tnąca z nitką 75cm?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Odpowiedź: - NIE – Zamawiający nie dopuszcza igły o krzywiznie ½ koła odwrotnie tnąca z nitką 75cm.

PAKIET NR 6

Pytanie:

Poz. nr 1,2,5-8, 11- 13,15,21-23,25,26: tolerancja dł. nici 70- 75 cm

Odpowiedź: - NIE – Zamawiający nie dopuszcza poz. nr 1,2,5-8, 11- 13,15,21-23,25,26: z tolerancją dł. nici 70- 75 cm.

Pytanie:

Poz. nr 13; tolerancja wielkości igły +/- 3 mm

Odpowiedź: - NIE – Zamawiający nie dopuszcza poz. nr 13 wielkości igły +/- 3 mm

Pytanie:

Poz. nr 2,8,11, 15,23,27: tolerancja wielkości igły +/- 2 mm

Odpowiedź: - – Zamawiający dopuszcza **poz. 8, poz. 15** tolerancja wielkości igły +/- 2 mm , natomiast nie dopuszcza **poz. 2, 11, 23,27** wielkości igły +/- 2 mm.

Pytanie:

Poz. nr 14,19,20,30,31: tolerancja dł. nici 75- 90 cm

Odpowiedź: - – Zamawiający dopuszcza **poz. 14,19,20,30,31** długość nici 75- 90 cm .

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 6:

Pytanie: Poz. 7 igły o długości 25mm lub 27mm

Odpowiedź: - NIE – Zamawiający nie dopuszcza igły o długości 25mm i 27mm

Pytanie: Poz. 11 igły o długości 27mm?

Odpowiedź: - TAK – Zamawiający dopuszcza igłę o długości 27mm.

Pytanie: Poz. 14,20,30 igły o długości 50mm zamiast 48mm

Odpowiedź: - TAK – Zamawiający dopuszcza w poz. 20, 30 igły o długości 50mm.

Odpowiedź: -NIE – Zamawiający nie dopuszcza w poz. 14 igły o długości 50mm .

Pytanie: Poz. 19 oraz 31 igły o długości 38mm zamiast 37mm?

Odpowiedź: - TAK – Zamawiający dopuszcza w poz. 19 i 31 igły o długości 38mm.

Pytanie: Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 29 dopuści nić 3x45cm zamiast 6x45cm z odpowiednim zwiększeniem ilości saszetek, tzn. zamiast 240 saszetek wykonawca zaoferuje 480 saszetek?

Odpowiedź: -NIE - Zamawiający nie dopuszcza w poz. 29 nić 3x45cm z odpowiednim zwiększeniem ilości saszetek

Pytanie: Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 22 dopuści nić o długości 90cm zamiast 75cm?

Odpowiedź: -NIE - Zamawiający nie dopuszcza w poz. 22 nić o długości 90cm .

Pytanie: Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz.23 dopuści igłę o długości 50mm zamiast 45mm?

Odpowiedź: -NIE - Zamawiający nie dopuszcza w poz. 23 igłę o długości 50mm .



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarcie na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pytanie: Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 30 dopuści igłę o długości 45mm zamiast 48mm?

Odpowiedź: -NIE - Zamawiający nie dopuszcza w poz. 30 igłę o długości 45mm .

Pytanie: Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 15 dopuści igłę o długości 38mm zamiast 35mm?

Odpowiedź: -NIE - Zamawiający nie dopuszcza w poz. 15 igłę o długości 38mm.

Pytanie: Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany wchłaniający się między 60 a 90 dni od implantacji?

Odpowiedź: - TAK – Zamawiający dopuszcza szew syntetyczny, pleciony, powlekany wchłaniający się między 60 a 90 dni od implantacji.

Pytanie:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści:

- nici plecione, syntetyczne, wykonane z pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego wchłaniałne w okresie 56-70 dni, podtrzymujące tkankę w 80% po 2 tygodniach i 30% po 3 tygodniach od wszczepienia?

Odpowiedź: -NIE - Zamawiający nie dopuszcza nici plecionych, syntetycznych, wykonanych z pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego wchłaniałne w okresie 56-70 dni, podtrzymujące tkankę w 80% po 2 tygodniach i 30% po 3 tygodniach od wszczepienia.

Pytanie:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści:

- nici plecione, syntetyczne, wykonane z kwasu glikolowego wchłaniałne w okresie 60-90 dni podtrzymujące tkankę w 80% po 2 tygodniach i 30% po 3 tygodniach od wszczepienia?

Odpowiedź: -NIE - Zamawiający nie dopuszcza nici plecionych, syntetycznych wykonanych z kwasu glikolowego wchłaniałne w okresie 60-90 dni podtrzymujące tkankę w 80% po 2 tygodniach i 30% po 3 tygodniach od wszczepienia.

Pytanie:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści: długość nici 70cm w pozycjach gdzie wymagana jest długość 75cm?

Odpowiedź: -NIE - Zamawiający nie dopuszcza długość nici 70cm w pozycjach gdzie wymagana jest długość 75cm.

Pytanie:

Poz.1 – długość igły 13mm lub igła odwrotnie tnąca o długości 16mm lub długość igły 17mm i grubość nici 4/0?

Odpowiedź: -NIE - Zamawiający nie dopuszcza długości igły 13mm lub igła odwrotnie tnąca o długości 16mm lub długość igły 17mm i grubość nici 4/0.

Pytanie:

Poz.8 – długość igły 26mm?

Odpowiedź: -TAK - Zamawiający dopuszcza długości igły 26mm.

Pytanie:

Poz.13,14,20, 25,30,31– długość nici 90cm?

Odpowiedź: -TAK - Zamawiający dopuszcza długości nici 90cm.

Pytanie:

Poz.15 – długość igły 37mm?

Odpowiedź: -TAK - Zamawiający dopuszcza długość igły 37 mm.

Pytanie:

Poz.17 – długość nici 6x45cm?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Odpowiedź: -NIE - Zamawiający nie dopuszcza długości nici 6x45cm.

Pytanie:

Poz.22,23 – długość igły 48mm, długość nici 90cm?

Odpowiedź: -NIE - Zamawiający nie dopuszcza długość igły 48mm, długość nici 90cm.

Pytanie:

Poz.29 – długość nici 6x75cm?

Odpowiedź: -NIE - Zamawiający nie dopuszcza długość nici 6x75cm.

Pytanie:

poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły o krzywiznie ½ koła okrągła?

Odpowiedź: -NIE - Zamawiający nie dopuszcza igły o krzywiznie ½ koła okrągła.

Pytanie:

poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły o długości 26mm?

Odpowiedź: -TAK - Zamawiający dopuszcza igły o długości 26mm.

Pytanie:

poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły o długości 24mm?

Odpowiedź: -NIE - Zamawiający nie dopuszcza igły o długości 24mm.

Pytanie:

poz. 13, 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły o długości 40mm?

Odpowiedź: -NIE - Zamawiający nie dopuszcza igły o długości 40mm.

Pytanie:

poz. 13, 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 13, 14 i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź: -NIE - Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 13 i 14.

Pytanie:

poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły o długości 37mm?

Odpowiedź: -TAK - Zamawiający dopuszcza igłę o długości 37 mm.

Pytanie:

poz. 22, 23, 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły o długości 48mm?

Odpowiedź: -NIE - Zamawiający nie dopuszcza igły o długości 48mm.

Pytanie:

poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podwiązki o długości 3 x45cm z przeliczeniem ilości sztuk?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Odpowiedź: -NIE - Zamawiający nie dopuszcza podwiązki o długości 3 x45cm z przeliczeniem ilości sztuk.

Pytanie:


poz. 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 40mm?

Odpowiedź: -TAK - Zamawiający dopuszcza. igły o długości 40mm.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem


Z-ca Dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
d/s świadczeń zdrowotnych
i programów strategicznych
mgr Urszula Delikat

Krotoszyn, dnia 14.09.2012 r.