



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych oraz siatek chirurgicznych dla SPZOZ Krotoszyn

Nr sprawy: RZP-V/1/29 /12

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zapytania do Formularza cenowego:

Pakiet 1 poz. 1:

1. Pytanie – Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu? Państwa zgoda umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie uczestników.

- Czy Zamawiający dopuści chustę włókninową lub z włókien sztucznego jedwabiu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do osobnego pakietu natomiast dopuszcza chustę włókninową i nie dopuszcza włókien sztucznego jedwabiu.

Pakiet 1poz. 1

2. Pytanie: Prosimy o dopuszczenie chusty trójkątnej włókninowej niejałowej.

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza chustę trójkątną włókninową niejałową.

Pakiet 1, poz. 1

3. Pytanie - Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną włókninową?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza chustę trójkątną włókninową

Pakiet 1, poz. 4

4. Pytanie – Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy jałowy pakowany a’20szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: NIE Zamawiający nie dopuszcza kompresu gazowego jałowego pakowanego a’20szt.

Pakiet 1, poz. 5

5. Pytanie - Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy jałowy 16 warstwowy?

Odpowiedź: NIE Zamawiający nie dopuszcza kompresu gazowego jałowego 16 warstwowego.

Pakiet 1, poz. 6

6. Pytanie – Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy jałowy 16 warstwowy, pakowany a’10szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: NIE Zamawiający nie dopuszcza kompresu gazowego jałowego 16 warstwowego, pakowany a’10szt.

Pakiet 1, poz. 7

7. Pytanie- Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy jałowy 16 warstwowy, pakowany a’10szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza kompresu gazowego jałowego 16 warstwowego, pakowany a’10szt.

Pakiet 2, poz. 6

8. Pytanie: Prosimy o dopuszczenie kompresów w rozm. 10cm x 20cm.

Odpowiedź: NIE Zamawiający nie dopuszcza kompresów w rozm. 10cm x 20cm



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarcie na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pakiet nr 2, poz. 6-8:

9. Pytanie – Czy dla zwiększenia konkurencyjności postępowania i umożliwienia złożenia ofert większej ilości Wykonawców, Zamawiający wydzieli te pozycje do odrębnego pakietu? Ewentualna zgoda na powyższe, pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie niższej ceny zamówienia.

Odpowiedź: TAK - Zamawiający wydzieli te pozycje do odrębnego pakietu nr 2 A.

Pakiet 2, poz. 12

10. Pytanie 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną niejałową, pakowaną a’20szt. z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: NIE Zamawiający nie dopuszcza serwety operacyjnej niejałowej, pakowanej a’20szt.

Pakiet 2, poz. 12

11. Pytanie: Prosimy o dopuszczenie serwet pakowanych a’3 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań zaokrąglonych do pełnych opakowań w górę, tzn. 4 667 op. a’3 szt.

Odpowiedź: NIE Zamawiający nie dopuszcza serwet pakowanych a’3 szt.

Pakiet 2, poz. 13

12. Pytanie Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną niejałową, pakowaną a’20szt. z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: NIE Zamawiający nie dopuszcza serwety operacyjnej niejałowej, pakowanej a’20szt.

Pakiet 2, poz. 12, 13

13. Pytanie Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12, 13 i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie korzystniejszych ofert.

Odpowiedź: NIE Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 12, 13 i utworzenie z nich odrębnego pakietu.

Pakiet 2, poz. 12-13

14. Pytanie: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania serwet operacyjnych nie poddawanych procesowi prania wstępnego.

Gaza z której wykonane są serwety powinna spełniać wymagania normy PN EN 14079, która określa minimalne progi między innymi chłonności i szybkości wchłaniania cieczy. Gaza bawełniana jest materiałem zaprojektowanym w celu jak najwyższej i jak najszybszej absorpcji płynów. Proces prania wstępnego oraz suszenia według naszej najlepszej wiedzy obniża walory użytkowe włókien bawełnianych.

Pranie wstępne odbywa się w pralnicach bębnowych z dodatkiem substancji znacznie zmniejszającej współczynnik PH – zmiękczającej i zakwaszającej wodę.

Proces suszenia w suszarce bębnowej może w sposób niekorzystny wpłynąć na włókna bawełniane, w trakcie tych procesów dochodzi bowiem do rozplątania włókien bawełnianych, co w efekcie przyczynia się do zwiększenia pylenia oraz podnosi ryzyko wysnuwania się pojedynczych włókien bawełny.

Odpowiedź: Zamawiający postanawia zostawić zapisy zgodne jak SIWZ.

Pakiet 4, poz. 2

15. Pytanie Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową bawełniano – wiskozową, składającą się w 50% z bawełny i 50% z wiskozy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza waty opatrunkowej bawełniano – wiskozową, składającą się w 50% z bawełny i 50% z wiskozy.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pakiet nr 5, poz. 1:

16. Pytanie – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów z gazy 17nitkowej? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.

Odpowiedź: NIE Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie tupferów z gazy 17nitkowej.

Pakiet nr 6 poz. 7

17. Pytanie – Czy Zamawiający w zadaniu 6 pozycja 7 miał na myśli rozmiar opatrunku 7 x 8 cm ?

Odpowiedź: TAK Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycja 7 miał na myśli rozmiar opatrunku 7 x 8 cm .

Pakiet nr 6 poz. 7 i 8

18. Pytanie – Czy Zamawiający w zadaniu 6 pozycja 7 i 8 dopuści opatrunki które są wyrobami medycznym klasy IIa , według rozporządzenia MZ z 5 listopada 2010 klasa ta jest przeznaczona przy opatrunkach półprzepuszczalnych do zabezpieczania wkluc naczyńniowych.

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza opatrunki które są wyrobami medycznym klasy IIa , według rozporządzenia MZ z 5 listopada 2010 .

Pakiet 7, poz. 1

19. Pytanie Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul pokryty klejem akrylowym?

Odpowiedź: NIE Zamawiający nie dopuszcza opatrunku do mocowania kaniul pokryty klejem akrylowym.

Pakiet nr 7, poz. 1:

20. Pytanie – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku do mocowania kaniul w rozmiarze 80mm x 58mm, hypoalergicznego z klejem akrylowym niwelującym do minimum ryzyko uczuleń?
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.

Odpowiedź: NIE Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opatrunku do mocowania kaniul w rozmiarze 80mm x 58mm, hypoalergicznego z klejem akrylowym niwelującym do minimum ryzyko uczuleń, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.

Pakiet nr 7, poz. 2:

21. Pytanie – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z opatrunkiem w rozmiarze 6cm x 1m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza na zaoferowanie przylepca z opatrunkiem w rozmiarze 6cm x 1m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pakiet nr 7 poz. 2

22. Pytanie Czy zamawiający dopuszcza przylepiec z opatrunkiem szerokości 6 cm x 1 m włókninowy, zamiast przylepca z z opatrunkiem a szerokości 6 cm x 5 m włókninowy, po odpowiednim przeliczeniu.

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza przylepiec z opatrunkiem szerokości 6 cm x 1 m włókninowy, zamiast przylepca z z opatrunkiem a szerokości 6 cm x 5 m włókninowy, po odpowiednim przeliczeniu.

Pakietu 9, poz. 3-5

23. Pytanie: Prosimy o dopuszczenie opasek gipsowych pakowanych a'1 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości i posiadających 88% gipsu.

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza opaski pakowane po 1 szt. jednoczesnym przeliczeniem ilości i posiadającym 88 % gipsu.

Pakiet 9, poz. 3-5

24. Pytanie Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5 – 6 minut?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza opaski gipsowe o czasie wiązania 5 – 6 minut.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pakiet 9, poz. 5

25. Pytanie Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową pakowaną a'1szt?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza opaskę gipsową pakowaną a'1szt.

Pakiet 9, poz. 5

26. Pytanie Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową w rozmiarze 15cm x 3m, o czasie wiązania 5 – 6 minut?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza opaskę gipsową w rozmiarze 15cm x 3m, o czasie wiązania 5 – 6 minut

Pakiet 11 poz. 1, 2

27. Pytanie Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego z siatki bawełnianej, impregnowanego neutralną maścią, nie zawierającego składników czynnych i uczulających?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku jałowego z siatki bawełnianej, impregnowanego neutralną maścią, nie zawierającego składników czynnych i uczulających.

Pakiet 11 poz. 9 – 13

28. Pytanie Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia ww. pozycji i utworzenia dla nich odrębnego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: TAK Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy odrębny pakiet nr 11 A.

Pakiet 11, poz. 2

29. Pytanie Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy z siatki bawełnianej z parafiną w rozmiarze 15cm x 20cm?

Odpowiedź: TAK - Zamawiający dopuszcza opatrunek jałowy z siatki bawełnianej z parafiną w rozmiarze 15cm x 20cm.

Pakiet 12, poz. 1

30. Pytanie Czy Zamawiający dopuści przylepiec do łączenia brzegów ran w pozycji 4 w rozmiarze 13mm x 100mm?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza przylepiec do łączenia brzegów ran w pozycji 4 w rozmiarze 13mm x 100mm.

Pakiet 13 poz. 1

31. Pytanie Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej do mocowania opatrunków w składzie: 68 % bawełny, 24 % poliamid, 8 % elastan, możliwość sterylizacji, pozostałe parametry spełnione

Odpowiedź: TAK - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej do mocowania opatrunków w składzie: 68 % bawełny, 24 % poliamid, 8 % elastan, możliwość sterylizacji, pozostałe parametry spełnione.

Pakiet 13, poz. 1

32. Pytanie Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową składającą się w 79% z poliamidu i 21% z elastanu?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza siatkę opatrunkową składającą się w 79% z poliamidu i 21% z elastanu.

Pakiet 13, poz. 1

33. Pytanie Czy Zamawiający pisząc stan roboczy ma na myśli stan rozciągnięty siatki? Jeżeli nie to Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową w stanie spoczynku 7m, natomiast w stanie rozciągniętym 25m?

Odpowiedź: NIE Zamawiający nie dopuszcza siatki opatrunkowej w stanie spoczynku 7m, w stanie rozciągniętym 25m.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pakiet nr 13:

34. Pytanie – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznych siatek opatrunkowych o składzie: 85% poliamid, 15% włókna elastyczne – przędza poliuretanowa?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza na zaoferowanie elastycznych siatek opatrunkowych o składzie: 85% poliamid, 15% włókna elastyczne – przędza poliuretanowa.

Pakietu nr 14

35. Pytanie – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 pozycja nr 1 siatek o wymiarach 10cm x 16 cm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza siatkę o wymiarach 10cm x 16 cm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów

Pakiet nr 14 poz. 3

36. Pytanie – Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 14 poz. 3** dopuści siatkę rozmiar 20x20cm zamiast 20x30 ?

Odpowiedź - NIE Zamawiający nie dopuszcza w pozycji nr 3 siatki o rozmiarze 20x20cm

37. Pytanie – Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści siatkę do leczenia przepuklin o wymiarach 20cmx20cm.

Odpowiedź- NIE Zamawiający nie dopuszcza w pozycji nr 3 siatki o rozmiarze 20x20cm .

38. Pytanie – Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści siatkę do leczenia przepuklin o wymiarach 15cmx30cm.

Odpowiedź - NIE Zamawiający nie dopuszcza w pozycji nr 3 siatki o rozmiarze 15 x 30 cm .

39. Pytanie: Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści siatkę do leczenia przepuklin o wymiarach 22,5cmx35cm.

Odpowiedź – TAK Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 3 siatkę do leczenia przepuklin o wymiarach 22,5cmx35cm.

40. Pytanie: Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści siatkę do leczenia przepuklin o wymiarach 25 cmx35cm.

Odpowiedź - NIE Zamawiający nie dopuszcza w pozycji nr 3 siatki o rozmiarze 25 x 35 cm .

Pakiet nr 14

41. Pytanie: Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 siatki przepuklinowe w rozmiarze 15 cm x 30 cm. Specyfikacja wymaga 20cm x 30cm pozostałe parametry jak w specyfikacji.

Odpowiedź – NIE Zamawiający nie dopuszcza siatki przepuklinowej w rozmiarze 15 cm x 30 cm.

Zapytania dotyczące projektu umowy :

42. Pytanie dotyczy §5 ust. 3 wzoru umowy

Naszym zdaniem zapis ten narusza dobre obyczaje kupieckie i sprzeczny jest z klauzulą generalną Pacta sunt servanda (łac. umów należy dotrzymywać) – zasadą wyrażającą się w tym, że strona, która zawarła w sposób ważny umowę, musi ją wykonać co nakłada na strony szczególną dbałość o zachowanie trwałego obrotu gospodarczego. Możliwość rozwiązywania umów o zamówienie publiczne w sytuacjach nieostro określonych w SIWZ zasadę tę narusza. Wnosimy o zmianę §5 ust. 3 na:

3. Każda ze stron zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy po bezskutecznym wezwaniu do spełnienia świadczenia zgodnego z umową w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Odpowiedź – Zamawiający postanawia zmodyfikować § 5 ust. 3 Projektu umowy w następujący sposób:

Każda ze stron zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy po bezskutecznym wezwaniu do spełnienia świadczenia zgodnego z umową w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

43. Pytanie : dotyczy §8 ust. 2 wzoru umowy

Biorąc pod uwagę dobre obyczaje kupieckie oraz zasady współzycia społecznego prosimy o następującą modyfikację:

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na towar wolny od wad w terminach określonych przez Zamawiającego.

W przypadku sporu o zasadność reklamacji dotyczących wad jakościowych, jeżeli wadliwość ta będzie potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad jakościowych w ciągu 5 dni od chwili otrzymania ekspertyzy.

Odpowiedź: NIE – Zamawiający postanawia zostawić zapisy jak SIWZ.

44. Pytanie – Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź – NIE – Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

45. Pytanie – Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze zamówienia (symbolu) nadanego przez Zamawiającego?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odpowiedź – TAK – Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze zamówienia (symbolu) nadanego przez Zamawiającego.

46. Pytanie: Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw ?
Uzasadnienie do pytania 1: Pytanie zasadne jest ze względu na to, że Wykonawca musi w kalkulować w cenę materiału koszty dostawy.

Odpowiedź – NIE Zamawiający postanawia pozostawić zapis zgodny z SIWZ.

47. Pytanie: Dotyczy postanowień umownych § 12 ust.2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na :

„ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy netto”

Odpowiedź – NIE – Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

48. Pytanie: Dotyczy postanowień umownych § 12 ust.2

Wnosimy o dodanie do w/w zapisu

1. **Zamawiającemu** przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku nienależytego jej wykonania, a w szczególności:

-opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy powyżej **14 dni**, za wyjątkiem sytuacji w której Dostawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczane produkty.

Odpowiedź – NIE – Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

49. Pytanie –Dotyczy § 6 ust 2, 3 - Projekt Umowy

Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika – podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) –, celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 6 ust 2,3 Umowy poprzez umieszczenie zapisu:

1. Zamawiający w okresie trwania umowy zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy cenę ustaloną w oparciu o Formularz Cenowy i wyliczone ceny jednostkowe w dniu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem punktu 2.

2. Strony ustalają możliwość zmiany cen wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Za okoliczność taką uważa się :

– ustawową zmianę stawek podatku VAT.

– „ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT.”

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na przedmiot niniejszego zamówienia, jej zmiana następuje z mocy prawa.

Odpowiedź – **NIE** – Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian. Projekt umowy zawiera już proponowane zmiany.

Zapytania dotyczące SIWZ:

50. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga, aby formularz ofertowy i cenowy zawierał wszystkie zadania, czy wystarczy załączyć tylko te wybrane zadania do których przystępujemy ?

Odpowiedź – Zamawiający wymaga , aby formularz ofertowy był wypełniony zgodnie z SIWZ natomiast na formularz cenowy należy dołączyć pakiety na które oferent przystępuje, bez możliwości składać oferty na poszczególne pozycje.

51. Pytanie: W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź – Zamawiający zgodnie z rozdziałem XII pkt 3 SIWZ dopuszcza złożenie wraz z ofertą odpowiedniego pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy.

52. Pytanie: Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, uznaje za wystarczające przedłożenie w charakterze dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego deklarację zgodności oraz aprobatę CE (w zależności od klasyfikacji wyrobu), a także potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji w trybie art. 58 ustawy? Zwracamy uwagę na fakt, że dokonanie zgłoszenia jest obowiązkiem producentów z siedzibą w Polsce, natomiast inni wykonawcy mają możliwość złożenia w Urzędzie wyłącznie powiadomienia.

Odpowiedź –**TAK** Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie w charakterze dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego deklarację zgodności oraz aprobatę CE (w zależności od klasyfikacji wyrobu), a także potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji w trybie art. 58 ustawy.




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem


Z-ca Dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
d/s świadczeń zdrowotnych
i programów strategicznych
mgr Urszula Delikat

Krotoszyn, dnia 16.11.2012 r.