

Krotoszyn, dnia 19.04.2012 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „„Program wyrównywania różnic między regionami II – Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny”.

Nr sprawy RZP-VI/1/02/12

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

I. Zapytania i wyjaśnienia:

Dotyczy pakietu nr 5.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wymaga aby aparat do diatermii posiadał jeden kanał z aplikatorem indukcyjnym zamiast dwóch aplikatorów indukcyjnych i dwa kanały kondensatorowe zamiast jednego kondensatorowego ? W opisie jest prawdopodobnie błąd w pisowni.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby aparat do diatermii posiadał jeden kanał z aplikatorem indukcyjnym zamiast dwóch aplikatorów indukcyjnych i dwa kanały kondensatorowe zamiast jednego kondensatorowego.

Dotyczy pakietu nr 2.

Pytanie 2.

Jednym z wymaganych parametrów jest podany zbiornik o pojemności 60 l.

Czy dopuszczacie Państwo możliwość uczestniczenia w przetargu aparatu wyposażonego w zbiornik możliwość pojemności 50 l.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści zbiornika o pojemności 50l.

Pytanie 3

Czy dopuszczacie Państwo do przetargu aparat do krioterapii bez opcji nadmuchu pulsacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści aparat do krioterapii bez nadmuchu pulsacyjnego.

Dotyczy pakietu nr 7.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga na panelu centralnym znajdującym się pod leżem od strony nóg pacjenta?

Panel centralny można wyjąć i umieścić np. na szczycie łóżka.

Odpowiedź: Tak , dopuści.

Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe, z czego trzy segmenty ruchome (segment oparcia pleców, segment uda, segment podudzia)?

Odpowiedź: Tak , dopuści.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem 19° i anty-Trendelenburgiem 20°, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak , dopuści.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko z akumulatorem wyposażonym we wskaźnik diodowy, zamiast dźwiękowego?

Odpowiedź: Tak , dopuści.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko które posiada regulację wysokości leża w zakresie 395-775 mm?

Odpowiedź: Tak , dopuści.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko które posiada regulację oparcia pleców do 75°?

Odpowiedź: Tak , dopuści.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko które posiada regulację segmentu oparcia uda do 45°?

Odpowiedź: Tak , dopuści.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym segment oparcia pleców nie posiada wypełnienia płytą przezierną dla promieni RTG natomiast posiada możliwość wykonywania zdjęć za pomocą standardowego aparatu RTG?

Odpowiedź: Tak , dopuści.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko którego konstrukcja umożliwia wykonywanie zdjęć RTG bez konieczności stosowania uchylnego szczytu?

Odpowiedź: Tak , dopuści.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko które posiada wzdłuż leża lakierowaną szynę do montowania wyposażenia dodatkowego?

Odpowiedź: Tak , dopuści.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w akumulator z wizualnym (diodowym) wskaźnikiem podłączenia do sieci oraz stanu jego naładowania, bez wskaźnika dźwiękowego?

Odpowiedź: Tak , dopuści.

Dotyczy pakietu nr 6

Pytanie 15.

Czy zamawiający dopuści materac o długości 195 cm?

Odpowiedź: Tak , dopuści.

Pytanie 16.

Poz. 8 i 9 .

Czy Zamawiający dopuści wózek o ramie stalowej?

Odpowiedź: Nie dopuści.

Pytanie 17.

Czy Zamawiający dopuści stół pionizacyjny z regulacją 0-88⁰? Parametr ten minimalnie różni się od wymaganego.

Odpowiedź: Tak , dopuści.

Pytanie 18.

Czy Zamawiający dopuści kabinę PUR o wymiarach wysokość 200 cm, szerokość 65-75 cm, długość maksymalna 225 cm, rozstaw podpór 200- 225 cm?

Odpowiedź: Tak , dopuści.

Pytanie 19.

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności przedstawienia dokumentu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych odnośnie roweru treningowego oraz toru do ćwiczeń równoważnych z pakietu nr 6? Są to wyroby nie medyczne objęte stawką VAT 23 %.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 1.

Pytanie 20.

Poz. 2 Mieszalnik.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie , które posiada regulowaną temperaturę w zakresie 30⁰- 110⁰C a temperaturę sterylizacji to 135⁰C.

Odpowiedź: Tak , dopuszcza.

Pytanie 21.

Cieplarka.

Czy Zamawiający dopuszcza cieplarkę o regulowanej temperaturze grzania 30-80⁰C.

Odpowiedź: Tak , dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 2.

Pytanie 22.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie ze zbiornikiem o pojemności 21 litry + dodatkowy zbiornik o pojemności 21 litrów (łatwość wymiany butli z powodu ciężaru).

Odpowiedź: Nie dopuści.

Pytanie 23.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dużym kolorowym dotykowym wyświetlaczem, z pięciostopniową regulacją intensywności nadmuchu lecz bez funkcji nadmuchu pulsacyjnego.


Odpowiedź: Nie dopuści.

Jednocześnie Zamawiający prostuje błąd pisarki . W pakiecie nr 6 , załącznik nr 17 poz 13 jest „– podwieszka pod miednicę x 12”. **Powinno być „– podwieszka pod miednicę x 2.**

II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert na :

1. **Składanie ofert do dnia 24.04.2012 r. do godz. 11⁰⁰.**
2. **Otwarcie ofert w dniu 24.04.2012 r. o godz. 11³⁰ w Sali konferencyjnej SP ZOZ w Krotoszynie ul. Młyńska 2.**

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk