

**Opis przedmiotu zamówienia**  
**„Program wyrównywania różnic między regionami II**  
**– Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny”**  
**Pakiet nr 1**

**Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych**

**Należy opisać każde bez wyjątku z podanych wymagań Zamawiającego.**

Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.

**Pozycja 1**

**Aparat do ćwiczeń metodą SET**

L.p.	Funkcja / Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	2	3	4
1.	Zestaw Redcord Workstation Professional dla 2 aparatów.	TAK	
2.	Aparat Redcord Trainer szt. 1	TAK	
3.	Aparat Redcord Professional szt. 1	TAK	
4.	Konstrukcja sufitowa	TAK	
5.	Podwieszka pod miednicę szt. 1	TAK	
6.	Podwieszka pod głowę szt. 1	TAK	
7.	Podwieszka kkg i kkd szt. 2	TAK	
8.	Linka 30 cm szt. 2	TAK	
9.	Linka 60 cm szt. 2	TAK	
10.	Linka elastyczna 30 cm, czarna szt. 2	TAK	
11.	Linka elastyczna 30 cm, czerwona szt. 2	TAK	
12.	Linka elastyczna 60 cm, czarna szt. 2	TAK	
13.	Linka elastyczna 60 cm, czerwona szt. 2	TAK	
14.	Linka 5 m, szt. 1	TAK	
15.	Poduszka sensomotoryczna 33 cm , szt. 2	TAK	
16.	Walek 15 x 60, szt. 1	TAK	
17.	Klipsy, szt. 3	TAK	
18.	Wieszak na podwieszki szt. 1	TAK	
19.	Ciężarki kpl.	TAK	
20.	Nóżki przedłużające szt. 4	TAK	
21.	Serwis na terenie Polski	TAK	
22.	Instrukcja obsługi w j.polskim (z dostawą)	TAK	

<b>Pozycja 2</b>			
<b>Zestaw do parafiny</b>			
<b>L.p.</b>	<b>Funkcja / Parametr</b>	<b>Parametr wymagany</b>	<b>Parametr oferowany</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Mieszalnik</b>		TAK	
1.	Przenośne urządzenie ze stali nierdzewnej do podgrzewania i mieszania parafiny	TAK	
2.	Pojemność robocza zbiornika około 40 l		
3.	System utrzymywania zadanej temperatury zapobiegający przypalaniu masy	TAK	
4.	Mieszalnik wyposażony w mieszadło automatycznie załączane co kilka minut, pozwalające na równomierne utrzymywanie temperatury masy w zbiorniku oraz zapobiegające jej rozwarstwieniu.	TAK	
5.	Podgrzewany zawór spustowy mieszalnika zapobiegający zastyganiu masy w zaworze.	TAK	
6.	Elektroniczne sterowanie.	TAK	
7.	Wszystkie parametry pracy prezentowane na dużym wyświetlaczu	TAK	
8.	Wymuszone mieszanie masy (przyspieszony proces rozgrzewania dodawanej zimnej masy).	TAK	
9.	Programowanie startu urządzenia. Możliwość ustawienia czasu przygotowania masy na żadaną godzinę.	TAK	
10.	Regulowana temperatura grzania 55-80°C;	TAK	
11.	Temperatura sterylizacji: 110°C	TAK	
12.	Akcesoria: Folia dł. 1000 mb., szer. 65 cm. Folia do APS 10 rolek (rolka: szer. 50 cm, dł. 50 cm). Fizelina 2 rolki, każda dł. 200 mb., szer. 50 cm. Okłady rozgrzewające wypełnione parafiną 360 x 280 mm (10szt.). Wieszak na folię. Wieszak podwójny : folia + fizelina. Nóż do folii. Stojak na dodatkowe tace do cieplarki. Taca aluminiowa do cieplarki C-14 o wymiarach 60 x 40 x 2 cm.	TAK	
<b>II. Cieplarka</b>		TAK	
1.	Cieplarka ze stali nierdzewnej z 14 szufladami do przechowywania masy w ustalonej temperaturze	TAK	
2.	Pojemność robocza: 14 tacek 400 x 600 mm	TAK	
3.	Regulowana temperatura grzania 25-80°C;	TAK	
4.	Grzałka z wentylatorem termoo obiegu pozwalająca na równomierne utrzymanie zadanej temperatury.	TAK	
5.	Cykl dobowy - godziny włączenia i wyłączenia	TAK	

	cieplarki;		
6.	Programowanie startu urządzenia. Możliwość ustawienia czasu przygotowanie masy na żadaną godzinę.	TAK	
7.	Elektroniczne sterowanie.	TAK	
8.	Wszystkie parametry pracy prezentowane na dużym wyświetlaczu	TAK	
9.	Serwis na terenie Polski	TAK	
10.	Instrukcja obsługi w j.polskim (z dostawą)	TAK	

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....  
(miejsowość i data )

.....  
(pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)