

Opis przedmiotu zamówienia
„Program wyrównywania różnic między regionami II
– Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny”

Pakiet nr 2

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Należy opisać każde bez wyjątku z podanych wymagań Zamawiającego.

Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.

Aparat do krioterapii.

L.p.	Funkcja / Parametr	Wymagane parametry	Oferowane parametry
1	2	3	4
1.	Pojemność zbiornika.	60 l	
2.	Czynnik chłodniczy – azot.	TAK	
3.	Maksymalne samoistne odparowanie dobowe z włożoną głowicą 0,7 l.	0,7 l.	
4.	Temperatura strumienia gazu (przy wylocie dyszy)	- 160 ⁰ C	
5.	Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu min 4 .	TAK	
6.	Nadmuch pulsacyjny.	TAK	
7.	Możliwość dopasowania parametrów urządzenia do potrzeb użytkownika.	TAK	
8.	Rodzaj wyświetlacza - znakowy LCD	TAK	
9.	Pomiar wagowy ilości azotu w zbiorniku	TAK	
10.	Zasilanie 230 ± 10% , 50 Hz.	TAK	
11.	Klasa ochronności	I	
12.	Instrukcja obsługi w j.polskim (z dostawą)	TAK	
13.	Serwis na terenie Polski	TAK	

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)