

Opis przedmiotu zamówienia
„Program wyrównywania różnic między regionami II
– Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny”

Pakiet nr 4

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Należy opisać każde bez wyjątku z podanych wymagań Zamawiającego.

Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.

Pozycja 1

Wanna do masażu kończyn górnych

L.p.	Funkcja / Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	2	3	4
1.	Wanna przeznaczona do kąpieli wirowych kończyn górnych - okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych.	TAK	
2.	Pojemność użytkowa do 20 litrów	TAK	
3.	Masaż prowadzony za pomocą min 4 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody montowanych na ścianie wanny	TAK	
4.	Sterowanie z elektronicznego panelu sterowania	TAK	
5.	Prysznic ręczny	TAK	
6.	Regulacja napowietrzenia wody – "bierny masaż perełkowy	TAK	
7.	Automatyczny system napełniania wody	TAK	
8.	Ustawienie wybranego poziomu wody	TAK	
9.	Zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho"	TAK	
10.	Automatyczne wyłączanie urządzenia po upływie zadanego czasu	TAK	
11.	Elektroniczny termometr	TAK	
12.	System dezynfekcji wody	TAK	
13.	Możliwość wyboru koloru wanny	TAK	
14.	Instrukcja obsługi w j.polskim (z dostawą)	TAK	
15.	Serwis na terenie Polski	TAK	
16.	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż aparatu.	TAK	

Pozycja 2			
Wanna do masażu podwodnego perełkowego			
L.p.	Funkcja / Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Automatyczna wanna do masażu całego ciała	TAK	
2.	Pojemność użytkowa do 190 litrów	TAK	
3.	Sterowanie z elektronicznego panelu sterowania	TAK	
4.	Ustawianie czasu trwania zabiegu.	TAK	
5.	Masaż prowadzony za pomocą min 5 sekcji dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody	TAK	
6.	Możliwość zaprogramowania kolejności pracy każdej z sekcji dysz (stopy, podudzia, kolana, biodra i kręgosłup) w dowolnie wybranym czasie i kolejności.	TAK	
7.	Masaż podwodny automatyczny.	TAK	
8.	Masaż perełkowa.	TAK	
9.	Możliwość połączenia działania hydromasażu z działaniem systemu masażu perełkowego		
10.	Możliwość wyłączenia dowolnej sekcji w celu np. ominięcia wybranej części ciała,	TAK	
11.	Możliwość wprowadzenia do pamięci (min. 20-stu) najczęściej wykorzystywanych ustawień.	TAK	
12.	Możliwość wyboru koloru wanny	TAK	
13.	Zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho"	TAK	
14.	Automatyczne wyłączanie urządzenia po upływie zadanego czasu	TAK	
15.	Elektroniczny termometr	TAK	
16.	System dezynfekcji wody.	TAK	
17.	Instrukcja obsługi w j.polskim (z dostawą)	TAK	
18.	Serwis na terenie Polski	TAK	
19.	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż aparatu.	TAK	

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....
(miejsowość i data)

.....
(pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)