

**Opis przedmiotu zamówienia**  
**„Program wyrównywania różnic między regionami II**  
**– Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny”**  
**Pakiet nr 6**

**Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych**

Należy opisać każde bez wyjątku z podanych wymagań Zamawiającego.

Zapis w kolumnie 4 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Wymogiem granicznym w kolumnie 4 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.

Pozycja	Nazwa sprzętu	Funkcja / Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	2	3	4	5
1.	Materace do ćwiczeń	Materac gimnastyczny do terapii metodą SI oraz zabezpieczenia osób ćwiczących na drabinkach. Wymiary dł/szer/wys 200/100/5 cm.	Tak	
2.	Lampy Sollux na statywie	Lampa Sollux do zabiegów światłolecznictwa. Na statywie z regulacją czasu pracy. Moc 375 W. Zestaw filtrów.	Tak Moc 375 W	
3.	Krzesło do masażu	Krzesło do masażu . Regulowana skokowo wysokość. Pozycja siedząca, kłęcząca, półleżąca. Podpora pod głowę z otworem na twarz. Dopuszczalne obciążenie 150 kg.	Tak	
4.	Osprzęt do kabiny UGUL-standard.	Osprzęt do ćwiczeń w odciążeniu w kabynie UGUL. W zestawie podwieszki przedramion i podudzi, ud i ramion, podwieszka pod miednicę, pod głowę, stopę i dwustopowa, Ciężarki i linki w ilościach : - linka dł. 1600 mm x 8, - linka 960 mm x 6, - linka 2450 mm x 1, - linka dł. 5720 x 1, - linka dł. 3750 mm x 3, - podwieszka przedramion i podudzi x 4 , - podwieszka ud i ramion x 4, - podwieszka pod miednicę x 2, - podwieszka klatki piersiowej x 1, - podwieszka pod głowę x 1, - podwieszka stóp x 4, - podwieszka dwustanowa x 4, - pas do wyciągu pod miednicę, (tkanina) x1, - kamaszek x 1 , - ciężarki miękkie 0,5 x 2; 1,0 x 2; 1,5 x 2; 2,0 x 2; 2,5 x 2; 3,0 x 2; Esy x 30	Tak	
5.	Fotel do ćwiczeń oporowych kończyn górnych i dolnych	Fotel do ćwiczeń oporowych kończyn górnych i dolnych. Usprawnianie stawu kolanowego i barkowego. 2 główce oporowe i pasy do stabilizacji ud, miednicy i klatki piersiowej.		
6.	Rower treningowy	Rower treningowy do usprawniania kończyn dolnych. Pomiar czasu, drogi, prędkości, częstotliwości pedalowania, pomiar pulsu w dłoni. Programy rehabilitacyjne i		

		komputerowa regulacja obciążenia. Regulacja siodełka w pionie i poziomie.		
7.	Tor do ćwiczeń równoważnych szt. 1	Tor do ćwiczeń równoważnych o wym 6x24x160 cm		
8.	Wózki inwalidzkie	Wózek spacerowo - pokojowy do przemieszczania pacjentów na sale ćwiczeń oraz do ćwiczeń w pozycji siedzącej na wózku. Rama aluminiowo - stalowa o konstrukcji krzyżakowej , składana. Dopuszczalne obciążenie do 110 kg. Koła pneumatyczne. Demontowane podnóżki , odchylane boczki, łamane oparcie.		
9.	Wózki inwalidzkie z podparciem głowy	Wózek do przemieszczania pacjentów po udarach na sale ćwiczeń oraz do ćwiczeń w pozycji siedzącej na wózku. Rama aluminiowo - stalowa o konstrukcji krzyżakowej , składana. Dopuszczalne obciążenie do 110 kg. Koła pneumatyczne. Demontowane podnóżki , odchylane boczki. Odchylane w sposób płynny oparcie. Ortopedyczna tapicerka dopasowująca się do ciała pacjenta chroniąc przed powstawaniem odleżyn. Zagłówek do stabilizacji głowy z możliwością dopasowania do jej obwodu oraz z regulacją kąta nachylenia oraz wysokości		
10.	Lampa do terapii światłem Biopton Pro 1 na statywie	Urządzenie do terapii światłem spolaryzowanym: średnica filtra 11 cm, możliwość odwracania głowicy., moc 40mW/cm2, czasomierz.		
11.	Stół do pionizacji	Stół do pionizacji pacjentów z elektryczną regulacją wysokości i kąta nachylenia od 0-90 stopni.		
12.	Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem	Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem.		
13.	Kabina PUR wolnostojąca z osprzętem	Kabina PUR wolnostojąca o wym 2350x500x1850 mm do ćwiczeń biernych i w odciążeniu. Umożliwiająca ćwiczenia pacjentów na wózkach , leżących na stołach rehabilitacyjnych oraz łózkach rehabilitacyjnych. W zestawie standardowy osprzęt składający się z linek , bloczków, podwieszek i ciężarków w ilościach: - bloczek żeglarski x 2 - linka dł. 1200 mm x 4, - linka dł. 1800 mm x 1, - linka dł. 3000 mm x 1, - linka dł. 700 x 4, - linka dł. 2450 mm x 1, - podwieszka ud i ramion x 2, - podwieszka pod miednicę x 12, - podwieszka pod głowę x 1, - uchwyt na linkę x 1, - podwieszka dwustanowa x 2, - uchwyt z taśmą x2, - kamaszek x 1 , - opaska na udo x 1, - opaska na przedramię x 1 , - orczyk x 1 ,		

		- pętla Glissona x 1 , - pas do stabilizacji ud x 1, - ciężarki miękkie 0,5 kg. x 1; 1,0 kg. x 1; 2,0kg. x 1; 3,0 kg. x 1; Esy x 10.		
14.	Serwis na terenie Polski		TAK	
15.	Instrukcja obsługi w j.polskim (z dostawą)		TAK	

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....  
(miejsowość i data )

.....  
(pieczętka i podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)