



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego dla SPZOZ Krotoszyn

Nr sprawy: RZP-V/1/15 /12

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zapytania do Formularza cenowego:

1. Pakiet nr 1

Pytanie, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej?

Odpowiedź – NIE - Zamawiający nie dopuszcza ostrza chirurgicznego wykonanego ze stali węglowej.

Pytanie, poz. 1 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek ze względu na wysoką cenę produktu?

Odpowiedź – NIE- Zamawiający nie odstąpi od wymogu dostarczenia próbek.

2. Pakiet nr 2

Pytanie, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową prostą o wymiarach 3,0 x 24 mm?

Odpowiedź – TAK – Zamawiający wymaga elektrodę szpatułkową prostą o wymiarach 3,0 x 24 mm.

Pytanie, poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową 2 x 6 mm prostą elastyczną o długości 45 mm?

Odpowiedź – TAK – Zamawiający wymaga elektrodę szpatułkową 2 x 6 mm prostą elastyczną o długości 45 mm.

Pytanie. Poz. 13-15 – Czy w opisie pozycji 13 – 15 Zamawiający ma na myśli pęsety bipolarne?

Odpowiedź – TAK – Zamawiający w opisie pozycji 13 – 15 ma na myśli pęsety bipolarne.

Pytanie, poz. 14 i 15 -Czy Zamawiający dopuści w pozycjach nr 14 i 15 elektrody bipolarne o wymaganych długościach, kształtach o szerokości końcówek 2,2 mm?

Odpowiedź – TAK – Zamawiający wymaga w pozycjach nr 14 i 15 elektrody bipolarne o wymaganych długościach, kształtach o szerokości końcówek 2,2 mm.

Pytanie - Rozumiejąc intencje Zamawiającego, aby producent lub dystrybutor wyposażenia zamiennego, nieoryginalnego wykazał się stosownymi dokumentami o walidacji i badaniach kompatybilności instrumentów i osprzętu dla oferowanych produktów z urządzeniem, z którym mają te produkty pracować prosimy o potwierdzenie, iż powyższe dotyczy tych wykonawców, którzy oferują produkty nieoryginalne, zamienne?

Taki zapis jest bezzasadny dla wykonawców, oferujących wyposażenie oryginalne do urządzeń tzn. wyposażenie tego samego producenta co urządzenia, z którymi oferowane wyposażenie ma pracować.

Odpowiedź – Dokumenty o walidacji i badaniach kompatybilności instrumentów i osprzętu dla oferowanych produktów z urządzeniem, z którym mają te produkty pracować dotyczy wykonawców, którzy oferują produkty nieoryginalne, zamienne.

3. Pakiet 4

Pytanie -poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści cewnik o pojemności balonu 5-15ml lub 30-45ml w zależności od potrzeb Zamawiającego?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza cewnik o pojemności balonu 5 – 15 ml, natomiast nie dopuszcza cewnika o pojemności balonu 30 – 45 ml.

Pytanie , poz. 1- 4 – Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika (także odszkodowania z tytułu zdarzeń medycznych) oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego użytkowanego przed dłuższy okres - oferowane cewniki Foleya powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej (także po wypakowaniu z opakowania) - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób ?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga konieczności identyfikacji wyrobu medycznego użytkowanego przed dłuższy okres - oferowane cewniki Foleya mogą posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz powinny posiadać nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

Pytanie , poz. 1- 4 – Czy oferowane cewniki Foleya ze względu na wilgotne środowisko użytkowania oraz długi okres kontaktu z wrażliwą błoną śluzową cewki moczowej i pęcherza moczowego oraz ewentualne niepożądane działania EO w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu - tak jak np. cewniki światowych liderów w ich produkcji firm Unomedical /Dania/ czy Rusch /Niemcy/ ?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pytanie -poz. 7 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewnik Pezzera mają posiadać trzy cztery otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu?

Odpowiedź – **TAK** – Zamawiający wymaga, aby cewnik Pezzera posiadał minimum 2 otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu.

Pytanie, poz. 7 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Pezzera mają być sterylizowane metodą radiacyjną, która eliminuje kancerogenność produktu?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga by cewniki Pezzera były sterylizowane metodą radiacyjną, która eliminuje kancerogenność produktu.

Pytanie, poz. 7 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki mają być podwójnie pakowane w opakowanie zewnętrzne folia-papier i wewnętrzne foliowe, co ułatwia ich aseptyczne użytkowanie?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga by cewniki były podwójnie pakowane w opakowanie zewnętrzne folia-papier i wewnętrzne foliowe, co ułatwia ich aseptyczne użytkowanie.

Pytanie, poz. 7 - Czy cewniki Pezzera powinny posiadać minimum 4 otwory przelewowe w części dystalnej, a jako wyroby zakładane na bloku operacyjnym powinny być pakowane w sposób umożliwiający ich aseptyczne użytkowanie t.j. w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga aby cewniki Pezzera mogły posiadać minimum 4 otwory przelewowe w części dystalnej, a jako wyroby zakładane na bloku operacyjnym mogą być pakowane w sposób umożliwiający ich aseptyczne użytkowanie t.j. w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier.

Pytanie, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści woreczki osobne dla chłopców, osobne dla dziewczynek? Wg naszej wiedzy na rynku nie występują woreczki uniwersalne.

Odpowiedź – **NIE** – Zamawiający nie dopuszcza woreczków osobno dla chłopców, osobno dla dziewczynek. Wg wiedzy Zamawiającego na rynku występują woreczki uniwersalne.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

4. Pakiet 5

Pytanie, poz. 5, 6, 7

- Zwracamy się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożonej ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź – NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 5,6,7 do osobnego pakietu.

Pytanie - poz. 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości min 2,1 m o średnicy 5,6 – 8,0 mm?

Odpowiedź – NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie drenu o długości min. 2,1 m o średnicy 5,6 – 8,0 mm.

Pytanie, poz. 8-9 - Czy oferowane wysokociśnieniowe butelki do ssania typu Redon powinny być wykonane z nietłukącego się, przezroczystego tworzywa oraz powinny posiadać kolorową, adekwatną do pomiaru skale pomiarową, a opisany w siwz dren powinien mieć długość min. 120cm oraz uniwersalne zakończenie do drenów Redona o Ch 06-18 ?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga, aby wysokociśnieniowe butelki do ssania typu Redon mogły być wykonane z nietłukącego się, przezroczystego tworzywa oraz mogą posiadać kolorową, adekwatną do pomiaru skale pomiarową, a opisany w siwz dren może mieć długość min. 120cm. Natomiast wymaga uniwersalnych zakończeń drenów Redona o Ch 06 – 18.

Pytanie, poz. 8-9 - Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika (także odszkodowania z tytułu zdarzeń medycznych) oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego w trakcie całego jego okresu użytkowania (także po wyjęciu z opakowania jednostkowego), oferowane butelki do drenażu typu Redona, powinny posiadać logo lub nazwę producenta oraz nazwę własną na samym wyrobie jak również na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób ?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga - oferowane butelki do drenażu typu Redona, mogą posiadać logo lub nazwę producenta, nazwę własną na samym wyrobie oraz powinny posiadać nazwę producenta oraz nazwę własną na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

Pytanie, poz. 12 - Czy oferowane cewniki do karmienia przez nos winny być wykonane z termoplastycznego PCV oraz przeznaczone do długoterminowego utrzymania - tak jak np. cewniki światowych liderów w ich produkcji firm Unomedical /Dania/ czy Vygon /Francja/ ?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga aby cewniki do karmienia przez nos były wykonane z termoplastycznego PCV oraz przeznaczone do długoterminowego utrzymania.

Pytanie, poz. 12 - Czy oferowane cewniki do karmienia przez nos powinny posiadać linię kontrastową RTG wzdłuż całej swej długości oraz znaczniki głębokości min. od 5 do 35cm, co ułatwia prawidłową i wygodną identyfikację ich położenia w trakcie całego okresu użytkowania ?

Odpowiedź – Zamawiający utrzymuje zapis jak w SIWZ.

Pytanie, poz. 12 - Czy zapis rozmiaru Ch 6-10 oznacza konieczność zaproponowania wszystkich pełnych jednostkowych rozmiarów w zakresie od 6 do 10 - do wyboru przez Zamawiającego w zależności od określonych potrzeb klinicznych ?

Odpowiedź – Zapis rozmiaru Ch 6-10 oznacza konieczność zaproponowania wszystkich pełnych jednostkowych rozmiarów w zakresie od 6 do 10 - do wyboru przez Zamawiającego w zależności od określonych potrzeb klinicznych.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarcie na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Zapytania dotyczące projektu umowy :

Pytanie:

Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety, ale nie przewiduje możliwości podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety. Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

Zapytania dotyczące SIWZ:


Pytanie:

Czy w razie wątpliwości co do zgodności zaofertowanego sprzętu z zapisami SIWZ Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia próbek oraz katalogów zaofertowanego sprzętu?

Odpowiedź – Zamawiający w razie wątpliwości co do zgodności zaofertowanego sprzętu z zapisami SIWZ zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia próbek oraz katalogów zaofertowanego sprzętu.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

Krotoszyn, dnia 26.06.2012 r.