

Pakiet nr 1 - serwety operacyjne

Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. Miary	Ilość	Cena netto za szt.	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B=C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E =F	Producent	Nazwa i gramatura tkaniny
			A	B	C	D	E	F		
<p>Serwety operacyjne nieprzemakalne dwuwarstwowe - zestaw uniwersalny. Serweta chirurgiczna do stosowania w zabiegach standardowego ryzyka. Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 140 g/m2 nieprzemakalności min.50 cm H2O dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze mn.280 g/m2 i chłonności min 160 %. Serweta w pełni zgodna z normą PN-EN 13795. Kolor zielony. Oznakowanie nazwą szpitala.</p>										
1.	Serweta górna o wymiarach 150 cm x 220 cm plus dodatkowa warstwa chłonna 40 cm x 60 cm.	szt.	60		0,00		0,00	0,00		
2.	Serweta dolna o wymiarach 180 cm x 180 cm plus dodatkowa warstwa chłonna 80 cm x 80 cm.	szt.	60		0,00		0,00	0,00		
3.	Serweta boczna o wymiarach 75 cm x 90 cm plus dodatkowa warstwa chłonna 40 cm x 60 cm.	szt.	120		0,00		0,00	0,00		
4.	Serweta na stół do instrumentowania o wymiarach 150 cm x 200 cm plus warstwa chłonna na całej długości serwety 80 x 200	szt.	60		0,00		0,00	0,00		
5.	Serweta na stół Mayo o wymiarach 75 cm x 150 cm plus warstwa chłonna 75 x 80	szt.	60		0,00		0,00	0,00		

Serwety operacyjne nieprzemakalne.

Wykonane z tkaniny bawełniano - poliestrowej o składzie 70% bawełna, 29% poliester, 1% nitka węglowa, gramatura 160 g/m².

Serwety zgodne z normą PN - EN 13795 w zakresie standardowego ryzyka.

Kolor zielony.

Oznakowanie nazwą szpitala.

1.	Serweta o wymiarach 150 cm x 200 cm	szt.	50		0,00		0,00	0,00		
RAZEM					0,00			0,00		

Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty:

1. Deklaracja zgodności.
2. Wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.
3. Karta techniczna tkaniny wystawiona przez producenta tkaniny, potwierdzająca wymagane parametry (gramatura, skład, przepuszczalność powietrza, itp..)
4. Wynik badań tkaniny wykonane przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie.
5. Instrukcja używania.
6. Katalog z przedmiotem zamówienia.

UWAGA!

Brak wypełnienia kolumny "Producent" oraz "Nazwa i gramatura tkaniny" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

2	<p>Ubranie operacyjne bluza + spodnie (damskie i męskie) Odzież operacyjna wielokrotnego użytku, wykonana z niepyłającej tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55% ±5% o gramaturze max. 120 - 130g/m2, poziom przepuszczalności powietrza minimum 50cm3/cm2*s Kolor zielony Rozmiar: S - XXL; Oznakowanie nazwą szpitala. Odzież zgodna z normą PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia wykonane po 100 cyklach prania oraz czystości pod względem cząstek stałych; Krój: bluza + spodnie: bluza wycięcie w kształcie litery "V" wkładana przez głowę, rękaw krótki bez mankietu, 3 kieszenie, spodnie na gumkę wiązane z produ na troki.</p>	szt.	190		0,00		0,00	0,00		
3	<p>Koszula operacyjna. Wykonana z niepyłającej tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55%, o gramaturze 115 -120 g/m2, poziom pylenia zbadanego według normy ISO 9073 -10 maksymalnie 4. Kolor biały. Rozmiar : S -XXL Oznakowanie nazwą szpitala.</p>	szt.	100		0,00		0,00	0,00		
RAZEM					0,00			0,00		

Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty:

1. Deklaracja zgodności.
2. Wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.
3. Karta techniczna tkaniny wystawiona przez producenta tkaniny, potwierdzająca wymagane parametry (gramatura, skład, przepuszczalność powietrza, itp..).

4. Wynik badań tkaniny wykonane przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie - pozycja 1 i 2.
5. Wynik badań tkaniny wykonane przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające parametry techniczne w wymaganym zakresie - pozycja 3.
6. Instrukcja używania.
7. Katalog z przedmiotem zamówienia.

UWAGA!

Brak wypełnienia kolumny "Producent" oraz "Nazwa i gramatura tkaniny" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.