



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę blon i odczynników do rtg, mammografii i sprzętu jednorazowego użytku do tomografii dla SPZOZ w Krotoszynie
Nr sprawy: RZP-V/1/22/13

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zapytania do Formularza cenowego:

Pytanie w związku ze sprawą RZP-V/1/22/13, pakiet 3, i żądaniem zamawiającego o dostarczenie potwierdzenia wystawionego przez firmę Medrad lub jej autoryzowanego przedstawiciela które są monopolistami na Polskim rynku wkładów do wstrzykiwaczy kontrastu firmy Medrad.

Zwracamy uwagę, iż naszym zdaniem wymagania takie nie mają podstawy prawnej i są niezgodne z artykułami 7 i 25 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapis taki, nieprawnie wyklucza możliwość udziału naszej firmy w postępowaniu przetargowym, umożliwiając równocześnie przystąpienie do przetargu wyłącznie konkretnemu podmiotowi (firmie produkującej wstrzykiwacze oraz jej przedstawicielowi w Polsce), co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji (Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).

Producent sprzętu oferowanego przez naszą firmę posiada wszelką niezbędną dokumentację zgodną z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy tj. certyfikaty Unii Europejskiej notyfikowane przez niezależne podmioty, Deklaracje Zgodności, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, katalogi i próbki. Wszystkie te dokumenty potwierdzają wysoką jakość i kompatybilność oferowanego sprzętu.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż producent oferowanego przez nas sprzętu zawarł informacje w katalogu o kompatybilności produktu z konkretnym wstrzykiwaczem kontrastu (do każdego rodzaju strzykawki wskazał model wstrzykiwacza, do którego są przeznaczone). Firma nasza dostarcza również próbki, dzięki którym szpital może sprawdzić jakość wyrobu oraz kompatybilność produktu z posiadanym wstrzykiwaczem.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy zamawiający zrezygnuje z zapisu w którym wymaga się od firm biorących udział w przetargu RZP-V/1/22/13, pakiet 3 dostarczenia oświadczeń producenta bądź autoryzowanego przedstawiciela firmy Medrad. W zamian za to proponujemy zażądać próbek od firm startujących w przetargu.

Jednocześnie oświadczamy, iż w przypadku gdyby wstrzykiwacz kontrastu uległ uszkodzeniu które byłoby rezultatem zastosowania naszych wkładów (co musiałyby być potwierdzone przez niezależną firmę). Nasza firma pokryje wszelkie koszty związane z naprawą, oraz przejmie odpowiedzialność za ewentualne wyrządzone szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający postanawia odstąpić od żądania dołączenia do oferty potwierdzenia wystawionego przez firmę Medrad lub autoryzowany serwis, z zachowaniem pozostałych wymagań w zakresie Pakietu nr 3. Jednocześnie Zamawiający żąda dołączenia do oferty próbek zaoferowanych produktów z Pakietu nr 3 poz. 1 w ilości 3 szt.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje zapis w Załączniku nr 2 – Formularz cenowy Pakiet nr 3 w następujący sposób:

Poz. 1 - Sterylny zestaw do automatycznego wstrzykiwania kontrastu MEDRAD WISTRON CTP-200 FLS, składający się z wkładu 200 ml i złącza niskiego ciśnienia o dł. 150-152 cm, wytrzymujący ciśnienie min. 300 PSI oraz złącza szybkiego napełniania w kształcie litery J.

Poz. 2 - Złącze niskiego ciśnienia dł. 150-152 cm, wytrzymujący ciśnienie min. 300 PSI, MEDRAD LPDCT-160.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:


„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Zamawiający żąda dołączenia do oferty oświadczenia producenta zaoferowanych produktów o spełnianiu warunku dotyczącego ciśnienia min. 300 PSI.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 12a Pzp przedłuża termin składania ofert na dzień 14.06.2013 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 14.06.2013 r. o godz. 09:30.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

Krotoszyn, dnia 06.06.2013 r.