


WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę aparatu do terapii nerkozastępczej dla SPZOZ w Krotoszynie”. Nr sprawy RZP-VI/1/04/13

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2 z formularza cenowego – załącznik nr 4 i utworzy odrębny pakiet?
Odpowiedź: Nie , nie wydzieli i nie utworzy odrębnego pakietu.
2. Czy Zamawiający w pozycji nr 2: „pakiet startowy odczynników” w formularzu cenowym – załącznik nr 4 ma na myśli dreny do aparatu, hemofiltr oraz płyny?
Odpowiedź: Ma na myśli wszystkie niezbędne do wykonania uruchomienia aparatu i przeprowadzenia szkolenia odczynniki oraz inne materiały.
3. Zwracamy się z prośbą o określenie, do jakiego rodzaju terapii będzie używany pakiet startowy odczynników? Odpowiedź: Do wszystkich opisanych w SIWZ.
4. Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 28: „pakiet startowy odczynników do uruchomienia i przeprowadzenia szkoleń” z załącznika nr 4 – opis parametrów technicznych? Odpowiedź: Nie , nie wydzieli.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat bez pre dylucji w czasie terapii HDF i jej odmian ? Odpowiedź: Nie , nie wyrazi.
6. Czy zamawiający będzie wymagał by aparat archiwizował historie terapii do 1000 godz. ? Odpowiedź: Tak, będzie wymagał.
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat z zintegrowanym systemem podgrzewania krwi wracającej do pacjenta? Odpowiedź: Tak, wyrazi.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat z pominięciem funkcji wprowadzania danych pacjenta na ekran? Odpowiedź: Nie , nie wyrazi.
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat z bezpośrednią wizualną identyfikacją filtra? Odpowiedź: Tak, wyrazi.
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat z półautomatyczną regulacją poziomu w komorze odpowietrzającej? Odpowiedź: Nie , nie wyrazi.
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat z kolorowym ekranem dotykowym o wielkości od 10,5” do 12” ? Odpowiedź: Nie , nie wyrazi.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk