



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę dializatorów, linii krwi i koncentratów do dializ dla SPZOZ w Krotoszynie
Nr sprawy: RZP-V/1/20/13**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zapytania do Formularza cenowego:

Pakiet 4

1. Pytanie: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 4 dializatorów z błoną polisulfonową, sterylizacja Gamma o następujących powierzchniach:

- poz. 1 -1,2 lub 1,5m²,
- poz. 2 - 1,8m²,
- poz. 3 - 2,0m².

Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatorów z błoną polisulfonową, sterylizacja Gamma o następujących powierzchniach:

- poz. 1 -1,2 lub 1,5m²,
- poz. 2 - 1,8m²,
- poz. 3 - 2,0m².

2. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści ofertę z dializatorami o powierzchni odpowiednio: pkt 1 – 1,4m², pkt 3 – 2,1m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatorów o powierzchni: pkt 1 – 1,4m² (z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ), natomiast nie dopuszcza zaoferowania dializatorów o powierzchni: pkt 3 – 2,1m².

3. Pytanie: Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 4, dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi wiązką elektronów o powierzchniach odpowiednio 1,3m² dla poz. 1 oraz 1,8m² dla poz. 2 i 3?

Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatorów o powyższych parametrach.

4. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 4 dializatorów kapilarnych, o błonie polisulfonowej, sterylizowanej para wodną, o powierzchniach odpowiednio:

- 1. 1,3m²;
- 2. 1,6m²;
- 3. 1,8m².

Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatorów o powyższych parametrach.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”


Pytania dot. projektu umowy:

5. Pytanie: Prosimy o zmianę projektu umowy i zastąpienie zapisu paragrafu 6 punkt 3 na następujący :
”W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na przedmiot niniejszego zamówienia, jej zmiana następuje z mocy prawa, bez konieczności podpisywania oddzielnego aneksu do umowy. W takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto.”

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

Krotoszyn, dnia 16.05.2013 r.