



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

**WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatora Gem Premier 3000 oraz dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą 2 aparatów do gazometrii dla SPZOZ Krotoszyn  
Nr sprawy: RZP-V/1/17/13**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

**Pakiet 2**

**1. Pytanie:** Dot. pkt. 4 Czy zamawiający dopuści analizator pracujący na bazie jednej wielotestowej kasety zawierającej wszystkie elementy wymienne tj. elektrody, odczynniki, sondę aspiracyjną, płyny kontrolne, kalibracyjne i myjące, hermetycznie zamknięty pojemnik na odpady ?

**Odpowiedź:** Zamawiający utrzymuje zapis jak w SIWZ.

**2. Pytanie:** Dot. pkt. 6 Czy zamawiający dopuści analizator, który oznacza wymagane parametry w czasie 95 sekund i objętości 150 mikrol, posiadającym także objętość mikroprobki dla oznaczeń : gazometria, hematokryt, elektrolity, glukoza, mleczany 65mikrol oraz czas pomiaru 60 sekund ?

**Odpowiedź:** Zamawiający utrzymuje zapis jak w SIWZ.

**3. Pytanie:** Czy zamawiający wymaga automatycznej kontroli w czasie rzeczywistym będącej najczulszym systemem kontroli jakości zapewniającym kontrole praktycznie każdego oznaczenia. Kontrola ta dedykowana jest dla oznaczeń wykonywanych poza laboratorium na oddziałach szpitalnych.


**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga automatycznej kontroli w czasie rzeczywistym będącej najczulszym systemem kontroli jakości zapewniającym kontrole praktycznie każdego oznaczenia.

**4. Pytanie:** Dot. pkt. 13 Czy zamawiający dopuści analizator, który zamiast poziomego monitorowania odczynników monitoruje ilość oznaczeń pozostałych do wykonania ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza analizator, który zamiast poziomego monitorowania odczynników monitoruje ilość oznaczeń pozostałych do wykonania.

**Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie  
ds. ekonomiczno-administracyjnych  
  
mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

Krotoszyn, dnia 17.05.2013 r.