

.....
(pieczęć wykonawcy)

DOTYCZY PAKIETU NR 2

PARAMETRY GRANICZNE 2 APARATÓW DO GAZOMETRII

Producent/firma -

Urządzenie typ -

Wersja konstrukcyjna z roku -

Lp.	<i>Wymagane parametry techniczne analizatorów</i>	TAK/NIE
1.	Dwa aparaty do gazometrii o tej samej wydajności pochodzące od jednego dostawcy, pracujące na tych samych odczynnikach	
2.	Możliwość pomiaru z jednej próbki: gazometria, Na, K, Cl, Ca, frakcje Hb (oksymetria), glukoza, mleczany, bilirubina	
3.	Aparaty w pełni automatyczne i bezobsługowe – fabrycznie nowe (rok produkcji 2013)	
4.	System pracujący na bazie wielotestowej kasety zawierającej elektrody, odczynniki i kalibratory oraz osobnej kasecie płuczącej	
5.	Menu analizatora w języku polskim	
6.	Uzyskanie wyniku (wszystkich parametrów) z maksymalnej objętość próbki 100µl z kapilary, w maksymalnym czasie 60-ciu sekund.	
7.	Maksymalna ilość oznaczeń z jednej kasety - 280	
8.	Termin trwałości odczynników /kaset nie krótsza niż 6 miesięcy	
9.	Możliwość wykonywania badania krwi żyłnej, tętniczej lub włosniczkowej ze strzykawki lub kapilary	
10.	Bezpieczny system pobierania próbki z eliminacją skrzepów	
11.	Automatyczna kontrola jakości zapewniająca codzienną kontrolę aparatu, na co najmniej trzech poziomach, bez konieczności uzupełniania materiału kontrolnego lub innej ingerencji Operatora przez co najmniej 28 dni	
12.	Możliwość archiwizacji wyników i ich odtwarzania	
13.	Monitorowanie poziomu odczynników	
14.	Komunikacja z aparatem za pomocą ekranu dotykowego	
15.	Wbudowane video ułatwiające rutynowe czynności	
16.	Wbudowana drukarka	
17.	Dwukierunkowa komunikacja z komputerem zewnętrznym	
18.	Dwukrotne bezpłatne szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników.	
19.	Firma zapewni bezpłatny serwis producenta - bez podwykonawców na czas trwania umowy. W zakres obsługi wchodzi: dojazd ,robocizna inżyniera	

serwisowego dotycząca interwencji oraz przeglądów okresowych, wymiana części zamiennych, oraz wszystkich akcesoriów. Czas trwania reakcji max.24 h.	
---	--

Uwaga:

Warunki opisane w kolumnie „*Wymagane parametry techniczne analizatorów*” stanowią minimum, które sprzęt oferowany przez Wykonawcę musi spełnić. Nie wypełnienie rubryki „TAK/NIE” będzie traktowane jako niespełnienie wymagań Zamawiającego.

Oferty, które nie spełnią ww. wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

.....

(miejsowość i data)

.....

*(pieczęćka i podpis osoby upoważ.
do reprezentowania Wykonawcy)*