

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „**Dostawę kardiomonitorów dla SPZOZ w Krotoszynie**”. Nr sprawy **RZP-VI/1/06/13**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

II.3. Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta o przekątnej ekranu 15", rozdzielczości 1024x768, z możliwością regulacji jasności lecz bez możliwości regulacji kontrastu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści monitor pacjenta o przekątnej ekranu 15", rozdzielczości 1024x768, z możliwością regulacji jasności **oraz** z możliwością regulacji kontrastu.

II. 5 Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w pamięć 120 godzin trendów graficznych i tablicowych o rozdzielczości:

- dla danych z ostatniej 1 godziny wynoszącej 1 sekundę,
- dla danych z ostatnich 120 godzin wynoszącej 1 minutę?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

II.8 Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta wyposażony w 3-poziomowy system alarmów technicznych i klinicznych, z możliwością ręcznego ustawiania granic alarmowych?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

II.9 Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta wyposażony w pamięć 120 godzin trendów graficznych i tablicowych, bez funkcji zapisywania pełnych przebiegów krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Nie, nie dopuści.

II.10 Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta wyposażony w 5 prekonfigurowanych widoków ekranu:

- standardowy
- z mini-trendami
- wszystkich odprowadzeń EKG
- OxyCRG
- dużych czcionek

z możliwością ich edycji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

II. 12 Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta wyposażony w możliwość przenoszenia danych cyfrowych przez sieć przesyłania danych, np. do centrali monitorującej, która umożliwia tworzenie i eksportowanie raportów w formacie PDF?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

II.13 Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta wyposażony w alarm bezdechu z opóźnieniem regulowanym w zakresie 10-40 sekund? Zwracamy uwagę na fakt, że generowanie alarmu bezdechu przy pauzie oddechowej wynoszącej 5 sekund (12 oddechów na minutę) i mniejszej oraz 40 sekund (przerwa w oddychaniu dłuższa niż 40 sekund) i większej, nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego i ma na celu jedynie ograniczenie uczciwej konkurencji poprzez faworyzowanie rozwiązań oferowanych przez firmę Emtel.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści monitor pacjenta wyposażony w alarm bezdechu z opóźnieniem regulowanym w zakresie 10-40 sekund

II.14 Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta wyposażony we własny algorytm pomiaru saturacji w zakresie 0-100% o dokładności wynoszącej 2%, z funkcją pomiaru tętna w zakresie 25-300ud/min z dokładnością 2ud/min, wyposażony w silikonowy czujnik pomiaru saturacji na palec?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


II.15 Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta o zakresie pomiarowym ciśnienia metodą nieinwazyjną od 10 mmHg ciśnienia rozkurczowego do 135 mmHg ciśnienia skurczowego?
Odpowiedź: Tak, dopuści.

II.15 Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z funkcją pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną, z pamięcią ostatnich 1200 pomiarów zawierającą wyniki pomiarów ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego oraz daty i dokładnego czasu wykonania pomiaru, lecz bez funkcji ustawiania ciśnienia pompowania?
Odpowiedź: Tak, dopuści.

II.17 Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta bez opcji rozbudowy o pomiar 12 odprowadzeń EKG, ICG, etCO2 w strumieniu bocznym, oraz C.O.?
Odpowiedź: Nie, nie dopuści.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział zamówienia na części i wyłączy pozycję 2 kardiomonitor kompaktowy do oddzielnego pakietu ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział zamówienia na części i nie wyłączy pozycji 2 kardiomonitor kompaktowy do oddzielnego pakietu.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk