



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatu dla SPZOZ Krotoszyn
Nr sprawy: RZP-V/1/33/13**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

1. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści analizator z kuwetami w postaci pasków po 4 kuwety?

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak w SIWZ.

2. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści analizator bez wykorzystywania minimum 4 długości fali i wyposażenia w funkcję przed analitycznego próbki. Analizator, który zamierzamy zaproponować wyposażony jest w 2 długości fali, a długość fali jest dobrana optymalnie, tak by zminimalizować interferencje ze strony lipemii, ikterii lub gemolizy?

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak w SIWZ.

3. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści tromboplastynę ludzką rekombinowaną o ISI 1,0 +/- 0,1 w miejsce tromboplastyny ludzkiej pochodzenia łożyskowego. Nadmieniamy, że właśnie tromboplastyny rekombinowane przewyższają jakościowo tromboplastyny otrzymywane tradycyjnymi metodami ekstrakcji z tkanek (np. łożyska) pod względem stabilności, klarowności (zapewniającej brak konieczności mieszania) oraz porównywalności międzyseryjnej. Sam standard WHO tromboplastyny ludzkiej jest produktem rekombinowanym i wiadomo powszechnie, że obecnie to właśnie tromboplastyny ludzkie rekombinowane są uważane za najlepszej jakości. (Cytat z „Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie” red. M. jastrzębska str. 289, „Od roku 1994 kryterium „idealnej” tromboplastyny spełniają ludzkie rekombinowane czynniki tkankowe z dodatkiem fosfolipidów, których ISI wynosi ok. 1,0”).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tromboplastynę ludzką rekombinowaną o ISI 1,0 +/- 0,1 w miejsce tromboplastyny ludzkiej pochodzenia łożyskowego.

4. Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odczynnik do oznaczania fibrynogenu o zakresie liniowości 0,35 - 10,0 g/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odczynnik do oznaczania fibrynogenu o zakresie liniowości 0,35 - 10,0 g/l.

5. Pytanie:

Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie „klimatyzator zewnętrzny”? Czy ma być to jednostka wolnostojąca? Jakiej mocy urządzenia oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga klimatyzatora typu Split (jednostka wewnętrzna zawieszona na ścianie) o mocy c.a. 2 kW.

6. Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego odnośnie wirówki MPW223E. Jakiego rodzaju wirnika oczekuje Zamawiający i na ile próbek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wirówki na 32 próbki, wirnik kątowy 30°, poj. wirnika 24 x 15/10ml. Maksymalne obr./min. 4000.




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

Krotoszyn, dnia 25.10.2013 r.