



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

**WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego ogólnego zastosowania II dla SP ZOZ w Krotoszynie  
Nr sprawy: RZP-V/1/30/13**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

**1. Pytanie**

**Pakiet 4 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby igły jednorazowego użytku do penów posiadały kolorową osłonkę igły odpowiadającą rozmiarowi igły zgodnie z kodem ISO co pozwala na zdefiniowanie rozmiaru igły nawet po zdjęciu naklejki i założeniu jej na wstrzykiwacz ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza** igły jednorazowego użytku do penów, które mogą posiadać kolorową osłonkę igły odpowiadającą rozmiarowi igły zgodnie z kodem ISO co pozwala na zdefiniowanie rozmiaru igły nawet po zdjęciu naklejki i założeniu jej na wstrzykiwacz.

**2. Pytanie:**

**Pakiet 4 poz. 6**

Proszę o dopuszczenie kaniuli :

Kaniula venflon - Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z załączonymi badaniami klinicznymi na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, 3 wtopione na całej długości kaniuli paski rtg. Pakowana w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości. Rozmiary - 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, 14 G.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza** - kaniul z 3 wtopionymi paskami rtg na całej długości kaniuli a pozostałe zapisy zgodne jak w SIWZ.

**3. Pytanie:**

**Pakiet 4 poz. 7**

Proszę o dopuszczenie kaniuli :

Kaniula venflon - Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z filtrem hydrofobowym zapobiegającym zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia wyposażona w automatyczny zatrask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi, 3 wtopione na całej długości kaniuli paski rtg. Pakowana w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości. Rozmiary - 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, 14 G.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza** - Kaniul z 3 wtopionymi paskami rtg na całej długości kaniuli a pozostałe zapisy zgodne jak w SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

**4. Pytanie**

**Pakiet 4 poz. 8**

Proszę o dopuszczenie kaniuli :

Kaniula venflon - posiada 3 paski radiacyjne, pakowana w opakowanie typu "bezpiecznego", gdzie część papierowa poprzez swą wielowarstwową strukturę nie ulega rozerwaniu, a tym samym zabezpiecza przed niezamierzoną utratą jałowości w trakcie użytkowania, przechowywania i transportu. Kaniula posiada rodzaj sterylizacji, rozmiar, numer serii, natomiast na opakowaniu zbiorczym wartość przepływu, z jakiego materiału wykonana jest kaniula oraz długość kaniuli. Powierzchnia kaniuli powinna być idealnie gładka i musi posiadać samozamykającym port boczny, wykonana z poliuretanu. Rozmiar - 24G.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza** - kaniul z 3 wtopionymi paskami rtg na całej długości kaniuli a pozostałe zapisy zgodne jak w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych postanawia poprawić zapisy w zakresie **Pakietu nr 4**. Zamawiający poprawia zapis w rozdziale III pkt 4 SIWZ:

**Było:**

4. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących próbek w celu przetestowania ich jakości w następujących ilościach.

**Pakiet nr 4 – igły motylek, venflony**

- poz. 1 – rozmiar 0,6 x 19 mm; 0,7 x 19 mm; 0,8 x 19 mm po 5 szt. z podanych rozmiarów
- poz. 4 – 3 szt.
- poz. 5 – nr 0,6 i 0,7 po 5 szt. z podanych rozmiarów
- poz. 6 – rozmiar 18 G, 20G, 22G, po 5 szt. z podanych rozmiarów
- poz. 7 – rozmiar 24 G po 5 szt. z podanych rozmiarów

**Jest:**

4. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących próbek w celu przetestowania ich jakości w następujących ilościach.

**Pakiet nr 4 – igły motylek, venflony**

- poz. 1 – rozmiar 0,6 x 19 mm; 0,7 x 19 mm; 0,8 x 19 mm po 5 szt. z podanych rozmiarów
- poz. 4 – 3 szt.
- poz. 5 – nr 0,6 i 0,7 po 5 szt. z podanych rozmiarów
- poz. 6 – rozmiar 18 G, 20G, 22G, po 5 szt. z podanych rozmiarów



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

- poz. 7 – rozmiar 18 G, 20G, 22G, po 5 szt. z podanych rozmiarów
- poz. 8 - rozmiar 24 G po 5 szt. z podanych rozmiarów.

Jednocześnie w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego **wykonawca winien dołączyć do oferty następujące dokumenty:**

**-Pakiet nr 4 poz. 6, 7 – Kaniula venflon** – opublikowane badania kliniczne na biokompatybilność poliuretanu potwierdzające wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył.

Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że obowiązującą wersją Załącznika nr 2 - Formularza cenowego – **Pakiet nr 6** umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego jest wersja PDF. Poprawiona, obowiązująca wersja XLS Pakietu nr 6 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie  
ds. ekonomiczno-administracyjnych

  
mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

Krotoszyn, dnia 04.09.2013 r.