



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

Krotoszyn, 26.11.2013 r.

## WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  
staplerów do stosowania w obrębie całego przewodu pokarmowego i wykonania zespolenia  
dla SPZOZ Krotoszyn  
Nr sprawy RZP-V/1/38/13**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

**1. Pytanie:**

1. Czy Zamawiający w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 9 dopuści tolerancję z rozmiarze staplera +/- 1 mm?

**Odpowiedź: TAK - Zamawiający w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 9 dopuści tolerancję z rozmiarze staplera +/- 1 mm.**

**2. Pytanie:**

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści stapler okrężny zakrzywiony wyposażony w główkę w kształcie pełnego stożka, kontrolowany docisk tkankowy w zakresie 1.0 – 2.0 mm umożliwiający dostosowanie wysokości zamknięcia zszywki do rzeczywistej grubości tkanki oraz mechanizm eliminujący konieczność posiadania łamanej główki. Wysokość zszywki otwartej 5.0 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie dopuszcza staplera o powyższych parametrach.**

**3. Pytanie:**

3. Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści stapler okrężny zakrzywiony wyposażony w główkę w kształcie pełnego stożka, kontrolowany docisk tkankowy w zakresie 1.0 – 2.0 mm umożliwiający dostosowanie wysokości zamknięcia zszywki do rzeczywistej grubości tkanki oraz mechanizm eliminujący konieczność posiadania łamanej główki. Wysokość zszywki otwartej 5.0 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie dopuszcza staplera o powyższych parametrach.**

**4. Pytanie:**

4. Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści stapler okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkankowym w zakresie 1.0 – 2.0 mm umożliwiającym dostosowanie wysokości zamknięcia zszywki do rzeczywistej grubości tkanki oraz mechanizm eliminujący konieczność posiadania łamanej główki. Wysokość zszywki otwartej 5.0 mm.

**Odpowiedź: TAK - Zamawiający dopuszcza stapler o powyższych parametrach.**

**5. Pytanie:**

5. Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści stapler okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkankowym w zakresie 1.0 – 2.0 mm umożliwiającym dostosowanie wysokości zamknięcia zszywki do rzeczywistej grubości tkanki oraz mechanizm eliminujący konieczność posiadania łamanej główki. Wysokość zszywki otwartej 5.0 mm.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

**Odpowiedź: TAK - Zamawiający dopuszcza stapler o powyższych parametrach.**

**6. Pytanie:**

6. Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści stapler liniowy z wbudowanym wysokiej jakości nożem z ładunkiem 3,8 lub 4,5 mm z możliwością jednostronnego odpalenia.

**Odpowiedź: TAK - Zamawiający dopuszcza stapler o powyższych parametrach.**

**7. Pytanie:**

7. Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści ładunek kompatybilny ze staplerem oferowanym w pytaniu nr 6.

**Odpowiedź: TAK - Zamawiający dopuszcza ładunek kompatybilny ze staplerem oferowanym w pytaniu nr 6.**

**8. Pytanie:**

8. Czy Zamawiający w pozycji nr 7 dopuści stapler 60 mm z dwiema dźwigniami, osobną dźwignią zamykającą i spustową. Konstrukcja ta eliminują możliwość odpalenia niezamkniętego staplera i nie wymaga „kolorowego indykatora” zamknięcia staplera. Wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm.

**Odpowiedź: TAK - Zamawiający dopuszcza stapler o powyższych parametrach.**

**9. Pytanie:**

9. Czy Zamawiający w pozycji nr 8 dopuści ładunek kompatybilny ze staplerem oferowanym w pytaniu nr 8.

**Odpowiedź: TAK - Zamawiający dopuszcza ładunek kompatybilny ze staplerem oferowanym w pytaniu nr 8.**

**10. Pytanie:**

10. Czy Zamawiający w pozycji nr 9 dopuści stapler 46 mm z dwiema dźwigniami, osobną dźwignią zamykającą i spustową. Konstrukcja ta eliminują możliwość odpalenia niezamkniętego staplera i nie wymaga „kolorowego indykatora” zamknięcia staplera. Wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm.

**Odpowiedź: TAK - Zamawiający dopuszcza stapler o powyższych parametrach.**

**11. Pytanie:**

11. Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowych i terminowych dostaw oraz ze względu na bezpieczeństwo pacjentów wymaga aby dołączyć do oferty potwierdzenia wykonania co najmniej 3 dostaw staplerów chirurgicznych w wysokości odpowiadającej wartości niniejszego postępowania. Takie rozwiązanie pozwala na weryfikację wiarygodności oferentów oraz jakości i bezpieczeństwa oferowanego przez nich sprzętu.

**Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty potwierdzenia wykonania co najmniej 3 dostaw staplerów chirurgicznych w wysokości odpowiadającej wartości niniejszego postępowania.**

**12. Pytanie:**

5. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz, 5 dopuści stapler liniowy z nożem 60mm(gdzie nóż jest integralną częścią ładunku), który posiada ładunek zamykający na 1,5mm lub na 2,0mm, z systemem zabezpieczającym przez ponownym odpaleniem zużytego ładunku?

**Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza stapler o powyższych parametrach.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

*„Otwarcie na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

**13. Pytanie:**

5. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 6 ładunki bez zintegrowanego ogranicznika tkanki?

**Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza ładunki bez zintegrowanego ogranicznika tkanki.**

**14. Pytanie:**

6. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 7 stapler liniowy 60mm z jedną dźwignią dwustopniowego zamykania. Pierwsze ściśnięcie powoduje zamknięcie staplera na tkance, drugie ściśnięcie powoduje odpalenie staplera?

**Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza stapler o powyższych parametrach.**

**15. Pytanie:**

8. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 9 stapler liniowy 45mm dedykowany do niskich resekcji pozycjonujący podwójną linię zszywek zamykających na 1,5mm lub 2,0mm?

**Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza stapler o powyższych parametrach.**

**Pytania do Projektu umowy:**

1. *Prosimy o dodanie w umowie w § 2 zapisu*

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

*Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.*

**Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.**

2. *Prosimy o zmianę zapisu umowy § 8 ust 2*

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 72 godzin

- wad jakościowych w ciągu 14 dni

**Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.**

**Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

**UWAGA!**

***Odpowiedzi na poniższe pytania zostaną udzielone w terminie późniejszym:***

**Pytanie:**

1. dotyczy poz.1 Czy Zamawiający dopuści staplery okrężne z odłączaną główką o wymiarze 23,5mm i wysokości otwartej zszywki 5,3mm?

**Pytanie:**

2. dotyczy poz. 2 Czy Zamawiający dopuści staplery okrężne z odłączaną główką o wymiarze 25,5mm i wysokości otwartej zszywki 5,3mm?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

**Pytanie:**

3. dotyczy poz.3 Czy Zamawiający dopuści staplery okrężne z odłączaną główką o wymiarze 28,5mm i wysokości otwartej zszywki 5,3mm?

**Pytanie:**

4. dotyczy poz.4 Czy Zamawiający dopuści staplery okrężne z odłączaną główką o wymiarze 31,5mm i wysokości otwartej zszywki 5,3mm?

**Pytanie:**

5. Czy Zamawiający dopuści i wymaga aby stapler liniowy tnący 60mm posiadał gąsiennicowy system trakcji na całej długości ładunku uniemożliwiający wyslizgiwanie się tkanek z pomiędzy branszy staplera o wymiarach zszywek 3,8mm i 4,5mm, posiadający 11- krotną wymianę ładunku.

**Pytanie:**

6. dotyczy poz. 6 Czy Zamawiający dopuści ładunki o wymiarze zszywek 3,8mm i 4,5mm?

**Pytanie:**

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 1 poz.1 na jednorazowy stapler 25 mm (średnica wewnętrzna 24,8mm,światło wewnętrzne 15,3mm), zakrzywiony, z automatycznym dociskiem tkanki, zamykający zszywki na 2,0 mm, wysokość otwartej zszywki 4x4,8mm, z łamaną główką typu TILT-TOP, zapewniającą najbezpieczniejsze usunięcia staplera z miejsca zespolenia, długość trzonu 28cm ?

**Pytanie:**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 1 poz.2 na jednorazowy stapler 28 mm (średnica wewnętrzna 28,4mm,światło wewnętrzne 18,2mm), zakrzywiony, z automatycznym dociskiem tkanki, zamykający zszywki na 2,0 mm, wysokość otwartej zszywki 4x4,8mm, z łamaną główką typu TILT-TOP, zapewniającą najbezpieczniejsze usunięcia staplera z miejsca zespolenia, długość trzonu 28cm ?


**Pytanie:**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 1 poz.3 na jednorazowy stapler 31 mm , (średnica wewnętrzna 31,5mm, światło wewnętrzne 21,4mm) zakrzywiony, z automatycznym dociskiem tkanki, zamykający zszywki na 2,0 mm, wysokość otwartej zszywki 4x4,8mm, z łamaną główką typu TILT-TOP, zapewniającą najbezpieczniejsze usunięcia staplera z miejsca zespolenia, długość trzonu 28cm ?

**Pytanie:**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 1 poz.4 na jednorazowy stapler 34 mm (średnica wewnętrzna 34mm,światło wewnętrzne 23,8mm), zakrzywiony, z automatycznym dociskiem tkanki, zamykający zszywki na 2,0 mm, wysokość otwartej zszywki 4x4,8mm, z łamaną główką typu TILT-TOP, zapewniającą najbezpieczniejsze usunięcia staplera z miejsca zespolenia, długość trzonu 28cm ?

**Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp przedłuża termin składania ofert na dzień 04.12.2013 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 04.12.2013 r. o godz. 09:30.**

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie  
ds. ekonomiczno-administracyjnych  
  
mgr inż. Grzegorz Ratajczyk