



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Krotoszyn, 29.11.2013 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę
staplerów do stosowania w obrębie całego przewodu pokarmowego i wykonania zespolenia
dla SPZOZ Krotoszyn
Nr sprawy RZP-V/1/38/13**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

1. Pytanie:

1. dotyczy poz.1 Czy Zamawiający dopuści staplery okrężne z odłączaną główką o wymiarze 23,5mm i wysokości otwartej zszywki 5,3mm?

Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie dopuszcza staplera o powyższych parametrach.

2. Pytanie:

2. dotyczy poz. 2 Czy Zamawiający dopuści staplery okrężne z odłączaną główką o wymiarze 25,5mm i wysokości otwartej zszywki 5,3mm?

Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza stapler o powyższych parametrach.

3. Pytanie:

3. dotyczy poz.3 Czy Zamawiający dopuści staplery okrężne z odłączaną główką o wymiarze 28,5mm i wysokości otwartej zszywki 5,3mm?

Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza stapler o powyższych parametrach.

4. Pytanie:

4. dotyczy poz.4 Czy Zamawiający dopuści staplery okrężne z odłączaną główką o wymiarze 31,5mm i wysokości otwartej zszywki 5,3mm?

Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza stapler o powyższych parametrach.

5. Pytanie:

5. Czy Zamawiający dopuści i wymaga aby stapler liniowy tnący 60mm posiadał gąsiennicowy system trakcji na całej długości ładunku uniemożliwiający wyslizgiwanie się tkanek z pomiędzy branszy staplera o wymiarach zszywek 3,8mm i 4,5mm, posiadający 11- krotną wymianę ładunku.

Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza stapler o powyższych parametrach.

6. Pytanie:

6. dotyczy poz. 6 Czy Zamawiający dopuści ładunki o wymiarze zszywek 3,8mm i 4,5mm?

Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza ładunki o powyższych parametrach.

7. Pytanie:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 1 poz.1 na jednorazowy stapler 25 mm (średnica wewnętrzna 24,8mm, światło wewnętrzne 15,3mm), zakrzywiony, z automatycznym dociskiem tkanki, zamykający zszywki na 2,0 mm, wysokość otwartej zszywki 4x4,8mm, z łamaną główką typu TILT-TOP, zapewniającą najbezpieczniejsze usunięcia staplera z miejsca zespolenia, długość trzonu 28cm ?

Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza stapler o powyższych parametrach.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

8. Pytanie:

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 1 poz.2 na jednorazowy stapler 28 mm (średnica wewnętrzna 28,4mm, światło wewnętrzne 18,2mm), zakrzywiony, z automatycznym dociskiem tkanki, zamykający zszywki na 2,0 mm, wysokość otwartej zszywki 4x4,8mm, z łamaną główką typu TILT-TOP, zapewniającą najbezpieczniejsze usunięcia staplera z miejsca zespolenia, długość trzonu 28cm ?

Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie dopuszcza staplera o powyższych parametrach.

9. Pytanie:

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 1 poz.3 na jednorazowy stapler 31 mm , (średnica wewnętrzna 31,5mm, światło wewnętrzne 21,4mm) zakrzywiony, z automatycznym dociskiem tkanki, zamykający zszywki na 2,0 mm, wysokość otwartej zszywki 4x4,8mm, z łamaną główką typu TILT-TOP, zapewniającą najbezpieczniejsze usunięcia staplera z miejsca zespolenia, długość trzonu 28cm ?

Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie dopuszcza staplera o powyższych parametrach.

10. Pytanie:

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 1 poz.4 na jednorazowy stapler 34 mm (średnica wewnętrzna 34mm, światło wewnętrzne 23,8mm), zakrzywiony, z automatycznym dociskiem tkanki, zamykający zszywki na 2,0 mm, wysokość otwartej zszywki 4x4,8mm, z łamaną główką typu TILT-TOP, zapewniającą najbezpieczniejsze usunięcia staplera z miejsca zespolenia, długość trzonu 28cm ?

Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza stapler o powyższych parametrach.

11. Pytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z Pakietu pozycji nr 1 i 2 oraz utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty przetargowej.


Odpowiedź: TAK – Zamawiający postanawia wyłączyć z Pakietu pozycję 1 oraz 2, i utworzyć z nich oddzielny Pakiet.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp postanawia zmodyfikować Pakiet będący przedmiotem zamówienia w następujący sposób:

- z pozycji nr 1 i 2 Zamawiający tworzy Pakiet nr 1;
- z pozycji 3 i 4 Zamawiający tworzy Pakiet nr 2;
- z pozycji 5 i 6 Zamawiający tworzy Pakiet nr 3;
- z pozycji 7, 8 i 9 Zamawiający tworzy Pakiet nr 4.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. Formularze cenowe z nowo utworzonymi pakietami stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk