



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

**WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą 2 aparatów do gazometrii – pakiet 2 dla SPZOZ Krotoszyn**

**Nr sprawy: RZP-V/1/27/14**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

**1. Pytanie:**

**Dotyczy pakietu nr 6**

Ad.pkt.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie systemu pracującego na bazie wielotestowej kasety zawierającej odczynniki, kalibratory i płyny płuczące i płytki sensorowej zawierającej elektrody? Zaproponowane rozwiązanie nie wpływa na łączną ilość materiałów zużywalnych.

**Odpowiedź: TAK** - Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie systemu pracującego na bazie wielotestowej kasety zawierającej odczynniki, kalibratory i płyny płuczące i płytki sensorowej zawierającej elektrody.

**2. Pytanie:**

Ad.pkt.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie analizatora wykonującego pomiar z próbki o maksymalnej objętości 123ul w maksymalnym czasie 120-tu sekund? Przy czym istnieje możliwość przeprowadzenia pomiaru w trybie Mikro, gdzie objętość próbki do przeprowadzenia pełnego panelu to 70ul.

**Odpowiedź: NIE** - Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie analizatora wykonującego pomiar z próbki o maksymalnej objętości 123ul w maksymalnym czasie 120-tu sekund.

**3. Pytanie:**

Ad.pkt.10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie analizatora, w którym automatyczna kontrola jakości ma stabilność 90 dni na pokładzie, natomiast częstość uzupełniania materiału kontrolnego zależy od częstości wykonywania kontroli?

**Odpowiedź: TAK** - Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie analizatora, w którym automatyczna kontrola jakości ma stabilność 90 dni na pokładzie, natomiast częstość uzupełniania materiału kontrolnego zależy od częstości wykonywania kontroli.

**4. Pytanie:**

Ad.pkt.14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie analizatora, który zamiast wbudowanego wideo prowadzi Użytkownika krok po kroku za pomocą obrazków oraz komend i opisów pisemnych podczas wykonywania wszystkich czynności? Rozwiązanie to jest wystarczające, aby Użytkownik bez problemu wykonał czynności.

**Odpowiedź: NIE** - Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie analizatora, który zamiast wbudowanego wideo prowadzi Użytkownika krok po kroku za pomocą obrazków oraz komend i opisów pisemnych podczas wykonywania wszystkich czynności.

**5. Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści analizatory używane rok produkcji 2013 r.?

**Odpowiedź: TAK** - Zamawiający dopuszcza analizatory używane rok produkcji 2013 r.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

**Pytania dotyczące Projektu umowy:**

**1. Pytanie:**

Par. 5 ust. 3 i 4 oraz par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

**2. Pytanie:**

Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

**3. Pytanie:**

Par. 12 ust. 2 tiret pierwszy i ust. 3 tiret pierwszy Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

**4. Pytanie:**

Par. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

Uzasadnienie:

Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 12 ust.4.

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.


**5. Pytanie:**

Par. 12 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie  
ds. ekonomiczno-administracyjnych  
  
mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

Krotoszyn, dnia 14.10.2014 r.