



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Krotoszyn, dnia 29.09.2014 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawa i montaż sterylizatorów i myjek w ramach rozbudowy, przebudowy i doposażenia – III etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie”

Nr sprawy RZP-VI/1/05/14

I. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Pytanie 1

Dotyczy opisu parametrów technicznych pakiet nr 1 myjki do narzędzi – sztuk 2

Punkt nr 48, 49, 50, 51, 52

Prosimy o doprecyzowanie, czy wymienione ilości wózków tj.:

- dwa wózki transportowe punkt 50 (strona brudna i czysta),
- dwa wózki do narzędzi chirurgicznych – punkt 49,
- jeden wózek do osprzętu anestezyjologicznego – punkt 51,
- jeden wózek do narzędzi laparoskopowych – punkt 52

mają być dostarczone dla każdej myjni, czy też stanowią wyposażenie obydwu myjni.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga do każdej myjki jeden wózek transportowy i jeden wózek do narzędzi chirurgicznych oraz jeden na dwie myjki wózek do osprzętu anestezyjologicznego, jeden na dwie myjki wózek do narzędzi laparoskopowych, jeden na dwie myjki wózek do mycia butów.

Pytanie nr 2.

Dotyczy opisu parametrów technicznych pakiet nr 2 sterylizatory parowe – sztuk 2

Punkt nr 55

Prosimy o doprecyzowanie, czy wymienione ilości wózków transportowych tj.:

- wózek transportowy do sterylizatora o stałej wysokości – szt.2

mają być dostarczone dla każdego sterylizatora, czy też stanowią wyposażenie obydwu sterylizatorów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga do każdego sterylizatora jeden wózek transportowy oraz jeden wózek załadunkowy 4 STE zapewniający pełny załadunek komory.

Pytanie nr 3.

Dotyczy opisu parametrów technicznych pakiet nr 2 sterylizatory parowe – sztuk 2



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Punkt nr 57, 58, 59, 60

Prosimy o doprecyzowanie, czy wymienione ilości koszy sterylizacyjnych oraz tac narzędziowych tj.:

- kosz sterylizacyjny 1 STE - 20 szt. – punkt 57
- kosz sterylizacyjny 0,5 STE - 10 szt. – punkt 58
- taca narzędziowa 1 DIN - 20 szt. – punkt 59
- taca narzędziowa 1/2 DIN - 10 szt. – punkt 60

mają być dostarczone dla każdego sterylizatora, czy też stanowią wyposażenie obydwu sterylizatorów.

Odpowiedź:

Wymienione w punktach 57,58,59,60 ilości koszy stanowią wyposażenie obydwu sterylizatorów.

UWAGA!


Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w terminie późniejszym.

II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert na :

1. Składanie ofert do dnia 03.10.2014 r. do godz. 14⁰⁰.
2. Otwarcie ofert w dniu 03.10.2014 r. o godz. 14¹⁵ w Sali konferencyjnej SP ZOZ w Krotoszynie ul. Młyńska 2.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i **zaznaczyć** przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomicznej-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk