

**Załącznik 2 - FORMULARZ CENOWY**

**Pakiet nr 5 - PRZYRZĄDY DO PŁYNÓW I KRWI**

Lp.	Nazwa artykułu	Numer katalogowy	Nazwa handlowa i producent	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
					A	B	C	D	E	F
1	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - powinien posiadać dren o dł. min. 170 cm, długość komory kroplowej w granicach 4.0 - 6,0 cm i odpowietrzacz zamknięty/otwarty (ON/OFF).			szt.	84 000		0,00		0,00	0,00
2	Przyrząd do przetaczania krwi			szt.	3 500		0,00		0,00	0,00
3	Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwi			szt.	20		0,00		0,00	0,00
4	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu mieszczącym się w zakresie 0 - 250 lub 2 - 350 ml/h, dren o dł. min. 1,5 m z portem do dodatkowej iniekcji			szt.	1 000		0,00		0,00	0,00
5	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru odśrodkowego ciśnienia żylnego OCZ			szt.	150		0,00		0,00	0,00
6	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy lub czarny			szt.	100		0,00		0,00	0,00
7	Przyrząd do infuzji przy pomocy pompy perystaltycznej z wstawką typ I AP 31 (typ pompy ASCOR AP 31 )			szt.	100		0,00		0,00	0,00
<b>Suma</b>							<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

**Zamawiający wymaga:**

zaoferowania przyrządów nie zawierających ftalanów z wyjątkiem poz. 4.

Aby asortyment z wszystkich poz. był sterylny.

**Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących próbek w celu przetestowania ich jakości w następujących ilościach.**

- poz. 1- 10 szt.

- poz. 2 – 7 – po 3 szt. z każdej pozycji

**Zamawiający dopuszcza:**

**poz. 1** zaoferowanie przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z dwuczęściową komorą kroplową, gdzie dolna część komory powinna być elastyczna o porównywalnej wielkości do sztywnej górnej części komory, która ułatwia wygodny uchwyt i wklucie w pojemniki z płynami infuzyjnymi, posiadające specjalne miejsce na kolec komory kroplowej zabezpieczający przed zakłuciem po wykonanej procedurze.

**poz. 4** zaoferowanie przyrządów zawierających ftalany.

**poz. 4** zaoferowanie przyrządów z precyzyjnym regulatorem przepływu mieszczącym się w zakresie 0 - 300.

**poz. 5** przyrząd do przetoczeń z możliwością pomiaru OCŻ ze skalą wykonaną z odpornego na złamania plastiku i dokładności pomiaru od +35 do -15cm H<sub>2</sub>O oraz oznaczeniem na wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym logo lub nazwy producenta . Wyrób ma być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, a tym samym ma być zgodny z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010, nr 107, poz. 676 ze.zm.)

**UWAGA !**

**1. Brak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy- i -Nazwa handlowa i producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego.**