



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: próżniowego systemu pobierania krwi dla SPZOZ Krotoszyn

Nr sprawy: RZP-V/1/05/14

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zapytania do Formularza cenowego:

1. Pytanie:

1. PAKIET NR 8:

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 12 oczekuje aby uchwyt z Luerem był gotowy do użycia, sterylnie pakowany? Prosimy o doprecyzowanie albowiem uchwyt z luerem nie pasuje do igieł systemowych dwuostrzowych a jedynie pasuje do użycia z igłą typu luer.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby uchwyt z poz. 12 był sterylnie pakowany i gotowy do użycia, pozostałe zapisy jak w SIWZ.

2. Pytanie:

Czy Zamawiający w punkcie 1 pakietu nr 8 zgodzi się na zaoferowanie próbówki o pojemności 10 ml?

Odpowiedź: TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

3. Pytanie:

Czy Zamawiający w punkcie 3 pakietu nr 8 dopuści próbówkę z EDTA o pojemności 1-2 ml?

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak w SIWZ.

4. Pytanie:

Czy Zamawiający w punkcie 6 pakietu nr 8 zgodzi się na zaoferowanie próbówki do koagulologii o pojemności 1,8 ml, kompatybilnej z aparatem Sysmex CS-2100I?

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak w SIWZ.

5. Pytanie:

Czy Zamawiający w punkcie 7 pakietu nr 8 zgodzi się na zaoferowanie próbówki do koagulologii o pojemności 2,7 ml, kompatybilnej z aparatem Sysmex CS-2100I?

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak w SIWZ.

6. Pytanie:

Czy Zamawiający w punkcie 8 pakietu nr 8 dopuści próbówkę do oznaczania OB. w zakresie pojemności pobieranej próbki krwi 4-5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak w SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

7. Pytanie:

Czy zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Odpowiedź: TAK – Zgodnie z rozdziałem XVI SIWZ - Cena netto za sztukę/opakowanie (w Formularzu cenowym, kolumna B) może być podana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

8. Pytanie:

Dotyczy Pakietu 8 pozycji 6

Czy Zamawiającemu odpowiadać będzie próbówka o wymiarach 13 x 75 mm na 1.8 ml krwi?

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak w SIWZ.

9. Pytanie:

Dotyczy Pakietu 8 pozycji 7

Czy Zamawiającemu odpowiadać będzie próbówka o wymiarach 13x 75 mm na 2.25 ml krwi?

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak w SIWZ.

10. Pytanie:

Dotyczy Pakietu 8 pozycji 8

Czy Zamawiający dopuści próbówki na 1,6 ml ?

Odpowiedź: TAK - Zamawiający dopuszcza próbówki na 1,6 ml.

11. Pytanie:

Dotyczy Pakietu 8 pozycji 12

Czy Zamawiający dopuści sam adapter luer pasujący do uchwytu z pozycji 11?

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak w SIWZ.

12. Pytanie:

Pakiet 8 pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbówek na 1,8 ml krwi 13x75 mm?

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak w SIWZ.

13. Pytanie:

Pakiet 8 pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbówek na 2,7 ml krwi 13x75 mm?

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy jak w SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pytania dotyczące projektu umowy:

1. Pytanie:

Dotyczy §1 ust. 3

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na z 30% na 20%.

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

2. Pytanie:

Dotyczy §2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 4 sformułowania, iż - Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto.

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

3. Pytanie:

Dotyczy §2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu, że zamówienia będą składane w formie pisemnej: faksem, bądź -mailem?

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

4. Pytanie:

Dotyczy §12 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy, z uwagi na nieadekwatność jej wysokości do niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Dlaczego Wykonawca ma ponosić koszt ewentualnej kary za odstąpienie od umowy liczonej od wartości umowy, jeśli np. wykonał% umowy prawidłowo? Jeśli Zamawiający z winy Wykonawcy odstąpi od umowy na początku jej trwania- Wykonawca zapłaci dużą karę, jeśli pod koniec wykonywania umowy- odpowiednio mniejszą. Jest to sprawiedliwe podejście naliczenia kar za odpowiedni wkład wykonanej pracy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy, z uwagi na nieadekwatność jej wysokości do niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

UWAGA!

Odpowiedzi na poniższe pytania zostaną udzielone w terminie późniejszym:

1. Pytanie:

Pakiet 8 pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek na 1,6 ml krwi 8 x 120 mm?

2. Pytanie:

Pakiet 8

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu jednego producenta i wprowadzi do SIWZ wymóg, że w przypadku zaoferowania produktów różnych producentów, Wykonawca

składa oświadczenie o wzajemnej kompatybilności zaoferowanych w przetargu produktów? Wymóg jednego producenta dla wyrobów systemu próżniowego ogranicza konkurencję, praktycznie do jednego systemu próżniowego, a co za tym idzie do jednej oferty, która nie będzie tak atrakcyjna cenowo, od oferty złożonej nawet przez tą sama firmę, gdy będzie miała świadomość, że również inni wykonawcy mogą złożyć oferty na inne systemy pobierania krwi.

Ilość producentów produkujących próbki systemu zamkniętego oraz akcesoria do pobierania krwi metodą próżniową jest obecnie tak duża, że producenci Ci nie znają wielokrotnie produktów innych producentów. Mimo tego systemy te są kompatybilne, bowiem produkowane są wg. tych samych norm. Producenci nie muszą więc znać produktów innych firm, aby np. do próbek jednego producenta można było pobierać krew igłą z uchwytem innego producenta.

Za prawidłowy dobór asortymentu i ich wzajemną kompatybilność odpowiada więc wykonawca składający ofertę, co wynika również z przepisów Ustawy o wyrobach



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

medycznych (art. 13 ust., art. 135), bowiem to on odpowiada za wprowadzenie produktu do obrotu i używania i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe jego działanie.

Dlatego też Zamawiający, w świetle powyższego, nie powinien wymagać, aby wszystkie wyroby pochodziły od jednego producenta, natomiast może wymagać, aby wzajemną kompatybilność zaoferowanych w przetargu produktów różnych producentów potwierdził Wykonawca stosownym oświadczeniem. Probówki firmy współpracują prawidłowo z akcesoriami innych, dostępnych na rynku Polskim, systemów pobierania krwi. Posiadamy stosowne zaświadczenia użytkowników naszych probówek, do których pobierana jest krew igłami innych systemów. W załączeniu pozwalamy sobie przedstawić takie zaświadczenie, które jednoznacznie potwierdza, że produkty systemu zamkniętego, wcale nie muszą pochodzić od jednego producenta, aby pobieranie krwi było bezpieczne i prawidłowe.

- W jaki sposób Zamawiający chce ustalić, że zaoferowane produkty pochodzą od jednego producenta? Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, że twierdzenia niektórych dostawców, że

oferowane pod jedną nazwą handlową produkty pochodzą od jednego wytwórcy jest niezgodne z prawdą. Produkty te mają jedną nazwę handlową i jednego wytwórcę, czyli jednostkę odpowiedzialną za te produkty, która zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych wystawiła na nie stosowne deklaracje zgodności CE. Natomiast wytwarzane są przez różnych producentów, to jest w różnych fabrykach lub w innych firmach na zlecenie jednostki która występuje jako ich wytwórca.

3. Pytanie:

Pakiet 8 pozycja 6

Pyt. 1 Czy Zamawiający pisząc o pojemności 1 mi ma na myśli ilość krwi z odczynnikiem, bowiem w probówkach do koagulologii cytrynian musi być mieszany z krwią w proporcji 1:10, tak więc w przypadku całkowitej pojemności mieszaniny wynoszącej 1 mi, ilość pobranej krwi wynosi 0,9 mi? Czy w związku z powyższym Zamawiający oczekuje zaoferowania probówek na 0,9 mi krwi?

4. Pytanie:

Pyt. 2 Jeśli tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek na 1,8 mi krwi 13x75 mm?

5. Pytanie:

Pyt. 3 Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgodę na probówki na 1,8 mi krwi, to czy wyłączy probówki na 0,9 mi krwi do osobnego pakietu z uwagi na to, że tylko jeden system próżniowy ofemje probówki do koagulologii na taką pojemność krwi?

6. Pytanie:

Pakiet 8 pozycje 7



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Pyt. 1 Czy Zamawiający pisząc o pojemności 2 mi ma na myśli ilość krwi z odczynnikiem, bowiem w próbkach do koagulologii cytrynian musi być mieszany z krwią w proporcji 1:10, tak więc w przypadku całkowitej pojemności mieszaniny wynoszącej 2 mi, ilość pobranej krwi wynosi 1,8 mi? Czy w związku z powyższym Zamawiający oczekuje zaoferowania próbek na 1,8 mi krwi?

7. Pytanie:

Pyt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek na 2,7 mi krwi?

8. Pytanie:

Pakiet 8 pozycja 8

Pyt. 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania próbek do oznaczania OB. metodą logarytmiczną czy liniową ?

9. Pytanie:

Pyt. 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek na 1,6 mi krwi lub na 1,28 mi krwi jeśli wymaga OB. logarytmicznego?

10. Pytanie:

Pyt. 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek na 1,6 mi krwi jeśli wymaga OB. liniowego?

11. Pytanie:

Pyt. 4- Czy jeśli przedmiotem zamówienia jest OB. liniowe - to czy również należy zaoferować rurki do OB.? Jeśli tak- to w jakich ilościach.

12. Pytanie:

Pakiet 8

Jaki jest powód, że Zamawiający postawił wymóg, aby asortyment w pozycjach od 1 do 13 pochodził od jednego producenta, skoro próbki podciśnieniowe i akcesoria (igły, uchwyty, adaptory) są produktami wystandaryzowanymi. Akcesoria różnych producentów mogą współpracować z próbkami innych producentów, gwarantując przy tym najwyższą jakość i bezpieczeństwo pobierania krwi do badań, czego najlepszym dowodem są badania kompatybilności przeprowadzone dla próbek i akcesorii innych producentów w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie oraz oświadczenie oferowanych przez nas akcesoriów - firmy (w załączeniu kopie tych dokumentów). Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 1.1 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w przypadku takich produktów wystarczające jest oświadczenie podmiotu wprowadzającego produkty na rynek, w którym to oświadczeniu potwierdza się, że zweryfikowano wzajemną kompatybilność wyrobów medycznych.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:


„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Czy w związku z tym, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktów w Pakiecie 8 w pozycjach od 1 do 13 od różnych ich producentów, pod warunkiem, że Wykonawca złoży oświadczenia wymagane w att. 30 ust. 1.1 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp przedłuża termin składania ofert na dzień 04.02.2014 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 04.02.2014 r. o godz. 09:30.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

Krotoszyn, dnia 28.01.2014 r.