



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zespołów ortopedycznych
dla SPZOZ Krotoszyn
Nr sprawy: RZP-V/1/23/14**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

1. Pytanie:

Czy Zmawiający dopuści możliwość zaoferowania implantów wykonanych wyłącznie z tytanu bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego?

Odpowiedź: NIE - Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

2. Pytanie:

Czy Zmawiający w **Pozycji 5** dopuści możliwość zaoferowania płytki tabularnej o ilości otworów od 2 do 12 zamiast od 2 do 11?

Odpowiedź: NIE - Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

3. Pytanie:

Czy Zmawiający w **Pozycji 6** dopuści możliwość zaoferowania wyłącznie płytki T z poprzeczką prostopadłą, uniwersalnej do lewej i prawej kończyny, długość głowy od 3 do 4 otworów, trzon od 3 do 6 otworów – od 50 do 78 mm?

Odpowiedź: NIE - Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

4. Pytanie:

Czy Zmawiający w **Pozycji 9 i 10** dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej bez podparcia o długości od 116 do 246 mm zamiast od 109 do 246 mm?

Odpowiedź: NIE - Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

5. Pytanie:

Czy Zmawiający w **Pozycji 11** dopuści możliwość zaoferowania:

Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej i od strony tylnobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia.

Płytką do kości strzałkowej dalsza boczna – długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Płytką do kości strzałkowej dalsza tylna-boczna – długość od 77 do 233 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

Odpowiedź: NIE - Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

6. Pytanie:

Czy Zamawiający w **Pozycji 14 i 15** dopuści możliwość zaferowania śrub z gniazdem śrubokręta sześciokątnym 3,5 mm zamiast 4,0 mm?

Odpowiedź: NIE - Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

7. Pytanie:

Czy Zamawiający w **Pozycji 23** dopuści możliwość zaferowania gwoźdźca do bliższej nasady kości udowej o anatomicznym kącie ugięcia 6° zarówno w przypadku gwoździ krótkich jak i długich?

Odpowiedź: NIE - Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

8. Pytanie:

Czy Zamawiający w **Pozycji 23 i 24** dopuści możliwość zaferowania śruby dystalnej o średnicy 4,5 mm zamiast 4,9 mm?

Odpowiedź: NIE - Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.


9. Pytanie:

Czy Zamawiający w **Pozycji 27** dopuści możliwość zaferowania śruby antyrotacyjnej 6,5 mm z gniazdem śrubokręta sześciokątnym 3,5 mm zamiast 4,0?

Odpowiedź: NIE - Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

Krotoszyn, dnia 04.08.2014 r.