

Opis parametrów technicznych

kontenerów aluminiowych do sterylizacji parowej, przechowywania, transportu i sterylnej prezentacji przedmiotów medycznych

Do oferty należy dołączyć materiały firmowe potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z danymi producenta.

Nazwa aparatu

Rok produkcji - typ. Kraj

Producent/firma -

Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.

LP.	Opis parametru	Wartość graniczna / wymagana	Oferowany parametr - należy szczegółowo opisać
1	2	3	4
ASORTYMENT – WYMIARY (długość x szerokość x wysokość), ILOŚCI			
1.	Kontener mały: 296 x 275 x 140 mm +/- 5 mm , wyposażony w kosz siatkowy . Waga kontenera z pokrywą zewnętrzną – ≤ 2,7 kg	Tak 15 sztuk	
2.	Kontener duży: 596 x 275 x 140 mm +/- 5 mm, wyposażony w kosz siatkowy. Waga kontenera z pokrywą zewnętrzną – ≤ 4,5 kg	Tak 32 sztuki	
PARAMETRY TECHNICZNE KONTENERÓW			
3.	Wanna kontenera, bezszwowa wykonana z aluminium	Tak	
4.	System podwójnej metalowej pokrywy (zewnętrznej i wewnętrznej) wykonany z aluminium z plombowaniem kontenera poprzez pokrywę zewnętrzną	Tak	
5.	Bariera biologiczna kontenera - zaworem ciśnieniowo – próżniowym wykonany ze stali nierdzewnej	Tak	
6.	Pokrywa zewnętrzna pełna (bez otworów)	Tak	
7.	System automatycznego plombowania nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku stanowiące jednocześnie wskaźnik poddania kontenera procesowi sterylizacji	Tak	4

8.	Zawór ciśnieniowy kondensatu znajdujący się w dnie wanny kontenera otwierający się pod ciśnieniem >1,8 Bara.	TAK – podać zakres ciśnieniowy	
9.	Zamknięcia, rączki oraz zawory wykonane ze stali nierdzewnej,	Tak	
10.	Uchwyty kontenera (rączki) blokujące się pod kątem 180 stopni, zabezpieczone silikonem	Tak	
11.	<i>Wyposażenie:</i> - tabliczka identyfikacyjna do kontenera o wymiarach min 60x40mm. - Możliwość znakowania tabliczki alfanumerycznie oraz kodem kreskowym	Tak	

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczętka i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)