



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Krotoszyn, dnia 20.02.2015 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „**Dostawa oprogramowania oraz wyposażenia sprzętowego do centralnej sterylizatorni w ramach rozbudowy, przebudowy i doposażenia – III etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie**” . Nr sprawy RZP-VI/1/04/15

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dla pozycji dystrybutor taśmy dopuści dystrybutor wykonany z metalu zabezpieczonego przed korozją .

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dla pozycji dozownik na środki chemiczne dopuści wyposażenie o wymiarach zewnętrznych (wys x szer x głęb) około 29 x 15 x 14.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dla pozycji zgrzewarki rotacyjnej z podajnikiem dopuści urządzenie z wyświetlaczem LED pokazującym w formie cyfrowej temperaturę zgrzewania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dla pozycji zgrzewarki rotacyjnej z podajnikiem dopuści urządzenie o mocy 390 W?

Odpowiedź: Nie , nie dopuści.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych


mgr inż. Grzegorz Ratajczyk