



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Krotoszyn, dnia 10.03.2015 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę pomp infuzyjnych, defibrylatorów, wózków anestezjologicznych oraz respiratora w ramach rozbudowy, przebudowy i doposażenia – III etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie” (znak sprawy: RZP-VI/1/06/15)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert defibrylator renomowanego europejskiego producenta o wadze 6,3 kg. Proszę zauważyć, że waga wzrasta nieznacznie, ale funkcjonalność zwiększy się (Modułowość, mniejsze gabaryty, duży kolorowy ekran 8,4 cala).

Odpowiedź:

Tak, dopuści defibrylator o wadze 6,3 kg..

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator, który posiada zakres energii 2-200J w trybie manualnym oraz AED. Jest to dwufazowa fala defibrylacji, impuls jest dostarczany w postaci fali prostokątnej o czasie trwania impulsu dodatniego 4ms, oraz o czasie trwania impulsu ujemnego 3ms, zawierającego 10% energii dostarczanej podczas trwania impulsu dodatniego. Amplituda impulsów jest automatycznie dostosowana do impedancji pacjenta. Poziom energii jest zgodny z wytycznymi ERC 2010.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator, który posiada test inicjowany jednorazowo po każdym włączeniu urządzenia, każdy test oraz każde zdarzenie jest rejestrowane i zapisywane w urządzeniu, gdzie w każdym momencie można go wygenerować.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert defibrylator, którego amplituda wyświetlanych krzywych EKG może być ustawiona automatycznie lub ręcznie.

W automatycznym rodzaju pracy, urządzenie wybiera wartość wzmocnienia tak, by zapis EKG o największej amplitudzie zajmował 50% pola dostępnego na ekranie wyświetlaczu. W ręcznym rodzaju pracy możliwe jest ustawienia (x 0,25/ x 0,5/ x 1/ x 2).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator posiadał budowę modułową (możliwość rozdzielania urządzenia na 3 osobne moduły: moduł monitora z drukarką, moduł pacjenta oraz moduł defibrylator/stymulator), znacznie zwiększającą funkcjonalność urządzenia oraz dającą możliwość wykonania zdalnej defibrylacji z odległości 10 m.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza budowy modułowej.

Pytanie nr 6.

Dot. Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści defibrylator ze stałą częstotścią metronomu, ale z monitorowaniem częstotści i głębokości ucisków , wyświetlanym w sposób ciągły na ekranie defibrylatora, co zdecydowanie podnosi, jakość resuscytacji?

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert na :

1. Składanie ofert do dnia 13.03.2015 r. do godz. 14⁰⁰.
2. Otwarcie ofert w dniu 13.03.2015 r. o godz. 14³⁰ w Sali konferencyjnej SP ZOZ w Krotoszynie ul. Młyńska 2.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych


mgr inż. Grzegorz Ratajczyk